



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
Ibiúna
TRABALHANDO PARA VOCÊ!



Secretaria de
SAÚDE

Pregão Eletrônico nº 28/2025

Processo Administrativo nº 17.886/2025

À

Empresa LL Work Comercial Ltda

Após análise técnica do equipamento Autoclave Vertical Digital – Linha CS-A, verifica-se que o modelo em questão é destinado prioritariamente à esterilização de materiais e utensílios utilizados em laboratórios químicos, farmacêuticos e industriais, possuindo características e capacidade incompatíveis com a realidade operacional das Unidades Básicas de Saúde (UBS).

As UBS demandam autoclaves de menor porte, adequadas à esterilização de pequenos volumes de materiais, compatíveis com a rotina assistencial, o espaço físico disponível e a demanda reduzida de instrumental. O modelo Linha CS-A apresenta capacidade superior à necessária, além de especificações técnicas voltadas a ambientes laboratoriais e industriais, o que resulta em ineficiência operacional, uso inadequado do equipamento e possível aumento de custos de aquisição, instalação e manutenção.

Ibiúna, 13 de dezembro de 2025