



Secretaria Municipal de Saúde

Prefeitura Municipal de Tatuí

Av. Cônego João Clímaco, nº140 - CEP: 18270-900 – Tatuí – SP

Fone: (15) 3305-8855

RELATÓRIO - ANÁLISE TÉCNICA REFERENTE AOS PRODUTOS APRESENTADOS PARA O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 089/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 144/2024, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUÍ

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

ANÁLISE TÉCNICA

Nesta fase foi analisada: a conformidade do produto com a especificação técnica mínima exigida no edital.

PRODUTO REPROVADO:

LOTE 36 – AUTOCLAVE - Equipamento produzido dentro dos mais rígidos padrões de qualidade, com sistema de rastreabilidade que cumpre a norma NBR ISO 13485. Digital, fácil manuseio Bivolt automático - 127/220V que permite ser utilizado em redes elétricas com variações entre 95 até 254V. Programa único de esterilização. Temperatura e pressão exibidos por LEDs. Desaeração e despressurização automática. Capacidade 21 litros. Teclado de controle na cor azul. Tampa e câmara em aço inox, que facilita a limpeza. 3 bandejas em alumínio anodizado. Secagem eficiente com porta entreaberta. Tempo efetivo de esterilização de 16 minutos. Tempo aproximado de ciclo completo de 60 minutos. Possuir mangueira para saída externa de vapor, copo graduado Conta com 21 sistemas de segurança entre os quais: chave e trava da porta, sistema eletrônico de cruzamento de dados e sistema Eletrônico de controle de potência. Sistema de ajuste de altitude para diversas regiões. 2 anos de garantia. Câmara em aço inox, capacidade 21 litros, potência mínima 1600watts, frequência 50/60 Hz, dimensões aprox. 37x37x58 (LxAxP), peso aprox. 27kg, garantia de 2 anos.


JUSTIFICATIVA: ITEM REPROVADO, POIS O EQUIPAMENTO OFERTADO PELA EMPRESA NÃO ATENDE AO QUE FOI SOLICITADO PELO DESCRITIVO DO EDITAL: Equipamento **Auto Clave ALT 21 litros**.

Não identificamos no catálogo:

- Programa único de esterilização;
- Desaeração e despressurização automática;
- Garantia de 2 anos;
- Tempo efetivo de esterilização de 16 minutos e tempo aproximado de ciclo completo de 60 minutos;
- Sistema de rastreabilidade que cumpre a norma NBR ISO 13485; e
- Em análise pelo técnico de manutenção, relata dificuldades para encontrar peças para a manutenção dos equipamentos dessa marca.

EMPRESA: ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES
CNPJ nº 54.322.844/0001-88.

Tatuí, 03 de outubro de 2024.


Olga Daniela Kramek
Planejamento - SMS

A/C
PAULO CESAR DE PROENÇA WEISS
LICITAÇÕES