



Secretaria Municipal de Saúde
CIR – CENTRO INTEGRADO DE REABILITAÇÃO

Praça Adelaide Guedes, s/n – Centro, Tatuí/SP
(15) 3251-3655 / (15) 3205-1095



RELATÓRIO - PARECER TÉCNICO ANÁLISE TÉCNICA REFERENTE AO PRODUTO APRESENTADO PARA O PREGÃO ELETRONICO EDITAL n° 113/2024, PROCESSO n° 189/2024 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUÍ.

PREGÃO ELETRONICO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA PACIENTES OSTOMIZADOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE.

Após o processo do Pregão Eletronico para Aquisição de INSUMOS para os pacientes OSTOMIZADOS, houve o envio, por parte da empresa vencedora, de amostras do produto cotado. Estes produtos foram submetidos à análise qualitativa e quantitativa. Sendo que esta avaliação tem caráter eliminatório caso esteja em desconformidade com o referido no edital.

O objetivo dos testes de aceitabilidade é avaliar as características dos produtos, evitando a aquisição dos mesmos sempre que forem detectados problemas. Porém, acatar ou não a indicação é responsabilidade da comissão de licitação da Prefeitura em questão, quem publicará os vencedores deste processo.

2 – ANÁLISES TÉCNICA

Nesta 2ª fase foi analisada: Aspecto técnico presentes no edital, qualitativo, quantitativo referente ao produto e demais conformidades com o edital, entre elas o atendimento ou não das características do produto em questão.

Abaixo seguem os produtos REPROVADOS.

ITEM 0033

ITEM 0038

ITEM 0039

Justificativa

Item 33 Amostra entregue não atende as especificações.

Após análise da amostra, consideramos que o produto ofertado pela empresa IMPERIUM MED, da marca MISSNER, não performou como esperado. Produto possui óleo de girassol ozonizado na composição, desta forma, não atende o descritivo.

Item 38 Amostra entregue não atende as especificações.

Após análise da amostra, consideramos que o produto ofertado pela empresa IMPERIUM MED, da marca BYLDCARE, não performou como esperado. Produto possui óleo de girassol na composição, tornando – se oleoso e deixando resíduos na pele, o que interfere na aderência do equipamento coletor para estomia.

Item 39 Amostra entregue não atende as especificações.

Após análise da amostra, consideramos que o produto ofertado pela empresa IMPERIUM MED, da marca BYLDCARE, não performou como esperado. Produto possui CETEARYL ALCOHOL na composição, tornando – se oleoso e deixando resíduos na pele, o que interfere na aderência do equipamento coletor para estomia.