



Prefeitura de Tatuí
Secretaria Municipal de Saúde
Divisão de Saúde Bucal


Tatuí, 11 de junho de 2024.

Ofício nº005/2024 - Odontologia

Assunto: Reprovação pregão de materiais odontológicos

Venho por meio deste, encaminhar o termo de reprovação referente ao processo licitatório nº 63/2024, pregão eletrônico nº043/2024:

- Lote nº 14 - Empresa Jaime Cardoso- ME


José Eduardo Cantieri Costa
Coordenador da Saúde Bucal

Ilmo. Senhor
Paulo César de Proença Weiss
Pregoeiro
Setor de Compras
Prefeitura Municipal de Tatuí

ANEXO X

TERMO DE APROVAÇÃO DAS AMOSTRAS DE MATERIAL


Atestamos, para fins de comprovação junto ao certame licitatório de que trata o Processo Licitatório Nº 063/2024, Pregão Eletrônico nº 043/2024, que após análise dos catálogos apresentados pela empresa **Jaime Cardoso -ME**, inscrita no CNPJ sob Nº 18.953.570 /0001-61 localizada na Praça Pedro Caldeira Brant, nº 133, Centro, CEP:39.784-000, São Pedro do Suaçuí –MG.

CONCLUÍMOS:

Nº. De Ordem	Descrição do Item	Quant.	Aprovado		Motivo da Reprovação
			Sim	Não	
1	PEÇA RETA SISTEMA DE ACOPLAMENTO INTRA PARA BROCAS COM DIÂMETRO DE 2,35 MM, CORPO EM ALUMÍNIO ANODIZADO COM DIÂMETRO 20 MM SEM REFRIGERAÇÃO			X	Incompatibilidade com o descritivo
2	CONTRA-ÂNGULO SEM REFRIGERAÇÃO ENCAIXE TIPO INTRA, RELAÇÃO DE TRANSMISSÃO DE ROTAÇÃO 1:1, GIRO DE 360° SOBRE O MICRO MOTOR INTRA, AUTOCLAVÁVEL ATÉ 135° CELSIUS, TAMANHO REDUZIDO DA CABEÇA, FIXAÇÃO DA BROCA COM TRAVA DE AÇO TEMPERADA, ENCAIXE É UNIVERSAL, PORTANTO, ENCAIXA EM QUALQUER MARCA DE MICRO MOTOR INTRA.			X	Incompatibilidade com o descritivo
3	MICRO-MOTOR SEM REFRIGERAÇÃO ENCAIXE TIPO INTRA COM SISTEMA DE CONEXÃO DOIS FUROS (BORDEN), AUTOCLAVÁVEL ATÉ 135° CELSIUS, BAIXO NÍVEL DE RUÍDO, ACOPLA CONTRA-ÂNGULO E PEÇA RETA INTRA. O ENCAIXE É UNIVERSAL, PORTANTO, ENCAIXE EM QUALQUER CONTRA-ÂNGULO E PEÇA RETA INTRA.			X	Incompatibilidade com o descritivo
4	MINI INCUBADORA		X		
5	Caneta de alta rotação fabricada em latão niquelado e cromado com tratamento de superfície interno e externo resistente a altas temperaturas em autoclave e produtos para desinfecção o que garante prolongada utilização com máximo desempenho. Superfície Lisa facilitando a assepsia dos instrumentos desenvolvida com base em sistema digital que facilita os movimentos e garante a segurança no uso sem provocar cansaço nas mãos e pulsos. Spray triplo que garante a refrigeração da área de tratamento mesmo nas situações mais difíceis. Capa longa que facilita o acesso aos dentes posteriores. Componentes internos projetados para resistir os ciclos de esterilização sem comprometer a qualidade e consequentemente o rendimento do instrumento. Encaixe universal do tipo Borden de dois furos. Com rolamentos de cerâmica, rotor balanceado, proporcionando baixo nível de ruído e vibração. Totalmente esterilizável em autoclave até 135o C, por mais de 1.000 ciclos, desde que observados sua instrução de lubrificação e manutenção. Rotação máxima de 380.000 rpm. Consumo de ar: 34 até 37 NI/min. Pressão de trabalho: 2,1 a 2,3 bar Fresas recomendadas; FG 19-26mm. A troca destes dispositivos é feita troca destes dispositivos é feita com o auxílio de um saca brocas.			X	Alta rotação :Rotação máxima de 380.000-a apresentada vai até 440.000 rpm dificultando controle do torque, fresas (brocas) FG de é de 19-26 mm a apresentada é de 23 a 9 mm, latão niquelado a apresentada é de alumínio anodizado

OBS = ESTE TERMO FAZ PARTE INTEGRANTE DA ATA DE JULGAMENTO DAS AMOSTRAS E DELA NÃO PODERÁ SER APRECIADO SEPARADAMENTE PELA COMISSÃO DE JULGAMENTO DE AMOSTRA

Tatuí, 11 de junho de 2024.



Nome: José Eduardo Cantieri Costa
Cargo/Função: Coordenador da Divisão de Odontologia
Responsável pela Pré-Qualificação