



ENC: amostra item 07 - ESPELHO BUCAL N° 05.

De Ana Beatriz da Silva Salgado <ana.salgado@jacarei.sp.gov.br>
Data Seg, 2025-06-16 07:58
Para Michele Maiara dos Santos <michele.santos@jacarei.sp.gov.br>

Bom dia, Michele!

Segue resposta do setor técnico, referente à amostra.

At,



ANA BEATRIZ DA SILVA SALGADO
OFICIAL DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
ana.salgado@jacarei.sp.gov.br
tel/ramal.: 9799



De: Daniela Mota Hespanha <daniela.hespanha@jacarei.sp.gov.br>
Enviado: segunda-feira, 16 de junho de 2025 07:54
Para: Ana Beatriz da Silva Salgado <ana.salgado@jacarei.sp.gov.br>
Assunto: ENC: amostra item 07 - ESPELHO BUCAL N° 05.

Bom dia Ana Beatriz;
Tudo bem ?
Amostra aceita para o item 07.
Att;
Daniela



DANIELA MOTA HESPANHA
SUPERVISORA DE SAÚDE BUCAL - ATENÇÃO BÁSICA
daniela.hespanha@jacarei.sp.gov.br
tel/ramal.: (12) 3955-9650



De: Paloma Souza <palomasouzaasb@gmail.com>
Enviado: sexta-feira, 13 de junho de 2025 14:50
Para: Daniela Mota Hespanha <daniela.hespanha@jacarei.sp.gov.br>
Assunto: amostra item 07 - ESPELHO BUCAL N° 05.

Boa tarde Dani,

Levei a amostra do espelho n°05 para a Dra Gabriela analisar, ela me informou que é primeiro plano, front surface e que condiz com a descrição do edital e a necessidade. Neste caso, podemos aceitar a amostra da empresa Bio lógica.

Atenciosamente,



PALOMA LETICIA ROSA DE SOUZA
AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL
palomasouzaasb@gmail.com
tel/ramal.: (12) 3955.9651 / 3955.9663

