TERMO DE REFERÊNCIA
DISPENSA DE LICITAÇÃO

1. DO OBJETO

1.1. Aquisição de equipamentos para a Secretaria de Saúde, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento:

ITEM	Nº PLANILHA DFD	Nome	Tipo	Unidade Medida	Quantidade
1	728	**Esfigmomanômetro digital:** 0Aparelho de Pressão Arterial Digital Automático, para medição no braço, contendo: 01 (uma) braçadeira tamanho adulto (aproximadamente 22–32 cm), confeccionada em material resistente e de fácil higienização; Bolsa protetora para armazenamento e transporte; Medição automática da pressão arterial sistólica, diastólica e da frequência de pulso; Tecnologia oscilométrica; Display digital de fácil leitura; Operação simplificada, com botão único; Alimentação por pilhas AA e/ou adaptador bivolt; Indicação de bateria fraca; Desligamento automático; Precisão conforme normas AAMI/ISO 81060-2 ou equivalentes; Garantia mínima de 1 ano.	Material	Unidade	116
2	802	**Termômetro Infravermelho** O termômetro infravermelho realiza medições de temperatura corporal sem contato ao toque de um botão. O dispositivo também pode ser usado para medir a temperatura da superfície dos objetos que não podem ser medidos por termômetros tradicionais (com contato). Medição sem contato ele não precisa tocar diretamente o corpo humano, o detector infravermelho precisa apenas detectar a radiação infravermelha irradiada pelo corpo	Material	Unidade	116

		humano, portanto não interferirá no corpo humano e não causará nenhum dano ao corpo humano. Especialmente adequado para medição de temperatura em crianças. Ampla faixa de medição; como o termômetro infravermelho do corpo humano é baseado na medição de temperatura sem contato, funciona a uma temperatura normal ou nas condições permitidas, portanto a faixa de medição é relativamente ampla. Medição rápida de temperatura, o tempo de resposta é rápido. O elemento sensível no detector infravermelho é muito sensível, desde que a radiação infravermelha desejada seja recebida, a temperatura pode ser rapidamente ajustada em um curto período de tempo. Alta precisão; a medição de temperatura por infravermelho do corpo humano não destrói a distribuição de temperatura do objeto em si, como a medição de temperatura comum; portanto, a precisão da medição é relativamente alta. Alta sensibilidade enquanto houver uma ligeira mudança na temperatura do corpo humano, a energia da radiação mudará bastante, o que é conveniente para a medição e é seguro de usar e tem uma longa vida útil. Tamanho pequeno, fácil de transportar. Menos afetado pela temperatura ambiente externa os detectores infravermelhos gerais são equipados com circuitos de compensação, para compensar a flutuação da temperatura ambiente externa. **Características:** O produto consiste principalmente em um sensor infravermelho, um processador, um display de cristal líquido (LCD), botões, uma caixa plástica, uma bateria e uma placa de circuito. Mede a temperatura corporal com alta precisão, opção entre Celsius ou Fahrenheit, display LCD com luz de fundo, seleção automática de intervalos, resolução é de 0,1 graus Celsius, os dados de medição mais recentes podem ser memorizados e armazenados.			
4	741	**Fita Métrica** Flexível para uso corporal (cm e mm), material lavável, desinfectável, comprimento aproximado 150 cm.	Material	Unidade	116

5	676	**Balança Antropométrica** Balança corporal, pesagem em quilos e gramas **Características:** Balança eletrônica digital visor de LCD de 35mm com tecnologia ON e OFF automático, plataforma durável de vidro temperado, com capacidade de até 150kg.	Material	Unidade	60

1. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

Solicitamos as aquisições para atender a adesão do município ao Programa "Mais Saúde com Agente" conforme o EDITAL SGTES/MS Nº 1, DE 24 DE JANEIRO DE 2024, e em atenção à Claúsula Segunda - Das obrigações das partes, especificamente no inciso II – PARCEIRO ADERENTE, item 11, que estabelece a necessidade de disponibilização de equipamentos essenciais para a realização das atividades práticas dos cursos técnicos (aparelho para aferição de pressão arterial, glicosímetro, termômetro e equipamentos para mensuração antropométrica adulto e infantil).

2. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS

Trata-se de aquisição de bem comum, mediante Dispensa de Licitação, com divulgação no PNCP e Portal da Transparência do Município.

3. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO.

O prazo de entrega dos bens / serviços é de 10 dias, contados do recebimento da Autorização de Fornecimento / Serviço, no seguinte endereço:
Almoxarifado Central: Rua: Major Acácio Ferreira, 810 Jardim Paraíba – Jacareí/SP.
O Município de Jacareí não paga por frete nem por visita técnica.

4. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

4.1- São obrigações da Contratante:

4.1.1- Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos com as especificações constantes deste Termo de Referencia e da proposta, para fins de aceitação e recebimento;

4.1.2- Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

4.1.3- Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Termo de Referência;

4.1.4- A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

5.1- A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Termo de Referencia, seus anexos e sua proposta, assumindo exclusivamente seus riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

5.2- Efetuar a entrega do objeto / serviço em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência e seus anexos.

6. DO PAGAMENTO

O pagamento será realizado no prazo de 25 DFS (vinte e cinco dias fora a semana), onde será efetuado através de crédito em Conta Corrente;

Fazer constar no corpo da Nota Fiscal os números da AF (autorização de fornecimento) / AS (autorização de serviço) e do Empenho, além da Condição de Pagamento;

As Notas Fiscais decorrentes das autorizações deverão ser emitidas em nome de MUNICÍPIO DE JACAREÍ, formato este correspondente à inscrição principal do Município no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ).

ICP Brasil
Documento assinado digitalmente
LIDIENE LOPES DA MOTA RIBEIRO
Data: 15/01/2026 11:09:32-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

LIDIENE LOPES DA MOTA RIBEIRO
Diretora de Atenção Básica Interina