

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00323/2023-000

1 - Itens da Licitação

1 - Instrumental P/ Endoscópio			
Descrição Detalhada: Instrumental P/ Endoscópio Tipo: Alça Polipectomia , Tipo Ponta: Oval , Tipo Fio: Fio Aço Inoxidável, Trançado , Diâmetro Ponta: Cerca De 15 MM, Dimensão: P/ Canal Cerca De 2,8 Mm X 230 Cm , Haste: Haste Isolada , Componente 2: Manopla C/ Conexão P/ Bisturi Elétrico , Esterilidade: Estéril, Uso Único			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	60		
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade		
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00		
Local de Entrega (Quantidade):	São Paulo/SP (60)		

2 - Instrumental P/ Endoscópio			
Descrição Detalhada: Instrumental P/ Endoscópio Tipo: Alça Polipectomia , Tipo Ponta: Hexagonal , Tipo Fio: Fio Aço Inoxidável, Trançado , Diâmetro Ponta: Cerca De 15 MM, Dimensão: P/ Canal Cerca De 2,8 Mm X 230 Cm , Haste: Haste Isolada , Componente 2: Manopla C/ Conexão P/ Bisturi Elétrico , Esterilidade: Esterilizável			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	300		
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade		
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00		
Local de Entrega (Quantidade):	São Paulo/SP (300)		

3 - Instrumental P/ Endoscópio			
Descrição Detalhada: Instrumental P/ Endoscópio Tipo: Alça Polipectomia , Tipo Ponta: Hexagonal , Tipo Fio: Fio Aço Inoxidável, Trançado , Diâmetro Ponta: Cerca De 30 MM, Dimensão: P/ Canal Cerca De 2,8 Mm X 230 Cm , Haste: Haste Isolada , Componente 2: Manopla C/ Conexão P/ Bisturi Elétrico , Esterilidade: Esterilizável			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	300		
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade		
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00		
Local de Entrega (Quantidade):	São Paulo/SP (300)		

4 - Instrumental Cirúrgico			
Descrição Detalhada: Instrumental Cirúrgico Modelo: Empurrador De Nó Endoloop , Dimensões: Cerca De 5 Mm X 30 Cm , Aplicação: P/ Videocirurgia , Material: Aço Inoxidável , Esterilidade: Esterilizável			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	2		
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade		
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00		
Local de Entrega (Quantidade):	São Paulo/SP (2)		