

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90414/2025-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Clipador

Descrição Detalhada: Clipador Uso Médico Aplicação*: P/ Endoscopia, Modelo*: Carregado C/ Clip Aço Inoxidável, Haste: Manopla Em Polímero, Comprimento Haste: Comprimento Cerca De 230CM, Diâmetro Haste: P/ Canal De Trabalho 3,2FRENCH, Tipo Uso*: Estéril, Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 72 **Quantidade Mínima Cotada:** 72

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (72)

Grupo: G1

2 - Evacuador de ellik

Descrição Detalhada: Evacuador De Ellik Material Coletador: Completo, Bulbo De Plástico, Material Pera Sucção: Pêra De Borracha, Material Conector: Conector Metálico, Características Adicionais: Com Adaptador Para Camisa Ressectoscópica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 108 **Quantidade Mínima Cotada:** 108

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (108)

Grupo: G1

3 - Descolador / Dissector Uso Médico

Descrição Detalhada: Descolador / Dissector Uso Médico Tipo: Sachs, Modelo: Ponta Ativa Em Uma Extremidade, Comprimento Total: Cerca De 20CM, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (4)

Grupo: G1

4 - Eletrodo Bisturi Elétrico

Descrição Detalhada: Eletrodo Bisturi Elétrico Aplicação: P/ Elemento De Trabalho, Tamanho: 24 Ch, Tipo Uso: Monopolar, Tipo: Ponta Alça, Material Ponteira: Fio De Tungstênio E Aço Inoxidável, Haste: Haste Reta, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (2)

Grupo: G1

5 - Eletrodo bisturi elétrico

Descrição Detalhada: Eletrodo Bisturi Elétrico Aplicação: P/ Elemento De Trabalho, Tamanho: 24 Ch, Tipo Uso: Monopolar, Tipo: Ponta Bola, Material Ponteira: Aço Inoxidável, Dimensão Ponta: Diâmetro Cerca De 5MM, Haste: Haste Reta, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (12)

Grupo: G1

6 - Eletrodo Bisturi Elétrico

Descrição Detalhada: Eletrodo Bisturi Elétrico Aplicação: P/ Elemento De Trabalho, Tamanho: 26 Ch, Tipo Uso: Bipolar, Tipo: Ponta Alça, Material Ponteira: Fio De Tungstênio E Aço Inoxidável, Haste: Haste Reta, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 36

Quantidade Mínima Cotada: 36

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (36)

Grupo: G1

7 - Eletrodo Bisturi Elétrico

Descrição Detalhada: Eletrodo Bisturi Elétrico Aplicação: P/ Elemento De Trabalho, Tamanho: 5 Fr, Tipo Uso: Bipolar, Tipo: Ponta Bola, Material Ponteira: Aço Inoxidável E Cerâmica, Haste: Haste Reta, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (12)

Grupo: G1

8 - Elemento de trabalho

Descrição Detalhada: Elemento De Trabalho Modelo: Ativo, Material: Aço Inoxidável, Conexão: P/ Bisturi Bipolar, Compatibilidade: Compatibilidade Específica, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (12)

Grupo: G1

9 - Eletrodo Bisturi Elétrico

Descrição Detalhada: Eletrodo Bisturi Elétrico Aplicação: P/ Elemento De Trabalho, Tamanho: 26 Ch, Tipo Uso: Bipolar, Tipo: Ponta Alça, Material Ponteira: Fio De Tungstênio E Aço Inoxidável, Haste: Haste Reta, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (12)

Grupo: G1

10 - Endoprótese luminal

Descrição Detalhada: Endoprótese Luminal Tipo: Stent, Tipo Uso: Ureteral, Formato: Duplo J (Pigtail), Material Estrutura: Poliuretano, Sistema De Implante: C/ Sistema Introdutor, Dimensões: Cerca De 6 Fr X 20 A 30 Cm, Componente Ii: C/ Marcas Radiopacas, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 420

Quantidade Mínima Cotada: 420

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (420)

Grupo: G1

11 - Endoprótese luminal

Descrição Detalhada: Endoprótese Luminal Tipo: Stent, Tipo Uso: Ureteral, Formato: Duplo J (Pigtail), Material Estrutura: Poliuretano, Sistema De Implante: C/ Sistema Introdutor, Dimensões: Cerca De 4 Fr X 20 A 30 Cm, Componente Ii: C/ Marcas Radiopacas, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (12)

Grupo: G1

12 - Endoprótese luminal

Descrição Detalhada: Endoprótese Luminal Tipo: Stent, Tipo Uso: Ureteral, Formato: Duplo J (Pigtail), Material Estrutura: Poliuretano, Sistema De Implante: C/ Sistema Introdutor, Dimensões: Cerca De 4 Fr X 20 A 30 Cm, Componente Ii: C/ Marcas Radiopacas, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (6)

Grupo: G1

13 - Sistema extrator

Descrição Detalhada: Sistema Extrator Material: Aço Inoxidável, Tipo: Cesta C/ 4 Fios, Dimensões: 2,5 X 5CM, Comprimento: Cerca De 200CM, Compatível: C/ Canal Endoscópico De 2,8mm, Aplicação: P/ Calculos, Esterilidade: Estéril, Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 48

Quantidade Mínima Cotada: 48

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (48)

Grupo: G1

14 - Sistema extrator

Descrição Detalhada: Sistema Extrator Material: Nitinol, Tipo: Dormia, Calibre: 1,7FRENCH, Comprimento: 115CM, Aplicação: Cálculos Ureterais, Esterilidade: Estéril, Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 72

Quantidade Mínima Cotada: 72

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (72)

Grupo: G1

15 - Fio guia

Descrição Detalhada: Fio Guia Aplicação: Não Vascular, Material: Nitinol, Revestimento: Hidrofílico, Diâmetro: 0,035", Comprimento: Cerca De 145CM, Tipo Ponta: Ponta Reta Flexível, Características Adicionais: Radiopaco, Esterilidade: Estéril, Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 600

Quantidade Mínima Cotada: 600

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (600)

Grupo: G1

16 - Conjunto nefrostomia percutânea

Descrição Detalhada: Conjunto Nefrostomia Percutânea Diâmetro Do Cateter: Cerca De 6 Fr, Componentes 1: C/ 1 Agulha Punção Chiba 22g, Componentes 2: Agulha Punção, Bainha Introdutora E Fio Guia, Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24

Quantidade Mínima Cotada: 24

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (24)

Grupo: G1

17 - Introdutor ureteral

Descrição Detalhada: Introdutor Ureteral Aplicação: P/ Ureteroscopia, Material: Polímero, Revestimento: Hidrofílico, Dimensões: Cerca De 12/14 Fr X 45 Cm, Componente: Dilatador Com Conector, Adicionais: Radiopaco, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 120

Quantidade Mínima Cotada: 120

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (120)

Grupo: G1

18 - Introduutor ureteral

Descrição Detalhada: Introduutor Ureteral Aplicação: P/ Ureteroscopia, Material: Polímero, Revestimento: Hidrofílico, Dimensões: Cerca De 12/14 Fr X 45 Cm, Componente: Dilatador Com Conector, Adicionais: Radiopaco, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 120

Quantidade Mínima Cotada: 120

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (120)

Grupo: G1

19 - Fibra óptica - uso médico

Descrição Detalhada: Fibra Óptica - Uso Médico Compatibilidade: Compatibilidade Específica, Características Técnicas: Comprimento De Onda 550 Nm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 120

Quantidade Mínima Cotada: 120

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (120)

Grupo: G1

20 - Fibra óptica - uso médico

Descrição Detalhada: Fibra Óptica - Uso Médico Compatibilidade: Compatibilidade Específica, Características Técnicas: Comprimento De Onda 550 Nm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 84

Quantidade Mínima Cotada: 84

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (84)

Grupo: G1

21 - Conjunto nefrostomia percutânea

Descrição Detalhada: Conjunto Nefrostomia Percutânea Tipo Cateter: Malecot, Diâmetro Do Cateter: Cerca De 10 Fr, Componentes 1: C/ 1 Agulha Punção Chiba 18g, Componentes 2: Agulha Punção, Bainha Introduitora E Fio Guia, Componentes 3: C/ 4 Dilatadores, Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (6)

Grupo: G1

22 - Cateter vias urinárias

Descrição Detalhada: Cateter Vias Urinárias - Ureteral Uso: Urografia Retrógrada, Tipo Ponta: Ponta Reta Aberta, Material: Polímero, Dimensões: Cerca De 6 Fr X 70 Cm, Adicionais: Radiopaco, Opcionais: C/ Sistema Introdutor, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24 **Quantidade Mínima Cotada:** 24

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (24)

Grupo: G1

23 - Fibra Óptica - Uso Médico

Descrição Detalhada: Fibra Óptica - Uso Médico Aplicação: Ponta Plana, Tamanho: 1000 Micra De Diâmetro, Compatibilidade: Compatível C/ Introdutor P/ Cateter

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 36 **Quantidade Mínima Cotada:** 36

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (36)

Grupo: G1

24 - Instrumental cirúrgico

Descrição Detalhada: Instrumental Cirúrgico Modelo: Morcelador - Peça De Mão, Componente 1: C/ Cabo, Material: Polímero, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (1)

Grupo: G1

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Clipador	72	Unidade
2	Evacuador de ellik	108	Unidade
3	Descolador / Dissector Uso Médico	4	Unidade
4	Eletrodo Bisturi Elétrico	2	Unidade
5	Eletrodo bisturi elétrico	12	Unidade
6	Eletrodo Bisturi Elétrico	36	Unidade
7	Eletrodo Bisturi Elétrico	12	Unidade
8	Elemento de trabalho	12	Unidade
9	Eletrodo Bisturi Elétrico	12	Unidade
10	Endoprótese luminal	420	Unidade
11	Endoprótese luminal	12	Unidade
12	Endoprótese luminal	6	Unidade
13	Sistema extrator	48	Unidade
14	Sistema extrator	72	Unidade
15	Fio guia	600	Unidade
16	Conjunto nefrostomia percutânea	24	Unidade
17	Introdutor ureteral	120	Unidade
18	Introdutor ureteral	120	Unidade
19	Fibra óptica - uso médico	120	Unidade
20	Fibra óptica - uso médico	84	Unidade
21	Conjunto nefrostomia percutânea	6	Unidade

22	Cateter vias urinárias	24	Unidade
23	Fibra Óptica - Uso Médico	36	Unidade
24	Instrumental cirúrgico	1	Unidade