

Em análise ao edital e ao Termo de Referência do Pregão nº 066/2026, do Município de Franca, disponibilizado no portal Compras Públicas, vimos por meio deste solicitar esclarecimentos técnicos acerca dos itens abaixo, com o objetivo de assegurar a correta interpretação das especificações e a adequada elaboração da proposta.

Item 2 – Bomba de Infusão Volumétrica

O Termo de Referência menciona a possibilidade de utilização de equipo dedicado à bomba ou equipo universal. Considerando que, conforme a Portaria INMETRO nº 461/2021, não é permitido o uso de equipos universais, solicitamos esclarecimento se serão aceitos equipamentos que operem exclusivamente com equipos dedicados.

Em relação ao “modo de transporte”, considerando que o equipamento possui sensores internos que garantem a continuidade da infusão sem necessidade de ativação de função específica, solicitamos confirmação de que tal característica será aceita como atendimento ao requisito.

Item 5 – Desfibrilador Externo Automático (DEA)

O Termo de Referência solicita modos de operação como cardioversão e desfibrilação manual. Considerando que tais funcionalidades são inerentes a cardioversores e não a desfibriladores externos automáticos (DEA), solicitamos esclarecimento se serão aceitos equipamentos que operem exclusivamente no modo automático, conforme sua finalidade.

Quanto à exigência de energia configurável, considerando que o modelo FRx – Philips opera com protocolo automático sem ajuste manual, solicitamos esclarecimento se equipamentos com essa característica serão aceitos.

Verificamos a exigência de tecnologia monofásica. Considerando que, conforme diretrizes atuais da American Heart Association (AHA), a tecnologia bifásica substituiu a monofásica por maior eficiência e segurança, solicitamos esclarecimento se serão aceitos equipamentos com tecnologia bifásica.

O Termo de Referência menciona uso de pás externas. Considerando que o equipamento utiliza pás adesivas descartáveis, solicitamos esclarecimento quanto à aceitação desse tipo de acessório.

O edital solicita display em cristal líquido colorido. Considerando que o equipamento não possui tela e opera por comandos de voz, solicitamos esclarecimento se essa configuração será aceita, tendo em vista sua aplicabilidade para uso por leigos.

Quanto ao feedback de RCP em tempo real, solicitamos esclarecimento quanto à obrigatoriedade dessa funcionalidade para o item.

Sobre o envio automático de dados via Wi-Fi, considerando que o equipamento realiza a transferência por infravermelho com uso de software, solicitamos esclarecimento se essa alternativa será aceita

O Termo de Referência também exige desfibrilação manual selecionável. Considerando que o equipamento opera de forma totalmente automática, solicitamos esclarecimento quanto à necessidade deste modo para o item.

Identificamos divergência quanto ao tipo de bateria (descartável e recarregável). Solicitamos esclarecimento sobre qual especificação deverá ser considerada.

Item 7 – Eletrocardiógrafo

O edital solicita equipamento com tela de 8 polegadas. Considerando que o modelo ofertado possui tela de 7 polegadas, solicitamos esclarecimento quanto à aceitabilidade desta diferença.

Quanto ao teclado de membrana para atalhos rápidos, considerando que o equipamento opera por interface touchscreen, solicitamos esclarecimento se essa configuração será aceita.

Em relação à impressão em papel térmico de 210 mm, considerando que o equipamento utiliza papel de 110 mm, mas permite conexão com impressora para impressão em formato A4, solicitamos esclarecimento quanto à aceitação desta solução.

O Termo de Referência estabelece armazenamento de 250 exames. Considerando que o equipamento possui capacidade de até 200 exames, solicitamos esclarecimento quanto à aceitabilidade desta capacidade.

Quanto à exigência de homologação para telediagnóstico, solicitamos esclarecimento sobre a obrigatoriedade deste requisito e quais comprovações serão exigidas.

Diante dos pontos apresentados, observa-se a existência de exigências que podem restringir a ampla competitividade do certame ou gerar interpretações divergentes quanto às especificações técnicas dos equipamentos.

Dessa forma, solicitamos os devidos esclarecimentos e, se necessário, a revisão dos requisitos mencionados, de modo a assegurar a isonomia entre os participantes, a aderência às normativas vigentes e a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública.

Atenciosamente,

Nivaldo Junior Barbino Siqueira
Especialista de Produtos
MED-RIO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES