

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90022/2025-000

1 - Itens da Licitação

1 - Foco			
Descrição Detalhada: Foco Tipo: Cirúrgico De Teto, Cúpula: 2 Cúpulas, Lâmpada / Vida Útil: Led Mín 50.000 H, Luminosidade: Cerca De 120.000 E 160.000 Lux, Articulação: Cúpulas E Braços Articuláveis, Adicional 1: C/ Ajuste Sombra, Diâmetro Luz E Dimmer, Adicional 3: C/ Bateria			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	1		
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Total (R\$):	44.197,36		
Unidade de Fornecimento:	Unidade		
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,50		
Local de Entrega (Quantidade):	Jaboticabal/SP (1)		

2 - Unidade Móvel De Anestesia			
Descrição Detalhada: Unidade Móvel De Anestesia Rotâmetro: C/ Controle De Fluxo Mecânico, Vaporizador: Multiagente, Universal, Ventilador Pulmonar: Manual - Pneumático, Sem Tela, Aplicação: Animais Pequeno Porte, Veterinário, Capacidade De Armazenamento: Sem Armazenamento De Eventos, Recursos De Segurança: Checagem Manual, Característica Adicional: Portátil C/ Maleta			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	1		
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Total (R\$):	151.115,47		
Unidade de Fornecimento:	Unidade		
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,50		
Local de Entrega (Quantidade):	Jaboticabal/SP (1)		

3 - Aparelho Raios X Uso Médico			
Descrição Detalhada: Aparelho Raios X Uso Médico Aplicação: Fixo, Tipo: Digital, Adicional: Formato Dicom, Corrente: Máximo De 800MA, Tensão: Máximo De 125KV, Componente: Mesa De Comando, Estativa De Chão, Outros Componentes: Colimador, Bucky E Mesa, Capacidade 1: Mínimo De 130KG			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	1		
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Total (R\$):	198.250,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade		
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,50		
Local de Entrega (Quantidade):	Jaboticabal/SP (1)		

4 - Transdutor Uso Médico			
Descrição Detalhada: Transdutor Uso Médico Compatível: P/ Ultrassom, Modelo: Multifrequencial De Banda Larga, Formato: Linear, Faixa Frequência: C/ Faixa Frequência Ajustável, Componente Adicional: C/ Cabo			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	1		
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Total (R\$):	22.365,26		
Unidade de Fornecimento:	Unidade		
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,50		
Local de Entrega (Quantidade):	Jaboticabal/SP (1)		

5 - Mesa Cirúrgica

Descrição Detalhada: Mesa Cirúrgica Tipo Estrutura: Aço Inoxidável, Acabamento Tampo Leito: Mesa Calha Com 4 Regulagens, Tipo Movimento Elevação: Regulagem Altura Dos Pés Por Comando Manual, Aplicação: Pequenos E Médios Animais, Comprimento: 120CM, Largura: 75CM, Altura: Altura Mínima De 87cm A Máxima De 130CM, Características Adicionais: Coletor De Fluidos Em Aço Inox, Removível

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 14.536,94

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Jaboticabal/SP (2)

6 - Seladora Embalagem

Descrição Detalhada: Seladora Embalagem Material: Chapa De Aço, Voltagem: 220V, Funcionamento: Automático, Acabamento Superficial: Pintura Eletrostática, Aplicação: Embalagens Combinadas, Velocidade: 10M/MIN, Potência: 280W, Características Adicionais: Controle Eletrônico Temperatura, Selagem Horizontal

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 10.242,17

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Jaboticabal/SP (1)

7 - Mesa Para Anatomia

Descrição Detalhada: Mesa Para Anatomia Aplicação: Necrópsia, Material: Chapa Aço Inoxidável, Características Adicionais: Com Cuba, Acompanha Balde De Alumínio, Comprimento: Aproximadamente 1,90CM, Largura: Aproximadamente 70CM, Altura: Aproximadamente 90CM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 14.568,32

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Jaboticabal/SP (4)

8 - Microscópio

Descrição Detalhada: Microscópio Tipo De Análise: Ótico, Tipo: Binocular, Aumento: Objetivas Até 100x, Zoom Até 1600x, Componentes: Iluminação Em Led, Adicional: Inclinação Até 45°, Rotação De 360°

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 5.038,71

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Jaboticabal/SP (1)

9 - Otoscópio

Descrição Detalhada: Otoscópio Tipo: Led, Lente Giratória Mínimo De 2 X, Modelo: Com Visor Sobressalente, Componentes: 8 Espéculos Reusáveis, Tipo Conector: Conexão Para Otoscopia Pneumática, Tipo Proteção: Estojo Próprio, Alimentação: 2 Pilhas

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 499,43

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Jaboticabal/SP (1)

10 - Refratômetro

Descrição Detalhada: Refratômetro Tipo Aparelho: Portátil, Tipo Display: Digital, Faixa Medição: Até 95 % Brix, Faixa Medição 1: Cerca De 1.3000 A 1.6000 Ir

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 3.667,86

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Jaboticabal/SP (1)

11 - Protetor Radiológico - Tipo Vestuário

Descrição Detalhada: Protetor Radiológico - Tipo Vestuário Modelo: Avental Frente Longo, Ombro E Costa Curto, Material: Borracha C/ Tungstênio, Proteção Tecido: Equivalência De 0,50MM, Adicional 1: Ajustável, Impermeável, Tamanhos: Adulto

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 9.270,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Jaboticabal/SP (3)

Grupo: G1

12 - Protetor Radiológico - Tipo Vestuário

Descrição Detalhada: Protetor Radiológico - Tipo Vestuário Modelo: P/ Tireóide, Material: Borracha Plumbífera, Proteção Tecido: Equivalência De 0,50 MM, Adicional 1: Ajustável, Impermeável, Tamanhos: Infantil

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.001,85

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Jaboticabal/SP (3)

Grupo: G1

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
11	Protetor Radiológico - Tipo Vestuário	3	Unidade
12	Protetor Radiológico - Tipo Vestuário	3	Unidade