



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE GUARIBA
"Centro de Especialidades Odontológicas"

000570
c

Em, 26 de Abril de 2024.

Ao Setor de Licitação

Em resposta ao recurso administrativo da empresa ALLIAGE S/A INDUSTRIAS MEDICO ODONTOLOGICA e as contrarrazões das empresas CIRURGICA IZAMED LTDA e MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIOS LTDA, Pregão Eletrônico nº 047/2024, no item 31 (Bomba a vácuo) e no item 33 (Aparelho de profilaxia) as empresas classificadas apresentaram equipamentos que divergem ao descrito no edital desse pregão.

As informações seguem em anexo.

Atenciosamente.

Dr. Paulo Eduardo Mendes Ferreira

Responsável Pelo Setor de Saúde Bucal



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE GUARIBA
"Centro de Especialidades Odontológicas"

000571

ANEXO I

ITEM 31 - BOMBA A VACUO

POSICÃO	EMPRESA	PRODUTOS	DESCRIÇÃO
1º COLOCADO	C.E.C. IMPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA - LPP	MD 600/66	- A POTENCIA FICOU ABAIXO DO EDITAL - O PESO FICOU ABAIXO DO EDITAL - SEM INFORMAÇÃO DE MEDIDAS
2º COLOCADO	BGF COMERCIAL - LTDA	MD 600	- A POTENCIA FICOU ABAIXO DO EDITAL - O PESO FICOU ABAIXO DO EDITAL - SEM INFORMAÇÃO DE MEDIDAS
3º COLOCADO	MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS E VETERINARIOS LTDA	MD 600	- NO EDITAL FOI PEDIDO PESO DE 35 KG, ALTURA DE 378 MM, COMPRIMENTO DE 378 MM E LAGURA DE 245 MM E CONFORME A EMPRESA GRIFOU NO PROPRIO MANUAL O EQUIPAMENTO NÃO ATENDEM ESSAS ESPECIFICAÇÕES, UMA VEZ QUE ENTENDEMOS QUE ESSAS MEDIDAS SÃO NECESSARIAS DEVIDO AO LOCAL DE INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO. ENTENDEMOS QUE O PESO DO EQUIPAMENTO NÃO É INDIFERENTE, UMA VEZ QUE OS MATERIASI USADOS EM UMA BOMBA COM O PESO DE 35 KG SÃO MAIS RESISTENTES.



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE GUARIBA

"Centro de Especialidades Odontológicas"

000572

ANEXO II

ITEM 33 - APARELHO DE PROFILAXIA

POSIÇÃO	EMPRESA	PRODUTOS	DESCRIÇÃO
1º COLOCADO	CIRURGICA IZAMED LTDA	ORTUS/BIOSCALER	- NO MANUAL ENCAMINHADO PELA EMPRESA CONSTA BOTÃO SELETOR DE FUNÇÃO (JATO E ULTRASSOM, TECLAS DE AJUSTE DE POTENCIA, BOTÃO DE REGULAGEM DE FLUXO DE AGUA. POREM NÃO APRESENTA O QUE FOI DESCRITO NO EDITAL QUE É PAINEL COM CONTROLES DO SISTEMA ERGONOMICAMENTE DESENHADOS , DIPLAY INDICATIVO DE QUAL FUNÇÃO ESTÁ ACIONADA (PERIO, ENDO OU DENTISTICA)
2º COLOCADO	C.E.C. IMPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA - EPP	KONDENTECH/SCARLER JET	- NÃO CONSTA O DISPLAY INDICATIVO DE QUAL FUNÇÃO ESTÁ ACIONADA
3º COLOCADO	OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	ORTUS/BIOSCALER	- NÃO CONSTA O DISPLAY INDICATIVO DE QUAL FUNÇÃO ESTÁ ACIONADA
4º COLOCADO	BETANIAMED COMERCIAL EIRELI - EPP	DENTEMED/PRIME PUMP	- NÃO CONSTA O DISPLAY INDICATIVO DE QUAL FUNÇÃO ESTÁ ACIONADA
5º COLOCADO	URSA COMERCIAL LTDA	KONDENTECH/SCARLER JET	- NÃO CONSTA COM DISPLAY INDICATIVO DE QUAL FUNÇÃO ESTÁ ACIONADA
6º COLOCADO	BGF COMERCIAL - LTDA	KONDENTECH/SCARLER JET	- NÃO CONSTA O DISPLAY INDICATIVO DE QUAL FUNÇÃO ESTÁ ACIONADA
7º COLOCADO	M V R DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA LTDA	ORTUS/BIOSCALER	- NÃO CONSTA O DISPLAY INDICATIVO DE QUAL FUNÇÃO ESTÁ ACIONADA
8º COLOCADO	EVORA COMERCIO E	MICRODONT/ADVANCED	- NÃO CONSTA O DISPLAY



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE GUARIBA 0573
"Centro de Especialidades Odontológicas" C

	SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS		INDICATIVO DE QUAL FUNÇÃO ESTÁ ACIONADA
9º COLOCADO	KLM LTDA	KONDENTECH/SCARLER JET	- NÃO CONSTA O DISPLAY INDICATIVO DE QUAL FUNÇÃO ESTÁ ACIONADA

Dr. Paulo Eduardo Mendes Ferreira

Responsável Pelo Setor de Saúde Bucal



006574

Prefeitura Municipal de Guariba

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 48.664.304/0001-80

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

*(Pregoeira e membros da equipe de apoio)***Pregão Eletrônico nº 047/2024****Processo nº 88/2024**

Decisão em Recurso Administrativo

Trata-se de recurso administrativo, interposto pela empresa **ALLIAGE S/A INDUSTRIA MEDICO ODONTOLOGICA**, inscrita no CNPJ nº 55.979.736/0001-45, sediada na Rodovia Abraão Assed, s/n, km 53, Bairro Recreio Anhanguera, Ribeirão Preto/SP, CEP: 14097-500 no âmbito do **Pregão Eletrônico nº 47/2024, realizado pela Prefeitura Municipal de Guariba, em face da decisão emanada pela pregoeira que esta subscreve, no decorrer da sessão pública realizada em 05/04/2024, no sentido de questionar a classificação das empresas, C E C IMPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA - EPP, classificada em 1º lugar, no lote 31 e CIRÚRGICA IZAMED LTDA, classificada em 1º lugar, no lote 33 e as demais licitantes que ofertaram os seus produtos em ambos os lotes e que ficaram com o preço menor ao ofertado por esta recorrente, ALLIAGE S/A INDUSTRIA MEDICO ODONTOLOGICA.**

A pregoeira encaminhou o recurso e contrarrazões ao Departamento requisitante, para análise, por se tratar de requisitos técnicos, onde o responsável pelo Setor de Saúde Bucal, Dr. Paulo Eduardo Mendes Ferreira descreveu:

No **LOTE 31 - BOMBA A VACUO** - 1ª colocada **C E C IMPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA – EPP** a potência e o peso ficaram abaixo do edital; 2ª colocada **BGF COMERCIAL – LTDA** a potência e o peso ficaram abaixo do edital e 3ª colocada **MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS E VETERINÁRIOS LTDA** que o equipamento grifado no próprio manual apresentado pela empresa não atende as especificações de peso e nem de medidas necessárias para a instalação do equipamento.

No **LOTE 33 – APARELHO DE PROFILAXIA** - 1ª colocada **CIRURGICA IZAMED** que equipamento apresentado no manual da empresa não atende ao descrito no edital que é painel com controles do sistema ergonomicamente desenhados, display indicativo de qual função está acionada: perio, endo, dentística; 2ª colocada **C E C IMPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA – EPP** não consta o display indicativo de qual função está acionada; 3ª colocada **OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI** não consta o display indicativo de qual função está acionada; 4ª colocada **BETANIAMED COMERCIAL EIRELI - EPP** não consta o display indicativo de qual função está acionada; 5ª colocada **URSA COMERCIAL LTDA** não consta o display indicativo de qual função está acionada; 6ª colocada **BGF COMERCIAL LTDA** não consta o display indicativo de qual função está acionada; 7ª colocada **M V R DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA LTDA** não consta o display indicativo de qual função está acionada; 8ª colocada **EVORA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA** não consta o display indicativo de qual função está acionada e 9ª colocada **KLM LTDA - EIRELLI** não consta o display indicativo de qual função está acionada.



000575

Prefeitura Municipal de Guariba

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 48.664.304/0001-80

Diante da análise, diligências e resposta do Departamento competente, conforme documento anexo, a pregoeira e os membros da equipe de apoio, abaixo assinados, **julgam procedente** ao recurso da empresa **ALLIAGE S/A INDUSTRIA MEDICO ODONTOLOGICA** e se colocam à inteira disposição para todo e qualquer esclarecimento que ainda se fizer necessário.


Assim sendo, as empresas **C E C IMPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA – EPP; BGF COMERCIAL – LTDA** e **MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS E VETERINÁRIOS LTDA** serão desclassificadas no lote **31**.

E as empresas **CIRURGICA IZAMED; C E C IMPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA – EPP; OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI; BETANIAMED COMERCIAL EIRELI - EPP; URSA COMERCIAL LTDA; BGF COMERCIAL LTDA; M V R DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA LTDA; EVORA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA** e **KLM LTDA – EIRELLI** serão desclassificadas no lote **33**.

Guariba, 26 de abril de 2024.


Calimélia Rosana Moreira
Pregoeira


Cristiane Aparecida Souza S. Silva
Membro


Isabela Montefusco Manna
Membro