



ESCLARECIMENTO 01

REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2024 – REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE REAGENTE QUÍMICO LÍQUIDO-SOLUÇÃO SPANDS PARA ENSAIO DE FLUORETO POR COLORIMETRIA.

Considerando dúvidas levantadas por empresa(s) interessada(s) em participar da licitação, no melhor interesse da Autarquia, seguem abaixo os questionamentos com as devidas respostas.

Pergunta 01

O reagente será utilizado em qual equipamento? Por gentileza, informar a marca e modelo do equipamento.

Resposta 01

Nossos medidores de fluoreto são:

- Fluorímetro DIGIMED – DM-FL
- Fluorímetro DELLAB – DL-FL

Pergunta 02

Será aceito frasco de 500 ml? Ou seja, 400 frascos de 500 ml, totalizando os 200 litros solicitados no edital

Resposta 02

Conforme disposto no Anexo I do edital, os frascos deverão ser de 1.000 ml.

Como se trata de esclarecimento, demais condições permanecem inalteradas.

Amanda César dos Santos
Supervisor da Unidade de Licitações e Compras

Jacareí, 08 de maio de 2024.

Eric dos Santos Burgomeister
Diretor de Departamento Administrativo

Eder Campos Oliveira
Presidente do SAAE – Jacareí