



Processo Administrativo nº 1831/2025

Pregão Eletrônico nº 12/2025

Aquisição de Insumos de Diabetes (agulhas para aplicação de glicemia e tiras reativas)

**Análise das amostras e documentações:**

De acordo com o item 7.67 do edital, as empresas provisoriamente vencedoras apresentaram amostras e documentos das marcas ofertadas, que foram encaminhadas para a equipe técnica que analisou e concluiu conforme segue:

**Item 09:** Tira reagente para determinação quantitativa de glicemia:

**Amostras de tiras da marca: G-TECH:**

De acordo com o relatório apresentado a marca ofertada **não atende** aos seguintes itens:

1. *Conforme previsto no edital o equipamento não deve possuir sistema de codificação. No entanto, o produto entregue não atende esse requisito. Isso compromete a praticidade e a segurança do uso, especialmente em nosso ambiente com alta demanda. Caso contrário, orienta-se o contato com o SAC, o que compromete a praticidade no uso diário.*

2. *Validade das tiras: Após a abertura da embalagem, as tiras possuem validade de apenas 6 meses, enquanto o edital solicita validade mínima de 1 ano.*

3. *Ausência de tecnologia Bluetooth: O equipamento não possui tecnologia Bluetooth, o que impossibilita a integração com aplicativos de celular, fator importante principalmente para pacientes mais jovens e adeptos de uso de tecnologia.*

4. *Uso de tiras teste: As tiras não são indicadas para diagnóstico ou triagem de diabetes, o que limita sua aplicabilidade em contextos clínicos mais amplos.*



*5. Sensibilidade a campos magnéticos: Os aparelhos não devem ficar próximos a aparelhos magnéticos, como televisão e celulares, o que dificulta o uso cotidiano em ambientes comuns.*


E de acordo ainda, com o responsável pelo recebimento da amostra, não foi entregue a Certificação do ISO, tampouco o aparelho veio embalado em estojo protetor, conforme solicitado no edital.

Diante disso, a marca **G-TECH** foi considerada **INSATISFATÓRIA**.

Os demais itens do referido pregão, foram analisados e as marcas foram **APROVADAS** pela equipe técnica da Secretaria da Saúde.

Encaminho para o Setor de Licitações para as demais providências.

Itatiba, 25 de Abril de 2025

  
Thiago Alexandre Ciafa Guidi  
Enfermeiro – Coren SP 556.540  
Coordenador da Atenção Secundária  
Saúde – Itatiba