



PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICABAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
LABORATÓRIO MICRO REGIONAL DE JABOTICABAL
FONE (16)32021343 - RUA MONTEIRO LOBATO, S/N - CENTRO

PARECER TÉCNICO DAS AMOSTRAS PREGÃO Nº 65/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9549-4/2024

	Produto	Marca	Laudo	Conclusão
	LOTE 1			
ITEM	Empresa	Dimebras		
1	Agulha múltipla 25X8 ou 32X8 p/ tubo à vácuo com cânula e dispositivo de segurança que permite a visualização do fluxo sanguíneo ou adaptador com dispositivo de segurança	SOL MILLENIUM	Amostras em desacordo com o descritivo do edital, foi solicitado agulhas com câmara de visualização, a encaminhada não possui a câmara. Foi solicitado 1 caixa fechada para análise, vieram somente 2 unidades	Reprovado
2	Escalpe para coleta à vácuo 23X7 com dispositivo de segurança	SOL MILLENIUM	Amostra em desacordo com a quantidade solicitada para análise, foi solicitado 1 caixa, vieram 2 unidades . Em desacordo com o descritivo edital, foi solicitado 23X7, veio 21X7	Reprovado
	LOTE 2			
ITEM	Empresa	CAMARGO SCIENCE		
1	Tubo a vácuo tampa cinza para coleta à vácuo 4,0 ou 5 ml	Vacurette	As amostras foram analisadas tecnicamente, com parecer favorável	Aprovado
2	Tubo a vácuo tampa preta pra vhs	Vacurette	As amostras foram analisadas tecnicamente, com parecer favorável	Aprovado
3	Tubo a vácuo tampa roxa de 4,0 ou 5,0 ml	Vacurette	As amostras foram analisadas tecnicamente, com parecer favorável	Aprovado
4	Tubo a vácuo tampa roxa pediátrico	Vacurette	As amostras foram analisadas tecnicamente, com	Aprovado

			parecer favorável	
5	Tubo a vácuo tampa vermelho/amarela com gel separador de 5,0 ml	Vacurette	As amostras foram analisadas tecnicamente, com parecer favorável	Aprovado
6	Tubo a vácuo tampa vermelho/amarela com gel separador de 3,5 a 4,0 ml	Vacurette	As amostras foram analisadas tecnicamente, com parecer favorável	Aprovado
7	Tubo a vácuo tampa vermelho/amarela com gel separador de 8,0 ml –	Vacurette	As amostras foram analisadas tecnicamente, com parecer favorável	Aprovado
8	Tubo a vácuo tampa azul 2,0 a 2,7 ml	Vacurette	As amostras foram analisadas tecnicamente, com parecer favorável	Aprovado
9	Tubo a vácuo tampa azul 3,5 a 4,5 ml l	Vacurette	As amostras foram analisadas tecnicamente, com parecer favorável	Aprovado
10	Tubo à vácuo tampa branca de 9 ml para coleta `+a vácuo	Vacurette	As amostras foram analisadas tecnicamente, com parecer favorável	Aprovado

Jaboticabal, 03 de outubro de 2024

Eliana Ap. Souza Camilotti

Eliana Ap. Souza Camilotti
Gerente do Laboratório