



Prefeitura Municipal de Jaboticabal

Jaboticabal, 25 de outubro de 2024

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO – Nº 04

Assunto: Pedido de Esclarecimento – **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 077/2024**

Data: 25/11/2024

Aos interessados,

Atendendo o pedido de esclarecimento encaminhado a esta Comissão de Contratação, em conformidade com o princípio da publicidade, esclarecemos a seguir a questão levantada sobre o Edital de **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 077/2024**.

DO PEDIDO

item 175 – INDICADOR BIOLÓGICO 24 HORAS, verificamos que não foi solicitado o comodato da incubadora (equipamento necessário para leitura desses indicadores).

- Será necessário o fornecimento de incubadoras em comodato?
- Se sim, qual quantidade?
- Se não, qual marca / modelo utilizado?

DAS RESPOSTAS

Como consta no edital, será requisitado incubadoras em comodato para suprir a demanda do município.

Quanto às quantidades, serão requisitadas ao menos 5 unidades do equipamento podendo este número ser superior dependendo da recomendação dos órgãos fiscalizadores (COREN, VISA, etc.) quanto a instalação dos mesmos nas diversas unidades de saúde do município e aquelas que, futuramente, venham a ser inauguradas.

A marca ofertada deverá ser compatível com os testes disponibilizados, ficando a critério do fornecedor escolher a marca do produto.

Atenciosamente,
A COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO