



Prefeitura Municipal de Jaboticabal

Jaboticabal, 29 de outubro de 2024

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO – Nº 02

Assunto: Pedido de Esclarecimento – **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 077/2024**

Data: 29/10/2024

Aos interessados,

Atendendo o pedido de esclarecimento encaminhado a esta Comissão de Contratação, em conformidade com o princípio da publicidade, esclarecemos a seguir a questão levantada sobre o Edital de **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 080/2024**.

DO PEDIDO

Item 143 Seringa de Insulina, trata-se de agulha 08x0,3 ou 13x0,45?

DAS RESPOSTAS

Conforme esclarecimento manifestado pelo setor requerente, a agulha constante na seringa é a de 13x4,5mm.

Atenciosamente,
A COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO