



BLL COMPRAS

Esclarecimentos - Processo 89\2024 - MUNICIPIO DE JABOTICABAL

Requerimento

Criado em	Texto	Arq. escl.	Endereço
05/12/2024 16:48	Prezados, boa tarde! Pedido de esclarecimento, Ref.: PE 089/2024 - ITENS 66 E 67: "MONITOR MULTIPARÁMETRICO DE SINAIS VITAIS" Com o intuito de aumentar a competitividade do certame, questionamos, serão aceitas tecnologias que possuem tela de pelo menos 15 polegadas e resolução de 1024 x 768 pixels? Além disso, o descritivo técnico menciona: "Permite adicionar futuramente software que calcule pontuação de aviso prévio (EWS)". Sabendo que esses protocolos são comumente utilizados em equipamentos de triagem e que a aquisição do equipamento em questão não possui tal aplicabilidade, indagamos, serão aceitos monitores que não possuem possibilidade de pontuação de advertência precoce? Aguardo retorno, Atenciosamente.		Não há arquivo anexado.

Resposta

Criado em	Texto	Arq. resp.	Endereço
11/12/2024 12:50	Quanto à questão levantada pela empresa, não há objeção à participação da mesma.		Não há arquivo anexado.

ZÉLIO ANTONIO MORETTO JÚNIOR
JABOTICABAL-SP - 11/12/2024

Gerado em: 11/12/2024 16:56:37