



Prefeitura Municipal de Jaboticabal

Jaboticabal, 18 de dezembro de 2024

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO – Nº 01

Assunto: Pedido de Esclarecimento – **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 091/2024**

Data: 18/12/2024

Aos interessados,

Atendendo o pedido de esclarecimento encaminhado a esta Comissão de Contratação, em conformidade com o princípio da publicidade, esclarecemos a seguir a questão levantada sobre o Edital de **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 091/2024**.

DO PEDIDO

O item 1 seringa insulina 1ml a descrição está como pacote com 10 porém a unidade de medida está UND, na plataforma esta marcando como “PCT”, a disputa será por unidade ou por pacote c/10?

DAS RESPOSTAS

Esclareço que por motivo de erro material no momento da importação das informações, entre nosso sistema informatizado e Plataforma BLL, para publicação do referido pregão eletrônico, foi registrada, equivocadamente, a unidade de medida “PAC”. Entretanto, a informação correta consta no Edital, instrumento soberano uma vez que a administração pública está vinculada aos seus termos, conforme trecho apresentado a seguir:

3. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO OBJETO

ITEM	QNT	APRESENTAÇÃO	DESCRIÇÃO
1	200.000	Unidade	Seringa para insulina descartável de 1ml graduada de 0 a 100 unidades com agulha fina 8 x 0,30 mm (agulha curta) calibre 30G hipodérmica, acoplada, embalagem com 10 unidades

Diante da justificativa, a proposta deverá ser ofertada em seu preço por unidade (UN) do produto, conforme consta no item 3 do Termo de Referência do presente Edital.

Atenciosamente,
O Pregoeiro.