
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 059/2024

ANEXO IX -

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

1. Introdução

DESCRIÇÃO DETALHADA DOS MATERIAIS PARA ABERTURA DE LICITAÇÃO PARA ATENDER A ROTINA DO HOSPITAL, ROTINA CIRÚRGICA E/OU URGÊNCIA/EMERGÊNCIA

2. Justificativa

Abertura de processo licitatório para os materiais descritos em anexo padronizados no Hospital Fusam e imprescindíveis para assistência aos pacientes internados e atendimento de rotina do centro cirúrgico e/ou urgência/emergência.

Materiais esses deram deserto, itens não contratados na PE 030/2024 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MATERIAL HOSPITALAR III

3. Previsão de Contratação Anual.

Previsto para utilização na rotina hospitalar, rotina cirúrgica e/ou urgência/emergência no prazo de 12 (doze) meses.

4. Requisitos da contratação

- Cópia da Autorização de funcionamento da empresa,
- Cópia da Licença de Funcionamento (Alvará sanitário),
- Cópia da Licença de Funcionamento do Fabricante,
- Certificado de Registro do Produto, expedido pela ANVISA
- Certificado de Regularidade no CRF.

5. Quantitativo e especificidade

Nº de Ordem	Descritivo	Unidade de Medida	Quantidade
1	AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES FRC 100ML	FRS	2000
2	AGULHA TRANSOBTURATORIA (SLING) 20 CM - PAR	UNI	2
3	ASPIRADOR AR COMPRIMIDO PARA REDE DE GASES	UNI	60
4	AVENTAL IMPERMEAVEL MANGA LONGA DESCARTAVEL C/ PUNHO	UNI	200
5	BANDEJA INOX	UNI	10
6	BRONQUINHO 70 /120ML	UNI	200
7	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA N 3.0 DESC. C/ CUFF	UNI	10
8	CANULA ENDOTRAQUEAL ARAMADA Nº 3,0 PVC	UNI	10
9	CAPA DE COLCHAO HOSPITALAR 1,90 X 0,80 D 33	UNI	36
10	CATETER EPIDURAL 18 G	UNI	10
11	CATETER P/ EMBOLECTOMIA ARTERIAL 3FR	UNI	5
12	CATETER P/ EMBOLECTOMIA ARTERIAL 4FR	UNI	5
13	COLCHAO PARA CAMA FAWLER INFANTIL / BERCO HOSPITALAR	UNI	10
14	CONECTOR "Y" ADULTO C/ FURO P/ PROXIMAL	UNI	10
15	CURATIVO ALGINATO DE CÁLCIO C/ PRATA S/ SÓDIO	UNI	50
16	DRENO DE KHER N 14	UNI	40
17	DRENO DE KHER N 16	UNI	40
18	DRENO DE KHER N 18	UNI	40
19	DRENO DE KHER N 20	UNI	40
20	DRENO DE PENROSE Nº 001 ESTERIL	UNI	100
21	DRENO DE PENROSE Nº 002 ESTERIL	UNI	100
22	DRENO DE PENROSE Nº 003 ESTERIL	UNI	100
23	DRENO DE PENROSE Nº 004 ESTERIL	UNI	100
24	EQUIPO 2 VIAS NEONATAL	UNI	500
25	EQUIPO 2 VIAS P/ IRRIGACAO UROLOGIA	UNI	50
26	EQUIPO 4 VIAS P/ IRRIGACAO ARTROSCOPIA	UNI	50

27	EQUIPO MACROGOTAS FOTOSENSIVEL C/ INJETOR LATERAL	UNI	80
28	FIO ALGODAO 0 SEM AGULHA	UNI	240
29	FIO POLIGLACTINA 1 AG 3,6CM 1/2 CIRC	UNI	720
30	FIO POLIGLACTINA 2 AG 2,6CM 1/2 CIRC	UNI	600
31	FIO POLIGLACTINA 2 AG 4,0CM 1/2 CIRC	UNI	720
32	FIO POLIGLACTINA 3 AG 2,5CM 1/2 CIRC	UNI	540
33	FIO POLIGLACTINA 3 AG 3,5CM 1/2 CIRC	UNI	540
34	FIO POLIPROPILENO 4, 2 AG 1,7 CM 1/2 CIRC. CIL.	ENV	480
35	FIO POLIPROPILENO 6-0, 2AG. 1,3 CM 3/8 CIL	UNI	480
36	FITA CARDIACA	UNI	72
37	FRASCO MEDIASTINO 1000 ML	UNI	80
38	JARRA INOX	UNI	10
39	MACRONEBULIZADOR COMPLETO ADULTO	UNI	20
40	MARTELO ORTOPEDICO 750GR TAMANHO 20 CM	UNI	1
41	MASCARA COXIM INFLAVEL GRANDE SILICONE Nº 5 REAN./ANEST	UNI	7
42	MASCARA COXIM INFLAVEL MEDIA SILICONE Nº4 REAN./ANEST	UNI	10
43	PAPAGAIO INOX	UNI	20
44	PAPEL TERMICO MILIMETRADO PARA ECG BENEHEART R3 MINDRAY	RO	300
45	PROTETOR OCULAR EXTRA PQUENO (PP) PARA FOTOTERAPIA	UNI	24
46	PROTETOR OCULAR GRANDE PARA FOTOTERAPIA	UNI	10
47	PROTETOR OCULAR MEDIO PARA FOTOTERAPIA	UNI	24
48	PROTETOR OCULAR PEQUENO PARA FOTOTERAPIA	UNI	24
49	PULSEIRA MAMAE / BEBE - PLASTICO	UNI	500
50	SABONETE GLICERINADO PARA BANHO RECEM NASCIDO	FRS	100
51	SISTEMA FECHADO 10F DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL	UNI	20
52	SISTEMA FECHADO 12F DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL	UNI	30
53	TAMPINHA P/ CATETER	UNI	500

54	TUBO ENDOTRAQUEAL SEM CUFF N. 2,5	UNI	20
55	TUBO ENDOTRAQUEAL SEM CUFF N. 4,5	UNI	10
56	MASCARA CIRURGICA DESC. C/ TIRA	UNI	60.000

AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES FRC 100ML = água oxigenada 10 volumes, embalado individualmente em frasco de 100 ml com tampa de rosca.

AGULHA TRANSOBTURATORIA (SLING) 20 CM - PAR = MODELO COMPLETO - ESQUERDO E DIREITO. Este produto auxilia na histerectomia via vaginal sem prolapso.

ASPIRADOR AR COMPRIMIDO PARA REDE DE GASES=aplicação ar comprimido tipo

Venturi,frasco de vidro,volume 500ml,uso esterilizável,válvula com tampa de rosca e sistema com bóia antitransbordamento,conexão da rede de ar padrão ABNT NBR 11906

AVENTAL IMPERMEAVEL MANGA LONGA DESCARTAVEL C/ PUNHO= avental impermeável descartável, de mangas longas, punho de malha ou elástico e abertura posterior: gramatura mínima de 50 G/M2, deve ser confeccionado de material de boa qualidade, atóxico, hidro/hemorrepelente, hipoalérgico, com baixo desprendimento de partículas e resistente, proporcionar barreira antimicrobiana efetiva (teste de eficiência de filtração bacteriológica - bfe).

BANDEJA INOX= A bandeja é um produto de apoio com múltiplas finalidades utilizado na rotina diária dos serviços de saúde, indústria química, laboratórios e gastronomia. Indicada para acomodar, organizar, esterilizar e transportar produtos.

Fabricada em aço inoxidável AISI 304, possui alta resistência à corrosão, a ação mecânica, térmica e química, tolerando a esterilização em altas e baixas temperaturas.

BRONQUINHO 70 /120ML= frasco coletor de 100 ml para broncoscopia, em pvc transparente atóxico, com marcação volumétrica até 70 ml, etiqueta de identificação para registro de nome, data, espécie e solicitante, com tampa de rosca em polipropileno, com alça para fixação, com duas entradas, sendo uma adaptada com tubo de látex de 10 MM de diâmetro externo e 6 MM de diâmetro interno e outra para conectar ao sistema de aspiração, estéril, descartável. embalagem estéril individual, com dados de identificação, procedência, Nº no ministério da saúde (anvisa), lote, tipo de esterilização e prazo de validade.

CANULA DE TRAQUEOSTOMIA N 3.0 DESC. C/ CUFF= cânula de traqueostomia Nº 3,0 polivinil, flexível, transparente, estéril e descartável. cânula externa com balão de baixa pressão e alto volume, valvulado, linha radiopaca, asas para fixação, com impressão do número em local visível, acabamento que não cause traumatismo traqueal; mandril com ponta arredondada de fácil manuseio, fita de fixação, estéril; isento de látex. embalagem estéril individual, com dados de identificação, procedência, Nº no ministério da saúde (anvisa), lote, tipo de esterilização e prazo de validade.

CANULA ENDOTRAQUEAL ARAMADA Nº 3 PVC = confeccionada em tubo de PVC transparente; siliconizado; provida internamente com espiral em aço inox; radiopaco em toda a sua extensão; com balão de baixa pressão e alto volume; diâmetro interno 3,0 mm. Embalagem estéril individual, com dados de identificação, procedência, nº no ministério

da saúde (ANVISA), lote, tipo de esterilização e prazo de validade.

CAPA DE COLCHAO HOSPITALAR 1,90 X 0,80 D 33= corvin azul, com ziper.

CATETER EPIDURAL 18 G= embalagem estéril individual, com dados de identificação, procedência, Nº no ministério da saúde (anvisa), lote, tipo de esterilização e prazo de validade.

CATETER P/ EMBOLECTOMIA ARTERIAL 3FR= cateter 3fr, com 80CM de comprimento aproximadamente, volume do balão de 0,20ml e 8mm de diâmetro. indicado para a remoção de trombos e êmbolos arteriais. embalado em material que promova barreira microbiana, abertura e transferência asséptica, a apresentação do produto devera obedecer à legislação atual vigente.

CATETER P/ EMBOLECTOMIA ARTERIAL 4FR= cateter 4fr, com 80CM de comprimento aproximadamente, volume do balão de 0,75ML E 10,5MM de diâmetro. indicado para a remoção de trombos e êmbolos arteriais. embalado em material que promova barreira microbiana, abertura e transferência asséptica, a apresentação do produto devera obedecer à legislação atual vigente.

COLCHAO PARA CAMA FAWLER INFANTIL / BERCO HOSPITALAR= Colchão para Berço Hospitalar, Impermeável, revestido de courvim azul, na medida de 1,28cm x 58 x 10

CONECTOR "Y" ADULTO C/ FURO P/ PROXIMAL= O Conector Y é utilizado em circuitos respiratórios/ ventilação pulmonar de ramo duplo para realizar a conexão entre as traqueias e a cânula de traqueostomia, filtro HMEF ou cateter mount, de acordo com a especificação do circuito. Características: Confeccionado em policarbonato; Autoclavável / Reutilizável; Produto não estéril;

CURATIVO ALGINATO DE CÁLCIO C/ PRATA S/ SÓDIO= Curativo de hidrofibra com alginato de calcio e prata Ionica, cobertura de hidrofibra com alta capacidade de absorção, antimicrobiana, esteril, constituída por alginato de calcio, carboximetilcelulose sodica (CMC) e por 0,6% de prata ionica. Sem adição de sodio. Tamanho 15x15. Com certificado de boas praticas de fabricação, embaladas individualmente contendo dados de identificação do produto, n. lote, validade e n. do registro do registro de hidrofibra no Ministerio da Saude

téril.

DRENO DE KHER N 14= embalagem estéril individual, com dados de identificação, procedência, Nº no ministério da saúde (anvisa), lote, tipo de esterilização e prazo de validade.

DRENO DE KHER N 16= embalagem estéril individual, com dados de identificação, procedência, Nº no ministério da saúde (anvisa), lote, tipo de esterilização e prazo de validade.

DRENO DE KHER N 20= embalagem estéril individual, com dados de identificação, procedência, Nº no ministério da saúde (anvisa), lote, tipo de esterilização e prazo de validade.

DRENO DE PENROSE Nº 001 ESTERIL= embalagem estéril individual, com dados de identificação, procedência, Nº no ministério da saúde (anvisa), lote, tipo de esterilização e prazo de validade.

DRENO DE PENROSE Nº 002 ESTERIL= embalagem estéril individual, com dados de identificação, procedência, Nº no ministério da saúde (anvisa), lote, tipo de esterilização e prazo de validade.

DRENO DE PENROSE Nº 003 ESTERIL= embalagem estéril individual, com dados de

identificação, procedência, Nº no ministério da saúde (anvisa), lote, tipo de esterilização e prazo de validade.

DRENO DE PENROSE Nº 004 ESTERIL= embalagem estéril individual, com dados de identificação, procedência, Nº no ministério da saúde (anvisa), lote, tipo de esterilização e prazo de validade.

EQUIPO 2 VIAS NEONATAL= dispositivo para administração de medicamentos/soluções; com 2 conectores luer lock fêmea universais com tampas; 2 clamp corta fluxo, conector 2 vias, um conector luer slip macho universal com protetor, comprimento total aproximado de 15 cm. acompanha tampas protetoras adicionais. embalagem estéril individual, com dados de identificação, procedência, Nº no ministério da saúde (anvisa), lote, tipo de esterilização e prazo de validade.

EQUIPO 2 VIAS P/ IRRIGACAO UROLOGIA= equipo em pvc cristal, duas vias com controle gota a gota para irrigação contínua em cirurgias urológicas. equipo em pvc cristal, duas vias, atóxico, ponta introdutora/perfurador com tampa, pinça corta-fluxo na duas extensões das vias, acoplamento tipo , câmara gotejadora e conector escalonado

EQUIPO 4 VIAS P/ IRRIGACAO ARTROSCOPIA= equipo de irrigação contínua com quatro vias para artroscopia ou qualquer procedimento médico-cirúrgico em que seja necessário fluxo de irrigação contínuo, descartável, atóxico, apirogênico, tubulação em pvc e siliconizado, com estranguladores em todos os níveis. embalagem estéril individual, com dados de identificação, procedência, Nº no ministério da saúde (anvisa), lote, tipo de esterilização e prazo de validade.

EQUIPO MACROGOTAS FOTOSSENSIVEL C/ INJETOR LATERAL= equipo macrogotas para infusão de soluções fotossensíveis com pinça rolete de alta precisão; injetor lateral em "Y" com área para rápida assepsia, com membrana autocicatrizante ou valvulado; dispositivo de entrada de ar com filtro hidrófobo de 15 micras; câmara de gotejamento âmbar com filtro de fluído no seu interior (malha de 15 micras) flexível, de 20 gotas/ml e perfurador do soro tipo lanceta; tubo extensor em pvc ou polietileno flexível, uniforme; de cor âmbar, igual ou superior a 1, 20 m de comprimento. conector luer lock e protetores que garantam a sua esterilidade e bolsa fotoprotetora para ampolas e frascos. estéril apirogênico e atóxico. embalagem estéril individual em papel grau cirúrgico ou embalagem plástica, com dados de identificação, procedência, Nº no ministério da saúde (anvisa), lote, tipo de esterilização e prazo de validade.

FIO ALGODAO 0 SEM AGULHA= Algodão 0, sem agulha: Fio algodão com poliéster, azul ou preto, trançado, estéril, não absorvível, diâmetro 0 , sem agulha, medindo aproximadamente 45cm. Para utilização em cirurgias gastrointestinal/ geral. **Apresentar amostra ou apresentar todo o descritivo solicitado em destaque e de fácil identificação no catálogo do fabricante do respectivo item.**

FIO POLIGLACTINA 1 AG 3,6CM 1/2 CIRC= Fio cirúrgico sintético violeta trançado, com cobertura de poliglactina, estéril, absorvível, diâmetro 1, com agulha medindo 3,6cm curva 1/2 circular, ponta cilíndrica, medindo aproximadamente 70cm, com bom corte, que não quebre ou entorte com facilidade, em envelope individual.

FIO POLIGLACTINA 2 AG 2,6CM 1/2 CIRC= Fio cirúrgico sintético violeta trançado, com cobertura de poliglactina, estéril, absorvível, diâmetro 2, com agulha medindo 2,6cm curva 1/2 circular, ponta cilíndrica, medindo aproximadamente 70cm, com bom corte,

que não quebre ou entorte com facilidade, em envelope individual. Para utilização em cirurgias gastrointestinal .

FIO POLIGLACTINA 2 AG 4,0CM 1/2 CIRC = Fio cirúrgico sintético violeta trançado, com cobertura de poliglactina, estéril, absorvível, diâmetro 2, com agulha medindo 4,0cm curva 1/2 circular, ponta cilíndrica, medindo aproximadamente 70cm, com bom corte, que não quebre ou entorte com facilidade, em envelope individual. Para utilização em cirurgias gastrointestinal . **Apresentar amostra ou apresentar todo o descritivo solicitado em destaque e de fácil identificação no catálogo do fabricante do respectivo item.**

FIO POLIGLACTINA 3 AG 2,5CM 1/2 CIRC = Fio cirúrgico sintético violeta trançado, com cobertura de poliglactina, estéril, absorvível, diâmetro 3, com agulha medindo 2,6cm curva 1/2 circular, ponta cilíndrica, medindo aproximadamente 70cm, com bom corte, que não quebre ou entorte com facilidade, em envelope individual. **Apresentar amostra ou apresentar todo o descritivo solicitado em destaque e de fácil identificação no catálogo do fabricante do respectivo item.**

FIO POLIGLACTINA 3 AG 3,5CM 1/2 CIRC = Fio cirúrgico sintético violeta trançado, com cobertura de poliglactina, estéril, absorvível, diâmetro 3, com agulha medindo 3,7cm curva 1/2 circular, ponta cilíndrica, medindo aproximadamente 70cm, com bom corte, que não quebre ou entorte com facilidade, em envelope individual. **Apresentar amostra ou apresentar todo o descritivo solicitado em destaque e de fácil identificação no catálogo do fabricante do respectivo item.**

FIO POLIPROPILENO 4, 2 AG 1,7 CM 1/2 CIRC. CIL. = Fio cirúrgico sintético monofilamento de polipropileno, azul, estéril, não absorvível, diâmetro 4-0, com 2 agulhas medindo 1,5cm curva 1/2 circular, ponta cilíndrica , medindo aproximadamente 75cm, com bom corte, que não quebre ou entorte com facilidade, em envelope individual. **Apresentar amostra ou apresentar todo o descritivo solicitado em destaque e de fácil identificação no catálogo do fabricante do respectivo item.**

FIO POLIPROPILENO 6-0, 2AG. 1,3 CM 3/8 CIL= Fio cirúrgico sintético monofilamento de polipropileno, azul, estéril, não absorvível, diâmetro 6-0, com 2 agulhas medindo 1,3cm curva 3/8 circular, ponta cilíndrica , medindo aproximadamente 75cm, com bom corte, que não quebre ou entorte com facilidade, em envelope individual, para uso em cirurgia cardiovascular. **Apresentar amostra ou apresentar todo o descritivo solicitado em destaque e de fácil identificação no catálogo do fabricante do respectivo item.**

FITA CARDIACA= Fita Cardíaca de Algodão, de cor branca e constituída por uma fita de

algodão alvejado, com 3mm de largura e 80 cm de comprimento, estéril

FRASCO MEDIASTINO 1000 ML= frasco mediastino 1000 ml, estéril. embalagem estéril individual, com dados de identificação, procedência, Nº no ministério da saúde (anvisa), lote, tipo de esterilização e prazo de validade.

JARRA INOX= Jarra fabricada em aço inoxidável possui tampa e é perfeito para acondicionar instrumentos no processo de esterilização (Autoclave).

MACRONEBULIZADOR COMPLETO ADULTO= O macronebulizador possui um design compacto e ergonômico, com componentes fáceis de manusear. Ele é composto por um frasco para medicamentos, uma câmara de nebulização, uma conexão de oxigênio e uma máscara ou bocal para o paciente.

Frasco para medicamentos: O frasco para medicamentos é projetado para acomodar soluções medicamentosas líquidas que serão nebulizadas e inaladas pelo paciente. Possui capacidade adequada para administrar a dose necessária de medicamento de acordo com a prescrição médica.

Câmara de nebulização: A câmara de nebulização é responsável por transformar o medicamento líquido em uma névoa fina que pode ser inalada pelo paciente. Ela é construída com materiais duráveis e transparentes para permitir uma visualização clara da nebulização.

Conexão de oxigênio: O macronebulizador possui uma conexão de oxigênio que permite a mistura precisa do oxigênio com a névoa medicamentosa, garantindo a administração eficaz da terapia de nebulização.

Máscara ou bocal: O macronebulizador é compatível tanto com máscara quanto com bocal, oferecendo opções de uso de acordo com as necessidades do paciente. A máscara é adequada para pacientes que requerem inalação por toda a face, enquanto o bocal é utilizado por pacientes capazes de inalar pelo dispositivo oralmente.

MARTELO ORTOPEDICO 750GR TAMANHO 20 CM= Martelo Universal 750g p/ Cirurgia Óssea - ABC Instrumentos Material: Produto Confeccionado em Aço Inoxidável Cirúrgicos; Embalagem: Plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade; Garantia: 10 anos contra defeitos de fabricação; Certificações: Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE.

MASCARA COXIM INFLAVEL GRANDE SILICONE Nº 5 REAN./ANEST G= As máscaras faciais com coxim inflável em silicone são totalmente autoclaváveis a 134° C e permitem o ajuste da pressão do cuff para uma melhor vedação durante o procedimento. Podem ser utilizadas em salas de Ressonância Magnética, Centros Cirúrgicos e nos Reanimadores Protec, seu bojo translucido permite verificar as condições do pacientes durante a ventilação. A Máscara com Coxim Inflável em Silicone é completa e totalmente

intercambiável em quaisquer produtos e com quaisquer outros produtos, de outros fabricantes, que possuam conector cônico normatizado conforme ABNT NBR ISO 5356-1. Produzidas com matéria prima de primeira linha, as máscaras com coxim inflável em silicone para anestesia e reanimação, garantir excelente durabilidade, resistência e praticidade ao profissional da área da saúde que o utiliza. Produto certificado Biocompatível.

MASCARA COXIM INFLAVEL MEDIA SILICONE Nº4 REAN./ANEST M= As máscaras faciais com coxim inflável em silicone são totalmente autoclaváveis a 134° C e permitem o ajuste da pressão do cuff para uma melhor vedação durante o procedimento. Podem ser utilizadas em salas de Ressonância Magnética, Centros Cirúrgicos e nos Reanimadores Protec, seu bojo translucido permite verificar as condições do pacientes durante a ventilação. A Máscara com Cxim Inflável em Silicone é completa e totalmente intercambiável em quaisquer produtos e com quaisquer outros produtos, de outros fabricantes, que possuam conector cônico normatizado conforme ABNT NBR ISO 5356-1. Produzidas com matéria prima de primeira linha, as máscaras com coxim inflável em silicone para anestesia e reanimação, garantir excelente durabilidade, resistência e praticidade ao profissional da área da saúde que o utiliza. Produto certificado Biocompatível.

PAPAGAIO INOX= O Papagaio Inox é indicado para pessoas com dificuldade de locomoção ou acamadas sendo utilizado para coletar a urina em pacientes do sexo masculino. Características: Empregado em casos de incontinência urinária, proporciona maior conforto ao paciente; Permite higienizar em autoclave ou até mesmo com água quente e sanitizante; Comprimento: 25cm; Largura: 16cm; Altura: 11cm.

PAPEL TERMICO MILIMETRADO PARA ECG BENEHEART R3 MINDRAY= papel termico milimetrado para ecg aparelho beneheart r3 - mindray e edan-formato: rolo=largura: 80mm

extensão do rolo: 20m

PROTETOR OCULAR EXTRA PUENO (PP) PARA FOTOTERAPIA= confeccionado em tecido que não solta resíduos, hipoalergênico, blackout integrado, bandagem elástica autocolante ajustável, anatômico e sem costuras.

PROTETOR OCULAR GRANDE PARA FOTOTERAPIA= confeccionado em tecido que não solta resíduos, hipoalergênico, blackout integrado, bandagem elástica autocolante ajustável, anatômico e sem costuras.

PROTETOR OCULAR MEDIO PARA FOTOTERAPIA= confeccionado em tecido que não solta resíduos, hipoalergênico, blackout integrado, bandagem elástica autocolante ajustável, anatômico e sem costuras.

PROTETOR OCULAR PEQUENO PARA FOTOTERAPIA= confeccionado em tecido que não solta resíduos, hipoalergênico, blackout integrado, bandagem elástica autocolante ajustável, anatômico e sem costuras.

PULSEIRA MAMAE / BEBE - PLASTICO= Pulseira de identificação de paciente, fornece método visual de vincular o paciente a sua documentação médica e terapêutica. Modelo numerado Adulto, infantil, mãe e filho e mãe e gêmeos. Pulseira 100 % em PVC pigmentado com botões de travamento em POM, com campo disponível para inserir as informações como "nome", "sexo", "data", "horário" e "numeração". Medidas: Comprimento:

250 mm $\pm$ 10- Largura: 25 mm $\pm$ 5- Regulagem: 12 pontos

SABONETE GLICERINADO PARA BANHO RECEM NASCIDO= A espuma leve e aveludada como algodão deixa o toque mais suave e delicado. Tem pH fisiológico, é hipoalergênico e livre de corantes, parabenos, sulfatos e ftalatos. Deve ser aplicado por um adulto ou sob sua supervisão, evitando áreas de pele irritada ou lesionada

SISTEMA FECHADO 10F DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL= ateter de aspiração sistema fechado, possui a ponta lisa, orifícios laterais, com marca de graduação na extensão do tubo, translúcido permitindo melhor visualização. Nas sondas infantis possui marcação colorida proporcionando um melhor reconhecimento para a profundidade e inserção, válvula para ativação da aspiração, manga em EVA (acetato de vinilo de polietileno), fina e resistente, possibilitando o manuseio da sonda sem o contato direto do profissional com sistema e a secreção. Diminuindo o risco de infecção e contaminação cruzada. Apresenta via de irrigação que permite que a instilação e a lavagem da sonda sejam realizadas; O modelo com via MDI, possibilita o uso de aerossol, sem que haja a necessidade de desconexão, mantendo o paciente conectado ao ventilador, sem quebra do circuito. Na extremidade distal apresenta um conector em Polipropileno que será ligado ao tubo endotraqueal ou tubo de traqueostomia já posicionado no paciente. Na extremidade proximal apresenta um botão de pressão de policarbonato que será conectado a fonte de vácuo.

Apresenta Port de Irrigação de 1-via que auxilia a manter a pressão do circuito de ar, e é usado na injeção de soro fisiológico para limpar a sonda após o procedimento de aspiração. Pode ainda conter um Port MDI que fornece outro acesso para medicação.

SISTEMA FECHADO 12F DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL= ateter de aspiração sistema fechado, possui a ponta lisa, orifícios laterais, com marca de graduação na extensão do tubo, translúcido permitindo melhor visualização. Nas sondas infantis possui marcação colorida proporcionando um melhor reconhecimento para a profundidade e inserção, válvula para ativação da aspiração, manga em EVA (acetato de vinilo de polietileno), fina e resistente, possibilitando o manuseio da sonda sem o contato direto do profissional com sistema e a secreção. Diminuindo o risco de infecção e contaminação cruzada. Apresenta via de irrigação que permite que a instilação e a lavagem da sonda sejam realizadas; O modelo com via MDI, possibilita o uso de aerossol, sem que haja a necessidade de desconexão, mantendo o paciente conectado ao ventilador, sem quebra do circuito. Na extremidade distal apresenta um conector em Polipropileno que será ligado ao tubo endotraqueal ou tubo de traqueostomia já posicionado no paciente. Na extremidade proximal apresenta um botão de pressão de policarbonato que será conectado a fonte de vácuo. Apresenta Port de Irrigação de 1-via que auxilia a manter a pressão do circuito de ar, e é usado na injeção de soro fisiológico para limpar a sonda após o procedimento de aspiração. Pode ainda conter um Port MDI que fornece outro acesso para medicação.

TAMPINHA P/ CATETER= dispositivo rígido para oclusão de conexões luer fêmea: protetor de cone, tampinha para cateter universal que se adapta aos sistemas de infusão intravenosa e ou cateteres protegendo a porta de entrada de possíveis contaminações e também adapta-se as linhas arteriais e venosas. descartável. uso único. estéril. embalagem com 1 tampinha.

TUBO ENDOTRAQUEAL SEM CUFF N. 2,5= tubo endotraqueal Nº 2.5 em pvc atóxico, com faixa radiopaca em sua extensão, siliconizado, superfície lisa, anatômico, graduação

em centímetros, conector de 15 mm, estéril, com cuff de baixa pressão e alto volume. embalagem estéril individual, com dados de identificação, procedência, Nº no ministério da saúde (anvisa), lote, tipo de esterilização e prazo de validade.

TUBO ENDOTRAQUEAL SEM CUFF N. 4,5= tubo endotraqueal Nº 4.5 em pvc atóxico, com faixa radiopaca em sua extensão, siliconizado, superfície lisa, anatômico, graduação em centímetros, conector de 15mm, estéril, sem cuff de baixa pressão e alto volume. embalagem estéril individual, com dados de identificação, procedência, Nº no ministério da saúde (anvisa), lote, tipo de esterilização e prazo de validade.

MASCARA CIRURGICA DESCARTEVEL C/ TIRAS=máscara cirúrgica, descartável, trip filtro, modelo retangular, com no mínimo 20 x 10 cm e 3 pregas longitudinais, sem dispositivo para ajuste nasal fixado no corpo da máscara, e 4 tiras laterais de comprimento adequado para fixação.atóxica, hipoalérgica e inodora. gramatura 30gr.

Os produtos devem ser transportados em sua embalagem original, lacrada e sem sinais de violação.

6. Levantamento de Mercado

Menor preço e entrega rápida de 5 a 7 dias.

7. Descrição da Solução como um todo

Trata-se de aquisição de materiais imprescindíveis na rotina hospitalar, tanto a pacientes internados, quanto a rotina cirúrgica e também para a assistência a urgências/emergências.

As demais especificações técnicas e quantitativo dos itens estão disposto no Termo de Referência.

8. Justificativa para parcelamento ou não

Os materiais deverão ser entregues de forma UNICA.

9. Demonstrativo de resultados pretendidos

Esta quantidade sugerida será suficiente para a assistência hospitalar no prazo de 12 (doze) meses.

10. Providências a serem tomadas pela Administração

Providenciar a licitação dos referidos itens para utilização nos próximos 12 (doze) meses, para a assistência na rotina hospitalar, rotina cirúrgica, e nas urgências/emergências do hospital.

11. Informar Contratações correlatas

Os materiais não licitado na PE 030/2024

12. Impactos Ambientais

Não se aplica.

13. Conclusão

Providenciar a licitação dos referidos itens para utilização nos próximos 12 (doze) meses, para a assistência na rotina hospitalar, rotina cirúrgica, e nas urgências/emergências do hospital, pois os termos dos contratos estão próximos do vencimento.

Sendo assim, declaramos para os devidos fins, que os requisitos do presente Estado Técnico Preliminar serão cumpridos na íntegra.

DATA 25/09/2024

Assinatura da unidade requisitante