

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90225/2025-000

1 - Itens da Licitação

1 - Equipamentos De Imagem Uso Médico

Descrição Detalhada: Equipamentos De Imagem Uso Médico Sistema: Câmera De Vídeo P/ Endoscopia, Tipo: C/ Gravação Integrada De Vídeo E Imagem, Características: Conexão P/ Módulos, Componente: Controle Automático Da Fonte De Luz, Componente I: Resolução Cerca De 1920 X 1080 Pixels, Componentes Adicionais: C/ 2 Canais Simultâneos

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Valor Total (R\$): 211.435,11

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 100,00

Local de Entrega (Quantidade): Campinas/SP (1)

Grupo: G1

2 - Estabilizador tensão

Descrição Detalhada: Estabilizador Tensão Capacidade: 600VA, Tensão Alimentação Entrada: 115/220V, Tipo: Nobreak, Quantidade Tomadas Saída: 4. Autonomia Bateria: 15 Min A Plena Carga

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Valor Total (R\$): 8.730,58

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Campinas/SP (1)

Grupo: G1

3 - Fibra Óptica - Uso Médico

Descrição Detalhada: Fibra Óptica - Uso Médico Compatibilidade: Compatibilidade Específica, Características Técnicas: Comprimento De Onda 365 Nm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Valor Total (R\$): 21.580,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Campinas/SP (5)

Grupo: G1

4 - Endoscópio Rígido

Descrição Detalhada: Endoscópio Rígido Ângulo Visão: 30°, Revestimento: Aço Inoxidável, Formato: Reta, Rígida, Dimensão: Cerca De 3 X 350MM, Adicional 2: Compatível Com Fibra Óptica, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 95.683,15

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Campinas/SP (5)

Grupo: G1

5 - Camisa Endoscópica

Descrição Detalhada: Camisa Endoscópica Material: Aço Inoxidável, Tipo: Cânula Superfície Lisa, Modelo: Não Articulada, S/ Fenestra, Componente 1: S/ Torneira, Componente 2: S/ Obturador, Adicional 1: C/ Empunhadura, Adicional 2: C/ Fibra Ótica, Compatibilidade: Compatível C/ Mediastinoscópio, Esterilidade: Reutilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 70.000,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Campinas/SP (10)

Grupo: G1

6 - Camisa endoscópica

Descrição Detalhada: Camisa Endoscópica Material: Aço Inoxidável, Tipo: Cânula Superfície Lisa, Modelo: Não Articulada, S/ Fenestra, Componente 1: C/ 2 Torneiras, Componente 2: S/ Obturador, Tamanho: Cerca De 3 X 100MM, Esterilidade: Reutilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 51.450,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Campinas/SP (10)

Grupo: G1

7 - Camisa Endoscópica

Descrição Detalhada: Camisa Endoscópica Material: Aço Inoxidável, Tipo: Cânula Superfície Lisa, Componente 1: S/ Torneira, Componente 2: S/ Obturador, Tamanho: Cerca De 10 X 150MM, Adicional 1: Ponta Distal Chanfrada 30°, Esterilidade: Reutilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 68.575,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Campinas/SP (10)

Grupo: G1

8 - Instrumental P/ Endoscópio

Descrição Detalhada: Instrumental P/ Endoscópio Tipo: Biópsia, Tipo Ponta: Concha, Tipo Fio: Aço Inoxidável, Dimensão: Cerca De 5 Fr X 35 Cm, Haste: Haste S/ Isolamento, Componente 2: Manopla, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 19.409,10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Campinas/SP (5)

Grupo: G1

9 - Instrumental P/ Endoscópio

Descrição Detalhada: Instrumental P/ Endoscópio Tipo: Pinça, Tipo Ponta: Jacaré, Tipo Fio: Aço Inoxidável, Dimensão: Cerca De 5 Fr X 35 Cm, Haste: Haste S/ Isolamento, Componente 2: Manopla, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 14.900,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Campinas/SP (5)

Grupo: G1

10 - Instrumental P/ Endoscópio

Descrição Detalhada: Instrumental P/ Endoscópio Tipo: Tesoura, Tipo Ponta: Reta, Tipo Fio: Aço Inoxidável, Dimensão: Cerca De 5 Fr X 30 Cm, Haste: Haste S/ Isolamento, Componente 1: C/ Injetor, Componente 2: Manopla, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 17.930,15

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Campinas/SP (5)

Grupo: G1

11 - Estojo

Descrição Detalhada: Estojo Material: Aço Inoxidável, Comprimento: Base Cerca De 10 X 10CM, Altura: Altura Cerca De 40CM, Características Adicionais: Com Tampa, Para Esterelização

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 19.995,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Campinas/SP (5)

Grupo: G1

12 - Estojo

Descrição Detalhada: Estojo Material: Aço Inoxidável, Comprimento: Base Cerca De 10 X 10CM, Altura: Altura Cerca De 40CM, Características Adicionais: Com Tampa, Para Esterelização

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 5.333,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Campinas/SP (5)

Grupo: G1

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Equipamentos De Imagem Uso Médico	1	Unidade
2	Estabilizador tensão	1	Unidade
3	Fibra Óptica - Uso Médico	5	Unidade
4	Endoscópio Rígido	5	Unidade
5	Camisa Endoscópica	10	Unidade
6	Camisa endoscópica	10	Unidade
7	Camisa Endoscópica	10	Unidade
8	Instrumental P/ Endoscópio	5	Unidade
9	Instrumental P/ Endoscópio	5	Unidade
10	Instrumental P/ Endoscópio	5	Unidade
11	Estojo	5	Unidade
12	Estojo	5	Unidade