

1. Objeto

Aquisição de frascos estéreis descartáveis com tiosulfato de sódio para amostragem e incubação de amostras para análise microbiológica de água tratada.

2. Justificativa

Esta aquisição é necessária para execução do controle microbiológico da água, visando o cumprimento ao Anexo XX da Portaria de Consolidação nº 5 de 28 de setembro de 2017 do Ministério da Saúde, ao CONAMA 396 de 03 de abril de 2008 e ao CONAMA nº 357 de 17 de março de 2005.

3. Quantidade e especificações técnicas.

Frasco plástico estéril, descartável, contendo tiosulfato de sódio, utilizado para coleta, armazenamento e incubação de amostras de água destinada ao consumo humano.

Plástico com alta transparência e que não emita fluorescência sob a luz ultravioleta (366nm), pois é utilizado para observação de presença/ausência de coliformes totais e *Escherichia Coli* pelo método substrato cromogênico definido ONPG-MUG. Com tampa rosqueável com lacre, capacidade de 120 mL, marcação de 100 mL e lote impresso no frasco.

Deve acompanhar certificado de esterilidade para cada lote.

Quantidade: 5 caixas com 200 unidades cada.

4. Local de entrega

O material deve ser entregue no almoxarifado do DAE, na Avenida Corifeu de Azevedo Marques nº 1.900, das 08h00 às 16h00 de segunda a sexta-feira.

Vanessa de Abreu
Gestão da Qualidade dos Recursos Hídricos