

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR (ETP)

Elaboração: Luana Orlandelli Nanci Godoi
Supervisão da Assistência Farmacêutica

1 – INTRODUÇÃO

Em consonância com o art. 18 da Lei nº 14.133/2021, o presente Estudo Técnico Preliminar (ETP) tem por objetivo identificar e analisar os cenários para o atendimento da demanda, bem como demonstrar a viabilidade técnica e econômica das soluções identificadas, fornecendo as informações necessárias para subsidiar o respectivo processo de contratação:

“Registro de Preços para a para aquisição de Sensores Freestyle Libre (Fabricante Abbott) em cumprimento às ordens judiciais do Município de Presidente Prudente/SP pelo período de 12 meses.”

O sistema de monitoramento de glicose (sensor utilizado em conjunto com leitor) fornece dados sobre a variabilidade glicêmica do paciente. Com o apoio deste sistema, consegue-se gerar um perfil glicêmico representativo que possibilita intervenções evitando-se episódios de hipo e hiperglicemia. Permite, muitas vezes, uma redução de no índice da hemoglobina glicada. O impacto positivo é evidenciado principalmente nos pacientes com diabetes tipo 1.

2 – DEFINIÇÃO E ESPECIFICAÇÃO DAS NECESSIDADES E REQUISITOS

Em atendimento ao art. 18, §1º, I, da Lei nº 14.133/2021, neste capítulo será definido o objeto necessário com base em uma problemática.

A presente Ata de Registro de Preços visa suprir, por um período de 12 meses, as necessidades de pacientes oriundas de sentença judicial, conforme segue abaixo:

- Guilherme Santos Bertoldi - Processo nº 1020403-16.2022.8.26.0482
- Gabriel Otavio Veloso Marques - Processo nº1000810-35.2021.8.26.0482

Estas demandas haviam sido atendidas, inicialmente, por dispensa de licitação. No entanto, mantendo-se a necessidade dos requerentes por tempo indeterminado e atendendo ao princípio da economicidade, faz-se necessária e urgente a referida aquisição.

O modelo e marca solicitados constam nas decisões judiciais. Além disso, o item deve ser utilizado em conjunto com leitor específico, já de posse dos requerentes, da mesma marca – não sendo compatível, portanto, com outras marcas.

Pretende-se, portanto, manter a regularidade do fornecimento, aos requerentes acima especificados, de material auxiliar ao controle de Diabetes.

3 – ESTIMATIVA DA DEMANDA

Em atendimento ao art. 18, §1º, IV, da Lei nº 14.133/2021, neste capítulo serão definidos os quantitativos cabíveis ao atendimento da demanda.

CÓD	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
105281	Sensor para monitoramento contínuo de glicose intersticial, de uso conjunto com leitor específico, Modelo FreeStyle Libre	48

Para a estimativa da demanda considera-se o consumo médio mensal do item, determinado judicialmente pelas quantidades que devem ser fornecidas mensalmente aos pacientes acima relacionados. Além disso, soma-se um estoque de segurança para atendimento de possíveis novas demandas, bem como o prazo para conclusão do procedimento licitatório.

4 – ANÁLISE DE MERCADO

Por se tratar de atendimento de mandado judicial, este item não se aplica.

5 – ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

O custo estimado da contratação é de R\$ 16.795,20.

6 – DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO IDENTIFICADA

Este capítulo deve trazer detalhadamente, como a solução se enquadraria melhor para ser a solução ideal. Para isso pode ser necessárias reuniões com empresas do ramo, que inclusive poderão ser identificadas neste capítulo com nome/telefone. Após as devidas análises ofertadas nos cenários propostos, identificou-se como parte dos requisitos indicados o abaixo exposto:

Requisitos mínimos da contratação para os resultados pretendidos:

- Os materiais devem ser entregues em perfeito estado, observados os padrões de qualidade e segurança, sem ônus adicionais para a contratante, estando incluído no valor da mercadoria todas e quaisquer despesas, tais como tributos, frete, seguro e descarregamento das mercadorias;

- Entregar os materiais solicitados ao Suprimento da Secretaria de Saúde em até 10 dias contados do recebimento da nota de empenho.

Requisitos de sustentabilidade:

- Cumprir as Normas Brasileiras (NBR) publicadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas sobre resíduos;
- Cumprir diretrizes relativas à gestão integrada e ao gerenciamento de resíduos sólidos, obedecendo aos parâmetros estabelecidos pela Lei nº 12.305/10;
- Utilizar materiais recicláveis no acondicionamento e embalagem individual dos bens a serem transportados, utilizando o menor volume possível, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento.

6.1 – Resultados pretendidos

Assegurar a continuidade do regular fornecimento de materiais demandados judicialmente, sendo de vital importância a realização do presente procedimento licitatório, garantindo a ampla concorrência, transparência, economicidade e qualificação técnica.

6.2 – Providências iniciais

Capacitação da equipe responsável pelo atendimento desta demanda sobre o funcionamento deste material.

Por fim, não se observa a necessidade direta de contratações correlatas e/ou interdependentes.

7 – ANÁLISES DE RISCOS

Em relação à sustentabilidade ambiental, os materiais a serem adquiridos deverão atender ao seguinte critério: Ser preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento.

Tais embalagens serão devidamente separadas e enviadas para a coleta seletiva do município. Quanto aos resíduos biológicos gerados pela utilização do sensor de monitoramento de glicose, estes serão descartados e/ou recolhidos pelo serviços de coleta, transporte e destinação final de resíduos de serviço de saúde.

8 – CONCLUSÃO

Diante do exposto, declara-se ser viável a contratação desse serviço, devendo dar prosseguimento ao processo de contratação dentro das condições indicadas.

Anexos

- I. Mandados judiciais mencionados neste ETP.