

Pedido de Esclarecimento Edital de Pregão Eletrônico nº 015/2026 – SRP



De Licitação - Tecnomédica <licitacao@tecnomedica-to.com.br>
Para licita20@scl.ap.gov.br <licita20@scl.ap.gov.br>, coordlicit@scl.ap.gov.br <coordlicit@scl.ap.gov.br>
Cópia Comercial - Representações <comercial.representacoes@tecnomedica-to.com.br>
Data 2026-02-24 16:55

À Comissão de Licitação / Pregoeiro(a)

Ref.: Edital de Pregão Eletrônico nº 015/2026 – SRP

Assunto: Pedido de Esclarecimento – Item 44 (Aparelho de Ultrassom)

Prezados,

Na condição de interessados em participar do certame em epígrafe, solicitamos esclarecimentos pontuais acerca do Item 44 – Aparelho de Ultrassom, constante no Anexo I (Especificações Técnicas).

Notamos que a descrição técnica prevê uma gama ampla de aplicações clínicas, incluindo exames de abdômen, ginecologia, obstetrícia, vascular periférico, pequenas partes (mama e tireoide) e pediatria. Contudo, o texto limita-se a informar que o aparelho deve possuir "2 conectores de sonda", **sem especificar quais e quantos transdutores devem ser fornecidos integralmente com o item.**

Considerando que a ausência dessas informações compromete a elaboração de uma proposta comercial precisa e isonômica, além de dificultar a verificação da exequibilidade do preço, perguntamos:

Quais transdutores estão inclusos no fornecimento do item 44?

Para atender às aplicações citadas (obstetrícia, vascular e pequenas partes), é indispensável que o edital confirme a inclusão de, no mínimo, transdutores convexo, linear e endocavitário.








Qual a tecnologia e faixa de frequência esperada para cada transdutor? (Ex: Transdutor Convexo de 2.0 a 5.0 MHz; Linear de 5.0 a 12.0 MHz, etc.).

Os dois conectores citados devem estar ativos simultaneamente no equipamento?

Essa definição é crucial, pois transdutores são componentes de alto valor agregado e especificidade técnica. Sem esse detalhamento, a descrição permanece evasiva, impossibilitando que os licitantes saibam exatamente o que deve compor a solução técnica final.

Dessa forma, pedimos que a descrição do Item 44 seja complementada para garantir que o equipamento entregue seja plenamente capaz de realizar todos os exames listados na aplicação técnica do Termo de Referência.

Atenciosamente,

 PETERSON LEAL ANALISTA DE LICITAÇÃO	
 103 SUL RUA SO 01 LOTE 04 SALA 01 CEP: 77015-014 PALMAS - TO	 63 3215-1560 63 99239-9592
 TECNOMEDICA-TO.COM.BR	 LICITACAO@TECNOMEDICA-TO.COM.BR
 @TECNOMEDICA.WEB	