

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90262/2024-002 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Campo Cirúrgico Incisional Adesivo

Descrição Detalhada: Campo Cirúrgico Incisional Adesivo Material: Filme À Base De Polímero Impregnado C/ Iodo , Dimensões: Cerca De 30 X 30 CM, Esterilidade: Estéril, Descartável , Embalagem: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1500 **Quantidade Mínima Cotada:** 1500

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,70

Local de Entrega (Quantidade): Ribeirão Preto/SP (1500)

2 - Campo Cirúrgico Descartável

Descrição Detalhada: Campo Cirúrgico Descartável Modelo: Oftalmológico, Fenestrado , Material: Não Tecido 100% Polipropileno - Tipo Sms , Propriedade: Hidrorepelente , Reforço: S/ Reforço , Fixação: Adesiva , Coletor: C/ Coletor De Fluido , Dimensões: Cerca De 100 X 125 CM, Cor: C/ Cor , Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8820 **Quantidade Mínima Cotada:** 8820

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Ribeirão Preto/SP (8820)

3 - Campo Cirúrgico Incisional Adesivo

Descrição Detalhada: Campo Cirúrgico Incisional Adesivo Material: Filme À Base De Polímero , Dimensões: Cerca De 40 X 50 CM, Esterilidade: Estéril, Descartável , Embalagem: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5947 **Quantidade Mínima Cotada:** 5947

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,60

Local de Entrega (Quantidade): Ribeirão Preto/SP (5947)

4 - Campo cirúrgico descartável

Descrição Detalhada: Campo Cirúrgico Descartável Modelo: Mesa Auxiliar , Material: Não Tecido Polipropileno Sms C/ Lâmina Polietileno , Propriedade: Hidrorepelente E Impermeável , Reforço: C/ Reforço Absorvente , Dimensões: Cerca De 150 X 200 CM, Cor: C/ Cor , Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 146806 **Quantidade Mínima Cotada:** 146806

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Ribeirão Preto/SP (146806)

5 - Campo Cirúrgico Descartável

Descrição Detalhada: Campo Cirúrgico Descartável Material: Não Tecido 100% Polipropileno - Tipo Sms , Propriedade: Hidrorepelente , Reforço: S/ Reforço , Fixação: Adesiva , Dimensões: Cerca De 50 X 50 CM, Cor: C/ Cor , Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2250 **Quantidade Mínima Cotada:** 2250

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,80

Local de Entrega (Quantidade): Ribeirão Preto/SP (2250)

6 - Campo Cirúrgico Descartável

Descrição Detalhada: Campo Cirúrgico Descartável Modelo: Fenestrado , Material: Não Tecido Polipropileno Sms C/ Lâmina Polietileno , Propriedade: Hidrorepelente E Impermeável , Reforço: S/ Reforço , Fixação: Adesiva , Dimensões: Cerca De 75 X 75 CM, Cor: C/ Cor , Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1042 **Quantidade Mínima Cotada:** 1042

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Ribeirão Preto/SP (1042)

7 - Campo Cirúrgico Incisional Adesivo

Descrição Detalhada: Campo Cirúrgico Incisional Adesivo Material: Filme À Base De Polímero , Dimensões: Cerca De 10 X 20 CM, Esterilidade: Estéril, Descartável , Embalagem: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1170 **Quantidade Mínima Cotada:** 1170

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,25

Local de Entrega (Quantidade): Ribeirão Preto/SP (1170)

8 - Campo Cirúrgico Incisional Adesivo

Descrição Detalhada: Campo Cirúrgico Incisional Adesivo Material: Filme À Base De Polímero , Dimensões: Cerca De 30 X 30 CM, Esterilidade: Estéril, Descartável , Embalagem: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 705 **Quantidade Mínima Cotada:** 705

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,60

Local de Entrega (Quantidade): Ribeirão Preto/SP (705)

9 - Campo cirúrgico descartável

Descrição Detalhada: Campo Cirúrgico Descartável Modelo: Mesa Auxiliar , Material: Não Tecido Polipropileno Sms C/ Lâmina Polietileno , Propriedade: Hidrorepelente E Impermeável , Reforço: S/ Reforço , Dimensões: Cerca De 75 X 100 CM, Cor: C/ Cor , Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2034 **Quantidade Mínima Cotada:** 2034

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Ribeirão Preto/SP (2034)

10 - Campo cirúrgico descartável

Descrição Detalhada: Campo Cirúrgico Descartável Modelo: Hemodinâmica, Fenestrado , Material: Não Tecido Polipropileno Sms C/ Lâmina Polietileno , Propriedade: Hidrorepelente E Impermeável , Reforço: C/ Reforço Absorvente , Fixação: Adesiva , Adicional: Borda Transparente P/ Visualizar Equipamento , Dimensões: Cerca De 200 X 300 CM, Cor: C/ Cor , Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	Quantidade Mínima Cotada:	2203
Quantidade Total:	2203	Critério de Valor:	Valor Estimado
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Unidade de Fornecimento:	Unidade		
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,30		

Local de Entrega (Quantidade): Ribeirão Preto/SP (2203)

11 - Campo Cirúrgico Descartável

Descrição Detalhada: Campo Cirúrgico Descartável Material: Não Tecido 100% Polipropileno - Tipo Sms , Propriedade: Hidrorepelente , Reforço: S/ Reforço , Dimensões: Cerca De 100 X 150 CM, Cor: C/ Cor , Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	Quantidade Mínima Cotada:	1170
Quantidade Total:	1170	Critério de Valor:	Valor Estimado
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Unidade de Fornecimento:	Unidade		
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,15		

Local de Entrega (Quantidade): Ribeirão Preto/SP (1170)

12 - Campo cirúrgico descartável

Descrição Detalhada: Campo Cirúrgico Descartável Material: Não Tecido 100% Polipropileno - Tipo Sms , Propriedade: Hidrorepelente , Reforço: S/ Reforço , Coletor: C/ Coletor De Fluido , Dimensões: Cerca De 100 X 100 CM, Cor: C/ Cor , Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	Quantidade Mínima Cotada:	1755
Quantidade Total:	1755	Critério de Valor:	Valor Estimado
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Unidade de Fornecimento:	Unidade		
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,05		

Local de Entrega (Quantidade): Ribeirão Preto/SP (1755)