

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90223/2024-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Instrumental P/ Endoscópio

Descrição Detalhada: Instrumental P/ Endoscópio Tipo: Alça Polipectomia , Tipo Ponta: Hexagonal , Tipo Fio: Fio Aço Inoxidável, Trançado , Diâmetro Ponta: Cerca De 15 MM, Dimensão: P/ Canal Cerca De 2,8 Mm X 230 Cm , Haste: Haste Isolada , Componente 2: Manopla C/ Conexão P/ Bisturi Elétrico , Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1080 **Quantidade Mínima Cotada:** 1080

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,25

Local de Entrega (Quantidade): Ribeirão Preto/SP (1080)

2 - Instrumental P/ Endoscópio

Descrição Detalhada: Instrumental P/ Endoscópio Tipo: Alça Polipectomia , Tipo Ponta: Hexagonal , Tipo Fio: Fio Aço Inoxidável, Monofilamentar , Diâmetro Ponta: Cerca De 30 MM, Dimensão: P/ Canal Cerca De 2,8 Mm X 230 Cm , Haste: Haste Isolada , Componente 2: Manopla C/ Conexão P/ Bisturi Elétrico , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 490 **Quantidade Mínima Cotada:** 490

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Ribeirão Preto/SP (490)

3 - Instrumental p/ endoscópio

Descrição Detalhada: Instrumental P/ Endoscópio Tipo: Alça Polipectomia , Tipo Ponta: Oval , Tipo Fio: Fio Aço Inoxidável, Monofilamentar , Diâmetro Ponta: Cerca De 35 MM, Dimensão: P/ Canal Cerca De 2,8 Mm X 230 Cm , Haste: Haste Isolada , Componente 2: Manopla C/ Conexão P/ Bisturi Elétrico , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 36 **Quantidade Mínima Cotada:** 36

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Ribeirão Preto/SP (36)

4 - Instrumental P/ Endoscópio

Descrição Detalhada: Instrumental P/ Endoscópio Tipo: Alça Polipectomia , Tipo Ponta: Oval , Tipo Fio: Fio Aço Inoxidável, Monofilamentar , Diâmetro Ponta: Cerca De 25 MM, Dimensão: P/ Canal Cerca De 2,8 Mm X 230 Cm , Haste: Haste Isolada , Componente 2: Manopla C/ Conexão P/ Bisturi Elétrico , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 490 **Quantidade Mínima Cotada:** 490

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Ribeirão Preto/SP (490)

5 - Pinça P/ Endoscópio

Descrição Detalhada: Instrumental P/ Endoscópio Tipo: Alça Polipectomia , Tipo Ponta: Redonda , Tipo Fio: Fio Aço Inoxidável, Trançado , Diâmetro Ponta: Cerca De 10 MM, Dimensão: P/ Canal Cerca De 2,8 Mm X 230 Cm , Haste: Haste Isolada , Componente 2: Manopla , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 31

Quantidade Mínima Cotada: 31

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,80

Local de Entrega (Quantidade): Ribeirão Preto/SP (31)

6 - Pinça P/ Endoscópio

Descrição Detalhada: Instrumental P/ Endoscópio Tipo: Alça Polipectomia , Tipo Ponta: Oval , Tipo Fio: Fio Aço Inoxidável, Trançado , Diâmetro Ponta: Cerca De 15 MM, Dimensão: P/ Canal Cerca De 2,8 Mm X 230 Cm , Haste: Haste Isolada , Componente 2: Manopla C/ Conexão P/ Bisturi Elétrico , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 984

Quantidade Mínima Cotada: 984

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Ribeirão Preto/SP (984)

7 - Pinça P/ Endoscópio

Descrição Detalhada: Instrumental P/ Endoscópio Tipo: Alça Polipectomia , Tipo Ponta: Redonda , Tipo Fio: Fio Aço Inoxidável, Trançado , Diâmetro Ponta: Cerca De 10 MM, Dimensão: P/ Canal Cerca De 2,8 Mm X 230 Cm , Haste: Haste Isolada , Componente 2: Manopla , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 976

Quantidade Mínima Cotada: 976

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,25

Local de Entrega (Quantidade): Ribeirão Preto/SP (976)