

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90267/2026-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Campo Cirúrgico Descartável

Descrição Detalhada: Campo Cirúrgico Descartável Material: Não Tecido 100% Polipropileno - Tipo Sms, Propriedade: Hidrorepelente, Reforço: C/ Reforço Absorvente, Fixação: Adesiva, Dimensões: Cerca De 150 X 250CM, Cor: C/ Cor, Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1248 **Quantidade Mínima Cotada:** 1248

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,09

Local de Entrega (Quantidade): Ribeirão Preto/SP (1248)

2 - Campo Cirúrgico Descartável

Descrição Detalhada: Campo Cirúrgico Descartável Material: Não Tecido 100% Polipropileno - Tipo Sms, Propriedade: Hidrorepelente, Reforço: C/ Reforço Absorvente, Fixação: Adesiva, Dimensões: Cerca De 150 X 250CM, Cor: C/ Cor, Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2796 **Quantidade Mínima Cotada:** 2796

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,60

Local de Entrega (Quantidade): Ribeirão Preto/SP (2796)