

Pregão Eletrônico

Dados do Processo	
Nº Processo 0002649/2024	Responsável SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE
Objeto Aquisição de Equipamentos para Laboratório para realização de análise de qualidade da água, proveniente de água subterrânea, superficial e efluentes (bruto e tratado), solicitados pelo Ministério Público, POLITEC e fiscalização da SEMA, bem como dos pontos da Rede Nacional de Monitoramento da Qualidade da Água e atendimento aos Comitês de Bacia Hidrográfica implementadas em Mato Grosso.	

Dados Gerais			
Situação Aguardando Abertura	Início Envio Propostas 06/05/2025 - 00:00	Fim Envio Propostas 16/05/2025 - 07:45	Pregoeiro EMANUEL FRANCISCO DE SOUZA
Modo de Disputa Valor Total	Exibir Valor de Referência Não	Amparo legal Lei 14.133/2021, Art. 28, I	

Listagem de Lotes/Itens						
Lote	Item	Descrição	Un	Qtd	Unitário (R\$)	Total (R\$)
LOTE 002	1117041	LANTERNA COM LÂMPADA DE EMISSÃO DE RADIAÇÃO UV DE ONDA LONGA (365NM); 6W DE POTÊNCIA. QUE PODE SER UTILIZADA NA FORMA PORTÁTIL OU ACOPLADA EM GABINETES DE OBSERVAÇÃO. BIVOLT. DIMENSÃO DA LANTERNA: 08X07X25CM; CORPO DE METAL COM PINTURA ELETROSTÁTICA; CABO DE ALIMENTAÇÃO - PLUG PADRÃO NEMA 2P+T NBR6147. APLICAÇÃO EM MICROBIOLOGIA. UNIDADE.	UNIDADE	1	Sigiloso	Sigiloso
LOTE 005	0004449	TERMO REATOR - PARA: DETERMINAÇÃO DE DQO; PRECISÃO: ±2°C (±3.6°F); CAPACIDADE: 25 FRASCOS (DIÂMETRO 16 X 100 MM), UM RECEPTÁCULO PARA UM TERMÔMETRO DE AÇO INOXIDÁVEL DE REFERÊNCIA; TEMPO DE AQUECIMENTO: 10-15 MINUTOS, DEPENDENDO DA TEMPERATURA SELECIONADA; MODO DE OPERAÇÃO: CRONOMETRADO (DE 0 A 180 MINUTOS) OU MODALIDADE INFINITA; BLOCO: ALUMÍNIOAMBIENTE: 5 A 50°C (41 A 122°F); FONTE DE ENERGIA (FUSÍVEL PROTEGIDO): 230 VAC; 50 HZ; 250 W; TEMPERATURA DE REAÇÃO: 105°C OU 150°C (221°F OU 302°F); FAIXA DE TEMPERATURA: -10°C A 160°C (14°F A 320°F); ESTABILIDADE DA TEMPERATURA: ±0.5°C (±0.9°F); DIMENSÃO: L190 X P300 X A95 MM; COM: TAMPA DE PROTEÇÃO, CABO DE ENERGIA E MANUAL DE INSTRUÇÕES..	1 - Unidade	1	Sigiloso	Sigiloso
LOTE 006	0005416	AUTOClave - MODELO: VERTICAL DIGITAL; FUNÇÃO: PARA DESCONTAMINAÇÃO E ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS USADOS EM ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS; CAPACIDADE: 75L; CONTENDO: 2 CESTOS APROXIMADAMENTE COM Ø38 X A23CM; DIMENSÕES INTERNAS APROXIMADA: Ø40 X A60CM; DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADA: L61 X P66 X A138CM; MANÍPULOS: PARA FECHAMENTO EM BAQUELITE, ISOLADOS CONTRA O CALOR; MANÔMETRO: COM DUAS ESCALAS DE PRESSÃO DE 0 A 3 KGf/cm2 E CORRESPONDÊNCIA EM GRAUS CENTÍGRADOS DE 100 A 143°C; GABINETE: CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO CARBONO 1020 COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA, E PARTE SUPERIOR EM AÇO INOX, MONTADO SOBRE QUATRO PÉS DE BORRACHA REGULÁVEL; REGISTRO ESFERA: PARA LIMPEZA E DRENAGEM DA ÁGUA; VÁLVULA DE ALÍVIO DE PRESSÃO: REGULADA PARA ATUAR COM PRESSÃO IGUAL OU SUPERIOR A MPTA (MÁXIMA PRESSÃO DE TRABALHO ADMISSÍVEL); POTENCIA: 4000W / 77KG; VOLTAGEM: 220V; COM: PEDAL; RESISTÊNCIA: ELÉTRICA DE IMERSÃO EM NÍQUEL CROMO BLINDADO EM TUBOS DE COBRE CROMADO; CESTO: EM AÇO INOX AISI 304 POLIDO, TOTALMENTE PERFURADOS PARA PERMITIR A CIRCULAÇÃO DO VAPOR, GARANTIDO A QUALIDADE NA ESTERILIZAÇÃO; PAINEL DIGITAL: COM CONTROLE DE TEMPERATURA E TEMPO DE ESTERILIZAÇÃO, QUE PERMITE SELECIONAR A TEMPERATURA DE TRABALHO E O TEMPO DE ESTERILIZAÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS; PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO: 1,5KGf/cm2, CORRESPONDENTE A 127°C.	1 - Unidade	1	Sigiloso	Sigiloso