

Pregão Eletrônico

Dados do Processo	
Nº Processo SES-PRO-2024/70368	Responsável SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
Objeto Aquisição de equipamentos para a estruturação da rede de serviços de atenção primária de saúde, atendendo a PORTARIA GM/MS Nº 2.175, de 06 de dezembro de 2023 e PROPOSTA Nº 04441389000123003 – atenção primária- estruturação da rede cegonha- para atender as necessidades da unidade vinculada à Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso, Hospital Regional de Sorriso.	

Dados Gerais			
Situação Aguardando Abertura	Início Envio Propostas 20/05/2026 - 08:00	Fim Envio Propostas 01/06/2026 - 08:45	Pregoeiro IDEUZETE MARIA DA SILVA ALBUQUERQUE TERCIS
Modo de Disputa Valor Total	Exibir Valor de Referência Não	Amparo legal Lei 14.133/2021, Art. 28, I	

Listagem de Tipos/Itens						
Tipo	Item	Descrição	Un	Qty	Unitário (R\$)	Total (R\$)
Item 1	4110037200011	REFRIGERADOR (GELADEIRA), MODELO DOMÉSTICO, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 262 LITROS, NA COR BRANCA, COM PRATELEIRAS, GAVETAS, COMPARTIMENTO NA PORTA, FORMA DE GELO, CONSOLE, TERMOSTATO, 110/220 VOLTS, SELO PROCEL E INMETRO. FABRICAÇÃO DE ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES. COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE. GARANTIA MÍNIMA DE 01 (UM) ANO. UNIDADE.	1 UN	1	Sigiloso	Sigiloso
Item 2	0007962	BOMBA DE INFUSÃO - BATERIA: INTERNA DE LÍTIO RECARREGÁVEL COM NO MÍNIMO 4 HORAS DE DURAÇÃO EM USO NA VAZÃO DE 5 ML/H; ALARME: AUDIOVISUAIS, COM MENSAGENS DE ERROS E ATALHOS NA TELA, AJUSTE RÁPIDO E FÁCIL PELO USUÁRIO (5 NÍVEIS); TIPO: UNIVERSAL DE SERINGA; PESO MÁXIMO: 2,5 KG; GRAU DE PROTEÇÃO: IP33; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA; Deve Permitir: SERINGAS COM CAPACIDADE DE 5, 10, 20 E 50ML; LIBERAÇÃO DE DOSES: DOSES DE 0,1 A 99,9ML/H PARA SERINGAS DE 10 A 50 ML; CONTROLE DE: VAZÃO MÍNIMA: 0,1 ML/H, BOLUS MANUAL E AUTOMÁTICO. SISTEMA PARA MANTER ACESSO ABERTO (KVO/KOR). MODOS: POR TAXA, POR PESO CORPORAL, POR TEMPO, INTERMITENTE, POR SEQUÊNCIA E POR TIVA.; TIPO DE ALARME: OCLUSÃO, FIM DE CURSO, BATERIA FRACA, FALHA DE PROGRAMAÇÃO, VTBI CONCLUÍDO, KVO,...; DISPLAY LCD: NO MÍNIMO 3 POLEGADAS.	1 UN	3	Sigiloso	Sigiloso
Item 3	0005134	ELETROCARDIOGRAFO DIGITAL - COM AQUISIÇÃO SIMULTANEA: DE ATÉ 12 DERIVAÇÕES; MODO DE OPERAÇÃO: AUTOMÁTICO E MANUAL; FORMATO: FORMATO DE REGISTRO E IMPRESSÃO ATRAVÉS DE 03 CANAIS NO MÍNIMO.; MEMÓRIA: O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR MEMÓRIA INTERNA PARA ARMAZENAMENTO DE EXAMES E PORTA DE ENTRADA PARA TRANSFERÊNCIA DE EXAMES DE ECG EM FORMATO PDF, XML, JPEG OU PROTOCOLO ABERTO; TECLADO: O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR TECLADO ALFANUMÉRICO DE FÁCIL OPERAÇÃO E VISUALIZAÇÃO; TELA: DEVERÁ POSSUIR TELA DE LCD OU LED TAMANHO MÍNIMO "4,5" POLEGADAS PARA AMOSTRAGEM SIMULTÂNEA DAS 12 DERIVAÇÕES, FREQUÊNCIA CARDÍACA, MONITOR DE RITMO E PRÉ ANÁLISE DO ECG, EVITANDO DESPERDÍCIO NO CONSUMO DE PAPEL PARA IMPRESSÃO DE EXAMES E REPETIÇÕES DOS MESMOS.; RESULTADO: O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR MODO DE ANÁLISE DE RESULTADO DO ECG E OFERECER NO MÍNIMO OS SEGUINTE PARÂMETROS DE MEDIÇÃO AUTOMÁTICO: INTERVALO PR, LIMITE DE TEMPO QRS, INTERVALO QT /QTC, EIXO P/QRS/T, AMPLITUDE, HISTOGRAMA E TENDÊNCIA.; FILTRO: O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR FILTROS AJUSTÁVEIS DE CORRENTE ALTERNADA, ARRITMIAS, FILTRO A PROVA DE DESFIBRILAÇÃO, FILTRO PARA DETECÇÃO DE MARCAPASSO ENTRE OUTROS, A FIM DE MINIMIZAR INTERFERÊNCIAS DE FUNCIONAMENTO; OPÇÃO: PARA INSERIR DADOS DO PACIENTE NOME, SEXO E IDADE	1 UN	1	Sigiloso	Sigiloso

		<p>PARA IMPRESSÃO EM CONJUNTO COM EXAME; AJUSTES: DE SENSIBILIDADE DE NO MÍNIMO 5, 10 E 20 MM/MV; IMPRESSÃO: O EQUIPAMENTO DEVERÁ REALIZAR IMPRESSÃO DIRETA A4 OU POSSUIR IMPRESSORA TÉRMICA ACOPLADA PARA IMPRESSÃO DOS EXAMES E DISPONIBILIZAR PORTAS USB E LAN, PARA PERMITIR TRANSMISSÃO DE DADOS AO PC OU CONEXÃO A OUTROS DISPOSITIVOS DE TELEMEDICINA, BEM COMO TERMINAL DE ATERRAMENTO; ALIMENTAÇÃO: 127/227V (BIVOLT AUTOMÁTICO) NA AUSÊNCIA DE ENERGIA ELÉTRICA O EQUIPAMENTO DEVERÁ OPERAR COM BATERIA RECARREGÁVEL COM AUTONOMIA DE NO MÍNIMO 30 MINUTOS CONTÍNUOS; SISTEMA OPERACIONAL: EM LÍNGUA PORTUGUESA SOFTWARE; ACESSÓRIOS: O EQUIPAMENTO DEVERÁ ACOMPANHAR OS SEGUINTE ACESSÓRIOS: 02 CABO ECG 10 VIAS; 06 ELETRODOS PRECORDIAIS; 04 ELETRODOS DE MEMBROS; 05 ROLO DE PAPEL SE O EQUIPAMENTO FOR IMPRESSÃO TÉRMICA; 01 MANUAL DE OPERAÇÃO EM PORTUGUÊS (BR); 01 CABO ALIMENTAÇÃO FONTE EXTERNA; CARACTERÍSTICAS MÍNIMA: REGISTRO NA ANVISA; CERTIFICADO PELO INMETRO; ASSISTENCIA TECNICA LOCAL E GARANTIA MÍNIMA 12 MESES..</p>				
Item 4	0005135	<p>INCUBADORA NEONATAL (ESTACIONÁRIA) - MATERIAL: EQUIPAMENTO CONSTRUÍDO EM MATERIAL NÃO-FERROSO PARA EVITAR OXIDAÇÕES E FACILITAR ASSEPSIA; PAREDES: PAREDES DUPLAS PARA EVITAR A PERDA DE CALOR POR IRRADIAÇÃO; TRAVAS: POSSUIR TRAVA DE SEGURANÇA E/OU MECANISMO DE AMORTECIMENTO PARA FECHAMENTO SUAVE DA CÚPULA PARA EVITAR ACIDENTES; PORTA: POSSUIR PORTA DE ACESSO REBATÍVEL, POSSUIR PELO MENOS 5 PORTINHAS OVAIS COM TRINCOS QUE POSSAM SER ABERTOS COM OS COTOVELOS E FECHAMENTO SOBRE GUARNIÇÃO DE MATERIAL ATÓXICO, GARANTINDO O ISOLAMENTO E A CONDIÇÃO DE LEVE PRESSÃO POSITIVA DENTRO DA CÂMARA; CIRCUITOS DE RESPIRADORES: POSSUIR PELO MENOS UMA PORTINHA DO TIPO ÍRIS, PERMITINDO A PASSAGEM E POSICIONAMENTO DE CIRCUITOS DE RESPIRADORES, FACILITANDO AS MANOBRAS DE INTUBAÇÃO, SEM ALTERAR AS CONDIÇÕES DO AMBIENTE, POSSUIR PASSA-TUBOS NAS LATERAIS DA CÚPULA, PERMITINDO O ACESSO DE CABOS E CIRCUITOS PARA O PACIENTE; RODÍZIOS: SUPORTE COM RODÍZIOS DE PELO MENOS 4 POLEGADAS E FREIOS; LEITO: LEITO DO PACIENTE CONSTRUÍDO EM MATERIAL PLÁSTICO, ATÓXICO E RADIOTRANSARENTE, PERMITINDO O PROCEDIMENTO DE RADIOGRAFIA SEM REMOVER O PACIENTE, AJUSTES DO LEITO NAS POSIÇÕES MÍNIMAS DE TRENDELENBURG E PRÓCLIVE, SEM ABRIR A CÚPULA; DESLOCAMENTO: POSSIBILIDADE DE DESLOCAMENTO DO LEITO PARA FORA DA CÚPULA, NA PARTE FRONTAL, ATRAVÉS DE TRILHOS, COM TRAVA DE SEGURANÇA; COLCHÃO: POSSUIR COLCHÃO DE ESPUMA DE DENSIDADE ADEQUADA AO CONFORTO DO PACIENTE; CAPA DE MATERIAIS ATÓXICOS E AUTOEXTINGUÍVEIS, NÃO POSSUIR CANTOS VIVOS, FACILITANDO OS TRABALHOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO; PAINEL DE CONTROLE: MICROPROCESSADO DE FÁCIL ACESSO E REMOÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CALIBRAÇÃO, DISPLAY LCD TOUCH SCREEN COLORIDO QUE APRESENTE AS INFORMAÇÕES DOS PARÂMETROS MONITORADOS, SERVOCONTROLE DE TEMPERATURA DO AR ATC (TEMPERATURA DO AR CONTROLADA) E DE PELE ITC (TEMPERATURA DO RN CONTROLADA); UMIDADE: SERVOCONTROLE CONTÍNUO DE UMIDADE RELATIVA DO AR; ALARME: ALARMES DE INDICAÇÃO VISUAL E SONORO DE NO MÍNIMO: ALTA TEMPERATURA AR/PELE, BAIXA TEMPERATURA AR/PELE, ALTA DE CIRCULAÇÃO DO AR, HIPOTERMIA E HIPERTERMIA, DESCONEXÃO DO SENSOR À PELE DO PACIENTE, FALTA DE SENSOR, FALTA DE ENERGIA, DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO EM CASO DE ALTA TEMPERATURA; SISTEMA DE SEGURANÇA: POSSUIR TECLA PARA SILENCIAR ALARMES MOMENTANEAMENTE, INDICAÇÃO DAS TEMPERATURAS MEDIDAS E AJUSTADAS DE PELE E AR, PELO MENOS. MEMORIZAÇÃO DOS ÚLTIMOS VALORES PROGRAMADOS DE TEMPERATURAS, UMIDADE E ALARMES PARA O CASO DE FALTA DE ENERGIA; CIRCULAÇÃO DE AR: SISTEMA DE CIRCULAÇÃO DE AR DENTRO DA CÚPULA; ACOMPANHA: ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO NO MÍNIMO: GABINETE (1 OU 2 GAVETAS), SUPORTE DE SORO, DUAS PRATELEIRAS GIRATÓRIAS PARA SUPORTE DE EQUIPAMENTOS QUE SUPORTE MÍNIMO 6 KG, TODOS OS CABOS, SENSORES, ADAPTADORES E CONECTORES NECESSÁRIOS AO SEU FUNCIONAMENTO; ACOMPANHA 1: BALANÇA INTEGRADA AO LEITO COM INDICAÇÃO DE PESO NO PAINEL DA INCUBADORA, GAVETA PARA COLOCAÇÃO DE CHASSIS RADIOGRÁFICO, SISTEMA DE UMIDIFICAÇÃO SERVO CONTROLADO INTEGRADO, COM PROGRAMAÇÃO ATÉ DE 95% DE UMIDADE RELATIVA DO AR, SERVO CONTROLE DE OXIGÊNIO ATÉ 65%; ACOMPANHAR: OXIMETRIA DE PULSO COM</p>	1 UN	7	Sigiloso	Sigiloso

		MONITORAÇÃO DE SPO2 E FREQUÊNCIA CARDÍACA; ALIMENTAÇÃO: 127 / 220 V (COM SELEÇÃO AUTOMÁTICA) OU 12 VCC..				
Item 5	0005152	OFTALMOSCÓPIO 5 ABERTURAS - CARACTERÍSTICAS MÍNIMA: ILUMINAÇÃO BRANCA E DE ALTO BRILHO, PERMITIR FÁCIL SUBSTITUIÇÃO DA LÂMPADA LED, A VIDA ÚTIL DO LED DEVE SER DE 50.000 HORAS; CABO EM METAL COM REVESTIMENTO TERMOPLÁSTICO REFORÇADO; ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE 2 PILHAS ALCALINAS TIPO AA; ISENTO DE LÁTEX; LENTES: DEVE POSSUIR NO MÍNIMO 19 LENTES DE -20 A +20 DIOPTRIAS COM MARCADOR ILUMINADO; LÂMPADA: 2.5 V DE LED; CABEÇA EM ABS OU MATERIAL SIMILAR RESISTENTE À IMPACTOS; DEVE POSSUIR: POSSUIR SELEÇÃO DE NO MÍNIMO 5 ABERTURAS, COM FILTRO VERDE LIVRE DE VERMELHO; GRANDE: ABERTURA PADRÃO PARA PUPILAS DILATAS E EXAME GERAL DO OLHO; PEQUENA: PERMITE EXCELENTE VISUALIZAÇÃO DO FUNDO DE OLHO EM PUPILAS NÃO DILATADAS; SEMICÍRCULO: PARA REFLEXÃO REDUZIDA EM PUPILAS PEQUENAS; FIXAÇÃO: POSSUI UMA MIRA PARA MEDIR A FIXAÇÃO EXCÊNTRICA OU LOCALIZAÇÃO DE LESÕES; FILTRO: VERDE: ELIMINA RAIOS VERMELHOS DO CAMPO DE EXAME PARA FACILITAR A IDENTIFICAÇÃO DAS VEIAS, ARTÉRIAS E FIBRAS NERVOSAS; BOTÃO: POSSUIR BOTÃO LIGA/DESLIGA; POSSUIR: ÓPTICA SELADA À PROVA DE POEIRAS; POSSUIR BORRACHA DE PROTEÇÃO DE FORMA A EVITAR RISCOS NALENTE DOS ÓCULOS.	1 UN	1	Sigiloso	Sigiloso