

RESULTADO DE AMOSTRAS**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 40/2024****OBJETO: materiais de consumo médico-hospitalares (materiais diversos).****Empresa Pontual Comercial LTDA.****CNPJ: 01.854.654/0001-45**

✓ **Do item número 4- CAPA COLCHÃO CAMA HOSPITALAR 190 CM**
Marca: RCS PRODUTOS.

✓ **Do item número 5- CAPA COLCHÃO CAMA HOSPITALAR 205 CM**
Marca: RCS PRODUTOS.

Obs: OS ITENS 4 E 5 FORAM REPROVADOS PORQUE NÃO FORAM ENVIADAS AS AMOSTRAS SOLICITADAS.

✓ **Do item número 22- INTEGRADOR QUÍMICO**
Marca: MAXXIMED
AMOSTRA REPROVADA, SEGUE ANÁLISE DA ÁREA TÉCNICA EM ANEXO.

Pariquera-Açu/SP, 16 de dezembro de 2024.

Eli Braz
Pregoeiro

Denis Antônio de Lima – Diretoria de Enfermagem
Coren- SP 141419

HOSPITAL REGIONAL DR. LEOPOLDO BEVILACQUA - HRLB

AVALIAÇÃO TÉCNICA DE QUALIDADE

DADOS DO PRODUTO

Nome do produto: Controlador Químico Maxitest. Tipo 6.

Modelo do produto: Integrador químico Nº de série/Lote: CAV603 94 Fabricante: Maxitest.

* Caso os dados não consigam ser visualizados, enviar junto ao formulário uma embalagem do produto

Data da avaliação: 16/10/24

PARECER DA EQUIPE TÉCNICA REFERENTE AVALIAÇÃO DO PRODUTO:

Produto não atende a descrição do pregão -
Descrição do pregão: Lixa - fita lisa para controle de esterilização com integrador
químico multiparamétrico, classe 6 (Tempo de 7 min a 134°C, sendo 4 min de
exposição - 4 min na 134°C -

Reprovado.

Maria Aparecida Carriel da Silva
Responsável Técnico Central de Material
HRLB-CONSAÚDE
Coren-SP 362053

() APROVADO (X) REPROVADO

ITEM 22 - integrador químico
pregão 40/2024.

DADOS DO NOTIFICADOR

Nome/ Profissão: _____

Assinatura/ Carimbo: _____

Maria Aparecida Carriel da Silva
Responsável Técnico Central de Material
HRLB-CONSAÚDE
Coren-SP 362053

Maria Aparecida Carriel da Silva
Responsável Técnico Central de Material
HRLB-CONSAÚDE
Coren-SP 362053