

RESULTADO DAS AMOSTRAS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 40/2024

OBJETO: materiais de consumo médico-hospitalares (materiais diversos).

Empresa ETIPLUS Adesivos e Tecnologia LTDA .

CNPJ: 30.466.928/0001-27

✓ **Do item número 29- pulseira classificação de risco - ALERGIA**

Marca: Etipus

✓ **Do item número 30- pulseira classificação de risco- QUEDA.**

Marca: Etipus

RESULTADO DAS AMOSTRAS: REPROVADAS PELA ÁREA TÉCNICA, SEGUE RELATÓRIO EM ANEXO.

Parquera-Açu/SP, 12 de dezembro de 2024.

**Eli Braz
Pregoeiro**

**Denis Antônio de Lima – Diretoria de Enfermagem
Coren- SP 141419**



HOSPITAL REGIONAL DR. LEOPOLDO BEVILACQUA - HRLB

NÚCLEO DE SEGURANÇA DO PACIENTE
TESTE DE MATERIAL - PULSEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO

Pariquera Açu 12 de dezembro de 2024

Sr. Enf. Denis Antônio de Lima
Diretor de Enfermagem - HRLB

Recebi da Sra. Enfª. Janaina Cabani em 11-12-2024, cinco unidades de pulseiras para "teste" conforme a especificação abaixo:

Material	Especificação	Conclusão
Pulseira em plástico na cor laranja, grafada "RISCO DE QUEDA"	Pulseira classificação de risco - confeccionada em plástico na cor laranja, grafada "risco de queda" com fonte na cor preta tamanho visível à distância, com dimensões adequadas e ajustáveis para uso em pacientes adultos (braço ou perna), comprimento aproximado de 27 a 29 cm e largura 15 a 20 mm, com lacre adesivo inviolável, antialérgica, atóxica, resistente à água e produtos abrasivos, dados indelévels após impressão, apresentação em rolo com no mínimo 200 etiquetas.	A pulseira que veio para teste é de cor laranja com letras em cor preta Tamanho: 26cm comprimento e 30 mm de largura. Instalada no paciente após o banho ontem 11-12-2024 às 11hs e retirada hoje 12-12-2024 às 8:00hs da manhã nas seguintes condições a escrita "Risco de Queda" apagou completamente e de forma muito fácil com só o fato de encostar na roupa (paciente ativo), a integridade ficou preservada no comprimento, e tolerou ao banho no leito, porém a parte que cola danificou e soltou em 50% da parte aderente, risco de soltar completamente em menos de 24hs. REPROVADA
Pulseira classificação de risco - na cor vermelha, grafada "ALERGIA"	Pulseira classificação de risco -confeccionada em plástico na cor vermelha, grafada "alergia" com fonte na cor branca tamanho visível à distância, com dimensões adequadas e ajustáveis para uso em pacientes adultos (braço ou perna), comprimento aproximado de 27 a 29 cm e largura 15 a 20 mm, com lacre adesivo inviolável, antialérgica, atóxica, resistente à água e produtos abrasivos, dados indelévels após impressão, apresentação em rolo com no mínimo 200 etiquetas.	A pulseira que veio para teste é de cor rosa escuro com letras em cor preta Tamanho: 26cm comprimento e 30 mm de largura. Instalada no paciente após o banho ontem 11-12-2024 às 11hs e retirada hoje 12-12-2024 às 8:00hs da manhã nas seguintes condições: a escrita "ALERGIA" apagou parcialmente com só o fato de encostar na roupa (paciente ativo), a integridade do material plástico ficou preservada no comprimento, mas a parte que cola danificou e soltou em 50% da parte aderente, em pacientes que tomaram banho no leito, risco de soltar completamente em menos de 24hs.REPROVADA

Pelo exposto anteriormente, considero que estas pulseiras não atingem a especificação e a qualidade necessária.

Atentamente

Enfª: Jenny Arcentales Herrera
NSP - HRLB

Jenny A. Herrera
Enfermeira
COREN-SP - 78962