

Fechar

Responder

Responder a todos

Encaminhar

Apagar

Spam

Ações



PREGÃO

De: "ALEXANDRA FERREIRA GENIO - X0012131" <x0012131@santos.sp.gov.br>

Para: "RENATA PIMENTA GOMES DO NASCIMENTO ALENCIKAS, V0567633" <renataalencikas@santos.sp.gov.br>

Bom dia,

Em resposta à solicitação de avaliação das Fichas Técnicas dos Equipamentos **PIANO E PIANO PLUS**, da marca **INVENTIS**, informamos que ambos estão de acordo com a descrição enviada para os **LOTES 01 e 02** do Pregão Eletrônico N°15.123/2024, sendo aprovados pela Chefia Técnica desta Seção.

Em resposta à solicitação de avaliação da Ficha Técnica do equipamento **SENTIERO DESKTOP**, oferecido no Pregão Eletrônico N°15.123/2024, **LOTE 03**, informo que ele não se enquadra ao Descritivo que foi realizado pela Chefia Técnica.

De acordo com tal Descritivo, o equipamento deve possuir:

"Tela colorida ajustável de 10 polegadas";
"Complância de 0,1 a 6,0ml";
"Audiometria: -10 a 120dBNA intensidade";
"125 a 8KHz frequência"

O Imitanciômetro apresentado possui:
Display "LCD gráfico de 5,0 polegadas";
Complância de 0 a 5ml;
Audiometria tonal "-10 a um máximo de 110dB HL";
Frequências de 0 a 6KHz

Sem mais,
Coloco-me à disposição para maiores esclarecimentos.
Att
Alexandra Gênio

Alexandra F. Gênio
Fonoaudióloga CRFª 2-7822
Chefe de Atividades Técnicas
Seção Centro de Referência em Saúde Auditiva
SECRESA/COUNES/DEMAC/SMS
Tel.: (13)3224-4192 / 3221-5295