

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90117/2025-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Equipos de diálise peritoneal

Descrição Detalhada: Equipos De Diálise Peritoneal Material: Sem Pvc E Dehp, Transparente, Tipo: Infusão Por Cicladora, Número Total De Vias: 5 Vias, Sistema Cassete, Tipo Conector Solução: 2 Pontas Perfurantes Sem Respiro E Filtro, Conector Paciente: Luer, Adicional: C/ Clamp Corta Fluxo Em Todas As Vias, Compatibilidade: C/ Equipamento, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Tipo Embalagem: Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 310 **Quantidade Mínima Cotada:** 310

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,30

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (310)

2 - Filtros capilares dialisadores

Descrição Detalhada: Filtros Capilares Dialisadores Material: Membrana Sintética, Permeabilidade: Alto Fluxo Capilar, Superfície Corporal: Superfície De 0,1 A 0,5M2, Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1946 **Quantidade Mínima Cotada:** 1946

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,30

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (1946)

3 - Equipos De Transfusão De Hemocomponentes

Descrição Detalhada: Equipos De Transfusão De Hemocomponentes Material: Pvc Transparente, Tipo: Gravitacional, 1 Via, Volume Bureta: Bureta Cerca De 150ML, Características Bureta: Graduada, C/ Alça, Respiro, Injetor E Filtro, Câmara Gotejamento: Microgotas, Câmara Única, S/ Filtro, Regulador De Fluxo Manual: Pinça Rolete, Comprimento Tubo: Até 180 Cm, Conector Paciente: Luer, Adicional: C/ Clamp, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Tipo Embalagem: Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7022 **Quantidade Mínima Cotada:** 7022

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,30

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (7022)

4 - Swabs

Descrição Detalhada: Swabs Material: Haste Plástica, Tipo Ponta: Ponta Em Esponja, Apresentação*: Embalagem Individual, Esterilidade: Estéril, Tipo De Uso: Descartável, Calibre: Cerca De 1MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 139476 **Quantidade Mínima Cotada:** 139476

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,30

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (139476)

5 - Prótese vascular

Descrição Detalhada: Prótese Vascular Tipo: Enxerto, Origem: Inorgânico, Matéria Prima: Ptfé, Modelo: Reto, Diâmetro: Diâmetro 4MM, Tipo Uso: Uso Único, Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 46

Quantidade Mínima Cotada: 46

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,30

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (46)