

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90421/2025-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Balão dilatação			
Descrição Detalhada: Balão Dilatação Aplicação: Esôfago E Píloro, Material: Polímero, Dimensão Balão: 12; 13,5 E 15 X 55MM, Diâmetro Do Cateter: Cerca De 2,3MM, Comprimento Do Cateter: Cerca De 240CM, Acessórios: Duplo Lúmen, Adicionais: Dilatação Progressiva, Compatível: Compatível C/ Fio Guia 0,035", Esterilidade: Estéril, Uso Único			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	274	Quantidade Mínima Cotada:	274
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,30		
Local de Entrega (Quantidade):	São Paulo/SP (274)		
Grupo: G1			

2 - Balão dilatação			
Descrição Detalhada: Balão Dilatação Aplicação: P/ Estenoses Do Esôfago, Píloro E Colón, Material: Polímero, Dimensão Balão: 10 X 55MM, Comprimento Do Cateter: Cerca De 240CM, Compatível: Compatível C/ Canal Endoscópico De 2,8mm, Esterilidade: Estéril, Uso Único			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	168	Quantidade Mínima Cotada:	168
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,30		
Local de Entrega (Quantidade):	São Paulo/SP (168)		
Grupo: G1			

3 - Balão dilatação			
Descrição Detalhada: Balão Dilatação Aplicação: Biliar, Material: Polímero, Dimensão Balão: 6 A 8 X 20MM, Diâmetro Do Cateter: Cerca De 2,3MM, Comprimento Do Cateter: Cerca De 240CM, Adicionais: Dilatação Progressiva, Compatível: Compatível C/ Fio Guia 0,035", Esterilidade: Estéril, Uso Único			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	128	Quantidade Mínima Cotada:	128
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,30		
Local de Entrega (Quantidade):	São Paulo/SP (128)		
Grupo: G1			

4 - Balão dilatação			
Descrição Detalhada: Balão Dilatação Aplicação: P/ Estenoses Do Esôfago, Píloro E Colón, Material: Polímero, Dimensão Balão: 18 X 55MM, Comprimento Do Cateter: Cerca De 240CM, Adicionais: P/ Canal Endoscópico De 2,8mm, Compatível: Compatível C/ Fio Guia 0,035", Esterilidade: Estéril, Uso Único			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	134	Quantidade Mínima Cotada:	134
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,30		
Local de Entrega (Quantidade):	São Paulo/SP (134)		

Grupo: G1

5 - Balão dilatação

Descrição Detalhada: Balão Dilatação Aplicação: Biliar, Material: Polímero, Dimensão Balão: 8 A 10 X 30MM, Diâmetro Do Cateter: Cerca De 2,3MM, Comprimento Do Cateter: Cerca De 240CM, Adicionais: Dilatação Progressiva, Compatível: Compatível C/ Fio Guia 0,035", Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 144

Quantidade Mínima Cotada: 144

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,30

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (144)

Grupo: G1

6 - Balão dilatação

Descrição Detalhada: Balão Dilatação Aplicação: Esôfago E Píloro, Material: Polímero, Dimensão Balão: 18; 19 E 20 X 55MM, Diâmetro Do Cateter: Cerca De 2,3MM, Comprimento Do Cateter: Cerca De 240CM, Acessórios: Duplo Lúmen, Adicionais: Dilatação Progressiva, Compatível: Compatível C/ Fio Guia 0,035", Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 68

Quantidade Mínima Cotada: 68

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,30

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (68)

Grupo: G1

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Balão dilatação	274	Unidade
2	Balão dilatação	168	Unidade
3	Balão dilatação	128	Unidade
4	Balão dilatação	134	Unidade
5	Balão dilatação	144	Unidade
6	Balão dilatação	68	Unidade