

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90682/2025-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Prótese auditiva

Descrição Detalhada: Prótese Auditiva Tipo: Semi-Implantável, Método: Estimulação Por Condução Óssea, Composição Básica: Conjunto Completo, C/ No Mínimo, Componente I: Componente Implantável E Pilar Intermediário, Componente Ii: Em Titânio, Componente Iii: Processador De Audio De Ancoragem Óssea

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,30

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (50)

2 - Prótese auditiva

Descrição Detalhada: Prótese Auditiva Tipo: Semi-Implantável, Método: Estimulação Por Condução Óssea, Composição Básica: Conjunto Completo, C/ No Mínimo, Componente I: Componente Implantável E Pilar Intermediário, Componente Ii: Em Titânio, Componente Iii: Processador De Audio De Ancoragem Óssea

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 18 **Quantidade Mínima Cotada:** 18

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,30

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (18)

3 - Prótese auditiva

Descrição Detalhada: Prótese Auditiva Tipo: Semi-Implantável, Método: Estimulação Por Condução Óssea, Composição Básica: Conjunto Completo, C/ No Mínimo, Componente I: Componente Implantável E Pilar Intermediário, Componente Ii: Em Titânio, Componente Iii: Processador De Audio De Ancoragem Óssea

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,30

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (10)

4 - Microcateter

Descrição Detalhada: Microcateter Aplicação: P/ Infusão / Embolização, Modelo: Único Lúmen, Material: Polímero Compatível C/ Dmso, Hidrofílico, Tipo Ponta: Moldável, Diâmetro Interno Ponta Distal: Cerca De 2,1 Fr, Comprimento Total Do Cateter: Cerca De 150CM, Radiopacidade: Radiopaco, Fio Guia: P/ Fio Guia Até 0,014", Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 236 **Quantidade Mínima Cotada:** 236

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,30

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (236)

5 - Probe p/ litotripsia

Descrição Detalhada: Probe P/ Litotripsia Intracorpórea Modelo: Ultrassônico, Diâmetro: Cerca De 3,5MM, Comprimento: Cerca De 40CM, Compatibilidade: Compatível C/ Equipamento, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 16

Quantidade Mínima Cotada: 16

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,30

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (16)

6 - Caneta uso médico

Descrição Detalhada: Caneta Uso Médico Aplicação: Ablação, Tipo*: Monopolar, Componentes: C/ Cabo Fixo, Compatibilidade: C/ Conectores, Compatível Gerador Radiofrequência, Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 22

Quantidade Mínima Cotada: 22

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,30

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (22)