

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90085/2025-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Fixador P/ Dispositivo Médico

Descrição Detalhada: Fixador P/ Dispositivo Médico Aplicação: P/ Cateter / Sonda, Material: Filme Adesivo Transparente, Componente Adicional: Fenestrado, Dimensões: Cerca De 9,0 X 12CM, Tipo Uso: Estéril, Embalagem: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 93844 **Quantidade Mínima Cotada:** 93844

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,30

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (93844)

2 - Agulha Punção Óssea

Descrição Detalhada: Agulha Punção Óssea Modelo: P/ Aspiração, Biópsia, Aplicação: Intraóssea / Medula Óssea, Dimensões: Cerca De 16 G X 1,5 A 7,5 Cm, Ajustável, Material Agulha: Aço Inoxidável, Peça De Mão: C/ Empunhadura E Rosqueável, Componente 1: C/ Mandril, Componente 2: C/ Ajuste De Profundidade, Componente 3: Conector Luer, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Embalagem: Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 54 **Quantidade Mínima Cotada:** 54

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,30

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (54)

3 - Cateter balão p/ angioplastia coronariana

Descrição Detalhada: Cateter Balão P/ Angioplastia Coronariana Material: Semi Complacente, Diâmetro Balão: Cerca De 1,0 A 6,0MM, Comprimento Balão: Cerca De 20MM, Marcador: Radiopaco, Comprimento Cateter: Cerca De 140CM, Compatibilidade: P/ Fio Guia Cerca De 0,014", Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 28 **Quantidade Mínima Cotada:** 28

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,30

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (28)

4 - Sonda trato digestivo

Descrição Detalhada: Sonda Trato Digestivo Aplicação: Esofágica, Modelo: Phmetria, Material: Aço Inoxidável E Polímero, Vias: C/ 1 Canal, Tamanho: Tamanho Adulto, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 26 **Quantidade Mínima Cotada:** 26

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,30

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (26)