

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90164/2026-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Cardioversor desfibrilador implantável

Descrição Detalhada: Cardioversor Desfibrilador Implantável Configuração Do Sistema: Cdi Subcutâneo Is-1, Material Carcaça: Liga Metálica, Monitoramento Remoto Do Paciente: Telemedicina, Quantidade Motores: Vida Útil Projetada Mínimo 5 Anos, Adicional: C/ Sistema De Entrega, Compatibilidade: Condicionado Mri

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 38 **Quantidade Mínima Cotada:** 38

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,30

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (38)

Grupo: G1

2 - Sistema implantável p, estimulação cardíaca

Descrição Detalhada: Sistema Implantável P/ Estimulação Cardíaca Componente: Eletrodo, Modelo: De Choque, P/ Cdi Subcutâneo, Aplicação: Subcutâneo, Tipo: Tripolar, Fixação: Fixação Passiva, Conexão: Conector Compatibilidade Específica, Componente I: Mola Única, Componente Iii: Condicionado P/ Mri, Tipo Uso: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 38 **Quantidade Mínima Cotada:** 38

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,30

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (38)

Grupo: G1

3 - Introdutor percutâneo

Descrição Detalhada: Introdutor Percutâneo Componente 1: Dilatadores, Material: Aço Inoxidável E Polímero, Dimensões: Cerca De 11 Fr X 25 E 11 Fr X 15 Cm, Adicionais: P/ Implantar Eletrodo De Cdi Subcutâneo, Esterilização: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 38 **Quantidade Mínima Cotada:** 38

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,30

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (38)

Grupo: G1

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Cardioversor desfibrilador implantável	38	Unidade
2	Sistema implantável p, estimulação cardíaca	38	Unidade
3	Introdutor percutâneo	38	Unidade