

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90015/2026-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Prótese Valvular Cardíaca Mecânica			
Descrição Detalhada: Prótese Valvular Cardíaca Mecânica Tipo De Válvula: Mitral, Procedimento Para Implante: Cirurgia Convencional, Material: Liga Metálica / Carbono Pirolítco, Quantidade De Folhetos: 2 Folhetos, Radiopacidade: Radiopaco, Tipo De Armazenamento: A Seco, Compatibilidade C/ Ressonância Magnética: Sim, Até 3,0 T, Com Limite De Tempo De Exposição, Perfil Da Prótese: Baixo, Característica Dos Guarda-Pivôs: Aberto, Esterilidade: Estéril, Uso Único			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		124	Quantidade Mínima Cotada: 124
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:		Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 0
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,30			
Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (124)			
Grupo: G1			

2 - Prótese Valvular Cardíaca Mecânica			
Descrição Detalhada: Prótese Valvular Cardíaca Mecânica Tipo De Válvula: Mitral, Procedimento Para Implante: Cirurgia Convencional, Material: Liga Metálica / Carbono Pirolítco, Quantidade De Folhetos: 2 Folhetos, Radiopacidade: Radiopaco, Tipo De Armazenamento: A Seco, Compatibilidade C/ Ressonância Magnética: Sim, Até 3,0 T, Com Limite De Tempo De Exposição, Perfil Da Prótese: Baixo, Característica Dos Guarda-Pivôs: Aberto, Esterilidade: Estéril, Uso Único			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		32	Quantidade Mínima Cotada: 32
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:		Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 0
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,30			
Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (32)			
Grupo: G1			

3 - Prótese Valvular Cardíaca Mecânica			
Descrição Detalhada: Prótese Valvular Cardíaca Mecânica Tipo De Válvula: Mitral, Procedimento Para Implante: Cirurgia Convencional, Material: Liga Metálica / Carbono Pirolítco, Quantidade De Folhetos: 2 Folhetos, Radiopacidade: Radiopaco, Tipo De Armazenamento: A Seco, Compatibilidade C/ Ressonância Magnética: Sim, Até 3,0 T, Com Limite De Tempo De Exposição, Perfil Da Prótese: Baixo, Característica Dos Guarda-Pivôs: Aberto, Esterilidade: Estéril, Uso Único			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		8	Quantidade Mínima Cotada: 8
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:		Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 0
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,30			
Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (8)			
Grupo: G1			

4 - Prótese Valvular Cardíaca Mecânica

Descrição Detalhada: Prótese Valvular Cardíaca Mecânica Tipo De Válvula: Mitral, Procedimento Para Implante: Cirurgia Convencional, Material: Liga Metálica / Carbono Pirofítico, Quantidade De Folhetos: 2 Folhetos, Radiopacidade: Radiopaco, Tipo De Armazenamento: A Seco, Compatibilidade C/ Ressonância Magnética: Sim, Até 3,0 T, Com Limite De Tempo De Exposição, Perfil Da Prótese: Baixo, Característica Dos Guarda-Pivôs: Aberto, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,30

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (2)

Grupo: G1

5 - Prótese Valvular Cardíaca Mecânica

Descrição Detalhada: Prótese Valvular Cardíaca Mecânica Tipo De Válvula: Mitral, Procedimento Para Implante: Cirurgia Convencional, Material: Liga Metálica / Carbono Pirofítico, Quantidade De Folhetos: 2 Folhetos, Radiopacidade: Radiopaco, Tipo De Armazenamento: A Seco, Compatibilidade C/ Ressonância Magnética: Sim, Até 3,0 T, Com Limite De Tempo De Exposição, Perfil Da Prótese: Baixo, Característica Dos Guarda-Pivôs: Aberto, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,30

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (2)

Grupo: G1

6 - Prótese Valvular Cardíaca Mecânica

Descrição Detalhada: Prótese Valvular Cardíaca Mecânica Tipo De Válvula: Mitral, Procedimento Para Implante: Cirurgia Convencional, Material: Liga Metálica / Carbono Pirofítico, Quantidade De Folhetos: 2 Folhetos, Radiopacidade: Radiopaco, Tipo De Armazenamento: A Seco, Compatibilidade C/ Ressonância Magnética: Sim, Até 3,0 T, Com Limite De Tempo De Exposição, Perfil Da Prótese: Baixo, Característica Dos Guarda-Pivôs: Aberto, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,30

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (2)

Grupo: G1

7 - Prótese Valvular Cardíaca Mecânica

Descrição Detalhada: Prótese Valvular Cardíaca Mecânica Tipo De Válvula: Mitral, Procedimento Para Implante: Cirurgia Convencional, Material: Liga Metálica / Carbono Pirofítico, Quantidade De Folhetos: 2 Folhetos, Radiopacidade: Radiopaco, Tipo De Armazenamento: A Seco, Compatibilidade C/ Ressonância Magnética: Sim, Até 3,0 T, Com Limite De Tempo De Exposição, Perfil Da Prótese: Baixo, Característica Dos Guarda-Pivôs: Aberto, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,30

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (30)

Grupo: G1

8 - Prótese Valvular Cardíaca Mecânica

Descrição Detalhada: Prótese Valvular Cardíaca Mecânica Tipo De Válvula: Mitral, Procedimento Para Implante: Cirurgia Convencional, Material: Liga Metálica / Carbono Piroclítico, Quantidade De Folhetos: 2 Folhetos, Radiopacidade: Radiopaco, Tipo De Armazenamento: A Seco, Compatibilidade C/ Ressonância Magnética: Sim, Até 3,0 T, Com Limite De Tempo De Exposição, Perfil Da Prótese: Baixo, Característica Dos Guarda-Pivôs: Aberto, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 114

Quantidade Mínima Cotada: 114

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,30

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (114)

Grupo: G1

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Prótese Valvular Cardíaca Mecânica	124	Unidade
2	Prótese Valvular Cardíaca Mecânica	32	Unidade
3	Prótese Valvular Cardíaca Mecânica	8	Unidade
4	Prótese Valvular Cardíaca Mecânica	2	Unidade
5	Prótese Valvular Cardíaca Mecânica	2	Unidade
6	Prótese Valvular Cardíaca Mecânica	2	Unidade
7	Prótese Valvular Cardíaca Mecânica	30	Unidade
8	Prótese Valvular Cardíaca Mecânica	114	Unidade