

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90400/2026-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Cateter Balão P/ Angioplastia Periférica

Descrição Detalhada: Cateter Balão P/ Angioplastia Periférica Material: Semi Complacente, Diâmetro Balão: Cerca De 6,5 Até 10MM, Comprimento Balão: Cerca De 26 A 50MM, Marcador: Radiopaco, Comprimento Cateter: Acima De 101CM, Compatibilidade: P/ Fio Guia Cerca De 0,035??, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 14
Critério de Julgamento: Menor Preço
Unidade de Fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,30
Quantidade Mínima Cotada: 14
Critério de Valor: Valor Estimado
Quantidade Máxima para Adesões: 0

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (14)

2 - Cateter balão p/ angioplastia coronariana

Descrição Detalhada: Cateter Balão P/ Angioplastia Coronariana Material: Semi Complacente, Diâmetro Balão: Cerca De 1,0 A 6,0MM, Comprimento Balão: Cerca De 15MM, Marcador: Radiopaco, Comprimento Cateter: Cerca De 140CM, Compatibilidade: P/ Fio Guia Cerca De 0,014", Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 252
Critério de Julgamento: Menor Preço
Unidade de Fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,30
Quantidade Mínima Cotada: 252
Critério de Valor: Valor Estimado
Quantidade Máxima para Adesões: 0

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (252)

3 - Cateter Balão P/ Angioplastia Coronariana

Descrição Detalhada: Cateter Balão P/ Angioplastia Coronariana Material: Semi Complacente, Revestimento: Paclitaxel, Diâmetro Balão: Cerca De 1,0 A 6,0MM, Comprimento Balão: Cerca De 20MM, Marcador: Radiopaco, Comprimento Cateter: Cerca De 140CM, Compatibilidade: P/ Fio Guia Cerca De 0,014", Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 1800
Critério de Julgamento: Menor Preço
Unidade de Fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,30
Quantidade Mínima Cotada: 1800
Critério de Valor: Valor Estimado
Quantidade Máxima para Adesões: 0

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (1800)

4 - Cateter balão p/ angioplastia coronariana

Descrição Detalhada: Cateter Balão P/ Angioplastia Coronariana Material: Semi Complacente, Diâmetro Balão: Cerca De 1,0 A 6,0MM, Comprimento Balão: Cerca De 15MM, Marcador: Radiopaco, Comprimento Cateter: Cerca De 140CM, Compatibilidade: P/ Fio Guia Cerca De 0,014", Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 126
Critério de Julgamento: Menor Preço
Unidade de Fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,30
Quantidade Mínima Cotada: 126
Critério de Valor: Valor Estimado
Quantidade Máxima para Adesões: 0

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (126)

5 - Cateter balão p/ angioplastia coronariana

Descrição Detalhada: Cateter Balão P/ Angioplastia Coronariana Material: Semi Complacente, Diâmetro Balão: Cerca De 1,0 A 6,0MM, Comprimento Balão: Cerca De 20MM, Marcador: Radiopaco, Comprimento Cateter: Cerca De 140CM, Compatibilidade: P/ Fio Guia Cerca De 0,014", Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 198

Quantidade Mínima Cotada: 198

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,30

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (198)

6 - Cateter Balão P/ Angioplastia Coronariana

Descrição Detalhada: Cateter Balão P/ Angioplastia Coronariana Material: Semi Complacente, Diâmetro Balão: Cerca De 1,0 A 6,0MM, Comprimento Balão: Cerca De 30MM, Marcador: Radiopaco, Comprimento Cateter: Cerca De 140CM, Compatibilidade: P/ Fio Guia Cerca De 0,014", Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 22

Quantidade Mínima Cotada: 22

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,30

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (22)

7 - Cateter balão p/ angioplastia coronariana

Descrição Detalhada: Cateter Balão P/ Angioplastia Coronariana Material: Semi Complacente, Diâmetro Balão: Cerca De 1,0 A 6,0MM, Comprimento Balão: Cerca De 20MM, Marcador: Radiopaco, Comprimento Cateter: Cerca De 140CM, Compatibilidade: P/ Fio Guia Cerca De 0,014", Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1818

Quantidade Mínima Cotada: 1818

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,30

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (1818)

8 - Cateter Balão P/ Angioplastia Coronariana

Descrição Detalhada: Cateter Balão P/ Angioplastia Coronariana Material: Semi Complacente, Diâmetro Balão: Cerca De 1,0 A 6,0MM, Comprimento Balão: Cerca De 10MM, Marcador: Radiopaco, Comprimento Cateter: Cerca De 140CM, Compatibilidade: P/ Fio Guia Cerca De 0,014", Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 92

Quantidade Mínima Cotada: 92

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,30

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (92)

9 - Cateter balão p/ angioplastia coronariana

Descrição Detalhada: Cateter Balão P/ Angioplastia Coronariana Material: Semi Complacente, Diâmetro Balão: Cerca De 1,0 A 6,0MM, Comprimento Balão: Cerca De 20MM, Marcador: Radiopaco, Comprimento Cateter: Cerca De 140CM, Compatibilidade: P/ Fio Guia Cerca De 0,014", Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 102

Quantidade Mínima Cotada: 102

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,30

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (102)

10 - Cateter balão p/ angioplastia coronariana

Descrição Detalhada: Cateter Balão P/ Angioplastia Coronariana Material: Semi Complacente, Diâmetro Balão: Cerca De 1,0 A 6,0MM, Comprimento Balão: Cerca De 15MM, Marcador: Radiopaco, Comprimento Cateter: Cerca De 140CM, Compatibilidade: P/ Fio Guia Cerca De 0,014", Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 114

Quantidade Mínima Cotada: 114

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,30

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (114)

11 - Cateter balão p/ angioplastia coronariana

Descrição Detalhada: Cateter Balão P/ Angioplastia Coronariana Material: Semi Complacente, Diâmetro Balão: Cerca De 1,0 A 6,0MM, Comprimento Balão: Cerca De 20MM, Marcador: Radiopaco, Comprimento Cateter: Cerca De 140CM, Compatibilidade: P/ Fio Guia Cerca De 0,014", Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 130

Quantidade Mínima Cotada: 130

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,30

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (130)

12 - Cateter balão p/ angioplastia coronariana

Descrição Detalhada: Cateter Balão P/ Angioplastia Coronariana Material: Não Complacente, Diâmetro Balão: Cerca De 1,0 A 6,0MM, Comprimento Balão: Cerca De 15MM, Marcador: Radiopaco, Comprimento Cateter: Cerca De 140CM, Compatibilidade: P/ Fio Guia Cerca De 0,014", Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 632

Quantidade Mínima Cotada: 632

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,30

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (632)