

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90463/2026-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Cateter balão p/ angioplastia periférica

Descrição Detalhada: Cateter Balão P/ Angioplastia Periférica Material: Semi Complacente, Diâmetro Balão: Acima De 14MM, Comprimento Balão: Cerca De 26 A 50MM, Marcador: Radiopaco, Comprimento Cateter: Até 100CM, Compatibilidade: P/ Fio Guia Cerca De 0,035??, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 28 **Quantidade Mínima Cotada:** 28

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,30

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (28)

2 - Cateter balão p/ angioplastia periférica

Descrição Detalhada: Cateter Balão P/ Angioplastia Periférica Material: Semi Complacente, Diâmetro Balão: Acima De 14MM, Comprimento Balão: Cerca De 26 A 50MM, Marcador: Radiopaco, Comprimento Cateter: Até 100CM, Compatibilidade: P/ Fio Guia Cerca De 0,035??, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 18 **Quantidade Mínima Cotada:** 18

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,30

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (18)

3 - Cateter balão p/ angioplastia periférica

Descrição Detalhada: Cateter Balão P/ Angioplastia Periférica Material: Semi Complacente, Diâmetro Balão: Acima De 14MM, Comprimento Balão: Cerca De 26 A 50MM, Marcador: Radiopaco, Comprimento Cateter: Até 100CM, Compatibilidade: P/ Fio Guia Cerca De 0,035??, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12 **Quantidade Mínima Cotada:** 12

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,30

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (12)

4 - Cateter balão p/ angioplastia periférica

Descrição Detalhada: Cateter Balão P/ Angioplastia Periférica Material: Semi Complacente, Diâmetro Balão: Acima De 14MM, Comprimento Balão: Cerca De 26 A 50MM, Marcador: Radiopaco, Comprimento Cateter: Até 100CM, Compatibilidade: P/ Fio Guia Cerca De 0,035??, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 32 **Quantidade Mínima Cotada:** 32

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,30

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (32)

5 - Cateter p, hemodinâmica

Descrição Detalhada: Cateter P/ Hemodinâmica Material: Polímero, Tipo Curva: Curva Judkins - JI, Tamanho Da Curva: C/ 4,0CM, Dimensões: Cerca De 6 Fr X 100CM, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 226

Quantidade Mínima Cotada: 226

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,30

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (226)

6 - Fio guia

Descrição Detalhada: Fio Guia Aplicação: Vascular, Material: Aço Inoxidável, Revestimento: Politetrafluoretileno - Ptfé, Diâmetro: 0,035", Comprimento: Cerca De 150CM, Tipo Ponta: Ponta Em "J", Características Adicionais: Radiopaco, Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12626

Quantidade Mínima Cotada: 12626

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,30

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (12626)

7 - Fio guia

Descrição Detalhada: Fio Guia Aplicação: Não Vascular, Material: Nitinol, Revestimento: Hidrofílico, Diâmetro: 0,035", Comprimento: Cerca De 450CM, Tipo Ponta: Ponta Reta, Características Adicionais: Radiopaco, Esterilidade: Estéril, Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 738

Quantidade Mínima Cotada: 738

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,30

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (738)

8 - Fio guia

Descrição Detalhada: Fio Guia Aplicação: Vascular, Material: Aço Inoxidável, Revestimento: Politetrafluoretileno - Ptfé, Diâmetro: 0,035", Comprimento: Cerca De 150CM, Tipo Ponta: Ponta Reta, Características Adicionais: Radiopaco, Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 640

Quantidade Mínima Cotada: 640

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,30

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (640)