

TAG	Número de Série	Patrimônio	Equipamento	Modelo	Fabricante	Instituto	Execução dos Serviços	Data da Aquisição
EHDLO100	4SXAY422	HC155051	HEMODIALISADORA	4008S	FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA	ICR	Preventivas: Horário Noturno 18:00 às 05:00hrs Corretivas: Horário Comercial 08:00 às 17:00 hrs	16/07/2015
EHDLO102	4SXAY417	HC155053	HEMODIALISADORA	4008S	FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA	ICR		16/07/2015
EHDLO105	4SXAY421	HC155056	HEMODIALISADORA	4008S	FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA	ICR		16/07/2015
EHDLO101	4SXAY419	HC155052	HEMODIALISADORA	4008S	FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA	ICR		16/07/2015
EHDLO103	4SXAY121	HC155054	HEMODIALISADORA	4008S	FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA	ICR		16/07/2015
EHDLO200	2SXA3QUO	FFM069569	HEMODIALISADORA	4008S	FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA	ICR		11/01/2023
EHDLO201	2SXA3QVL	FFM069571	HEMODIALISADORA	4008S	FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA	ICR		11/01/2023
EHDLO202	2SXA3QVM	FFM069570	HEMODIALISADORA	4008S	FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA	ICR		11/01/2023
EHDLO203	2SXA3R3M	FFM069572	HEMODIALISADORA	4008S	FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA	ICR		11/01/2023
EHDLO225	3SXA4CPA	FFM 071285	HEMODIALISADORA	4008S	FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA	ICR		08/11/2023
EHDLO224	3SXA4CP9	FFM 071286	HEMODIALISADORA	4008S	FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA	ICR		08/11/2023
EHDLO226	3SXA4CPB	FFM 071284	HEMODIALISADORA	4008S	FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA	ICR		08/11/2023

TAG	Número de Série	Patrimônio	Equipamento	Modelo	Fabricante	Instituto	Execução dos Serviços	Data da Aquisição
N/A	7V5AHP49	HC134651	MAQUINA PARA HEMODIÁLISE	4008S	FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA	INCOR	Horário Comercial 08:00 às 17:00hrs	14/01/2008
N/A	949S1877	HC138776	MAQUINA DE OSMOSE REVERSA	Aqua Uno	FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA	INCOR		21/10/2010
N/A	949S1878	HC138777	MAQUINA DE OSMOSE REVERSA	Aqua Uno	FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA	INCOR		21/10/2010
N/A	SP1-358	HC158719	MAQUINA DE OSMOSE REVERSA	Pura 1	FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA	INCOR		17/04/2018
N/A	SP1-319	HC158720	MAQUINA DE OSMOSE REVERSA	Pura 1	FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA	INCOR		17/04/2018

ANEXO II - COBERTURAS		
EQUIPAMENTOS	COBERTURAS	PERIODICIDADE A SEREM FORNECIDADOS PELA EMPRESA CONTRATA
HEMODIALISADORAS	• Limpeza com produtos químicos específicos; • Desobstrução e remoção de resíduos com produtos químicos específicos; • Substituição dos kits de manutenção preventiva; • Substituição de componentes quando necessário; • Verificação do sistema elétrico; • Testes de funcionamento • Emissão de relatório técnico (checklist); • Execução dos procedimentos e emissão de certificado de calibração e segurança elétrica.	• Realizar manutenções corretivas ilimitadas, tantas vezes quanto necessárias. • As manutenções preventivas nas máquinas para hemodiálise serão realizadas uma vez a cada 12 meses.
	• Manutenções corretivas com trocas de peças e fornecimentos de insumos.	
OSMOSES	• Substituição do carvão ativado para 11L (Semestral); • Substituição do filtro de partículas de 50µm/20 (Mensal); • Filtro de partículas 1µm/20" (Mensal); • Substituição da resina catiônica para 11L (Semestral); • Substituição da membrana TW 30HP (Anual); • Desinfecção com produtos químicos específicos (A cada 200 horas ou quando a contagem de Bactérias for > 50 UFC/ml, ou quando ficar parada por mais de 72 horas sem uso); • Limpeza química (máquina solicita automaticamente); • Teste de funcionamento; • Realizar retro lavagem nos filtros de carvão e resina, e troca dos filtros de partículas; • Manutenções corretivas com trocas de peças e fornecimentos de insumos.	• Realizar manutenções corretivas ilimitadas, tantas vezes quanto necessárias. • As manutenções preventivas nas Osmose serão realizadas mensalmente.