

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90097/2024-000

1 - Itens da Licitação

1 - Agulha Hipodérmica			
Descrição Detalhada: Agulha Hipodérmica Material: Aço Inoxidável Siliconizado , Dimensão: 23 G X 1" , Tipo Ponta: Bisel Curto Trifacetado , Tipo Conexão: Conector Luer Lock Em Plástico , Tipo Fixação: Protetor Plástico , Característica Adicional: Com Sistema Segurança Segundo Nr/32 , Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		2500	
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:		Unidade	
Intervalo Mínimo entre Lances (%):		1,00	
Local de Entrega (Quantidade):		São Paulo/SP (2500)	

2 - Sonda Trato Digestivo			
Descrição Detalhada: Sonda Trato Digestivo Aplicação: Orogástrica , Modelo: Fouchet , Material: Pvc , Calibre: Nº 32 , Comprimento: Cerca 80 CM, Conector: Conector Padrão , Componentes: Ponta Distal Aberta, Atraumática , Esterilidade: Estéril, Descartável , Embalagem: Embalagem Individual			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		200	
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:		Unidade	
Intervalo Mínimo entre Lances (%):		1,00	
Local de Entrega (Quantidade):		São Paulo/SP (200)	

3 - Sonda Trato Urinário			
Descrição Detalhada: Sonda Trato Urinário Modelo: Uretral , Material: Poliuretano , Calibre: 6 FRENCH, Conector: Conector Padrão , Comprimento: Cerca 20 CM, Tipo Ponta: Ponta Distal Cilíndrica Fechada , Componentes: C/ Orifícios Laterais , Adicionais: Lubrificada , Esterilidade: Estéril, Descartável , Embalagem: Embalagem Individual			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		240	
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:		Unidade	
Intervalo Mínimo entre Lances (%):		1,00	
Local de Entrega (Quantidade):		São Paulo/SP (240)	

4 - Sonda Trato Urinário			
Descrição Detalhada: Sonda Trato Urinário Modelo: Uretral , Material: Poliuretano , Calibre: 8 FRENCH, Conector: Conector Padrão , Comprimento: Cerca 20 CM, Tipo Ponta: Ponta Distal Cilíndrica Fechada , Componentes: C/ Orifícios Laterais , Adicionais: Lubrificada , Esterilidade: Estéril, Descartável , Embalagem: Embalagem Individual			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		240	
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:		Unidade	
Intervalo Mínimo entre Lances (%):		1,00	
Local de Entrega (Quantidade):		São Paulo/SP (240)	

5 - Sonda Trato Urinário

Descrição Detalhada: Sonda Trato Urinário Modelo: Uretral , Material: Poliuretano , Calibre: 12 FRENCH, Conector: Conector Padrão , Comprimento: Cerca 40 CM, Tipo Ponta: Ponta Distal Cilíndrica Fechada , Componentes: C/ Orifícios Laterais , Adicionais: Lubrificada , Esterilidade: Estéril, Descartável , Embalagem: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 240

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (240)

6 - Cateter Central

Descrição Detalhada: Cateter Central Aplicação: Venoso , Matéria Prima: Poliuretano Radiopaco , Vias: Mono Lúmen , Lúmen: 14 GAU, Comprimento: Cerca 20 CM, Tipo Fixação: Fixação Subcutânea , Conector: Conectores Padrão, Clamp E Tampa , Componente: Kit Introdutor Completo , Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5700

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (5700)

7 - Cateter Para Anestesia

Descrição Detalhada: Cateter Para Anestesia Uso: Epidural Contínua , Material: Polímero Radiopaco , Calibre: Cerca De 18 G , Adicionais: Marcas De Profundidade , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (30)

8 - Material Especial Cardiovascular

Descrição Detalhada: Material Especial Cardiovascular Aplicação*: P/ Acesso Percutâneo De Cânula Arterial Femoral , Componente 1: C/ Agulha Punção, Fio Guia E Dilatadores , Apresentação: Conjunto Completo , Esterilidade: Estéril, Descartável , Embalagem: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (60)

9 - Agulha Punção Óssea

Descrição Detalhada: Agulha Punção Óssea Modelo: P/ Aspiração, Biópsia, Infusão , Aplicação: Intraóssea / Medula Óssea , Tipo: Jamshidi , Dimensões: Cerca De 12 G X 10 Cm , Material Agulha: Aço Inoxidável , Peça De Mão: C/ Empunhadura , Componente 1: C/ Mandril , Componente 3: Conector Luer , Esterilidade: Estéril, Uso Único , Embalagem: Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (200)

10 - Equipo Especial - Uso Médico

Descrição Detalhada: Equipo Especial - Uso Médico Aplicação: P/ Irrigação Cirúrgica De Soluções, Gravitacional , Número Vias: 2 Vias , Material: Pvc Transparente , Conector Solução: Pontas Perfurantes , Regulador De Fluxo Manual: Clamps Em Todas As Vias , Comprimento Total Do Tubo: Até 180 Cm, C/ Derivação Em Y , Conector Distal: Compatível C/ Instrumental , Esterilidade: Estéril, Uso Único , Tipo Embalagem: Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	-------------	---------------------------	----------------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (300)