

Documento de Formalização de Demanda (DFD) 187/2024

Informações Básicas

Número do artefato	UASG	Editado por	Atualizado em
187/2024	532101-ESP-INST. ASSIST. MEDICA SERV. PUB. ESTADUAL	ARI EDUARDO DA SILVA	15/10/2024 10:17 (v 5.1)
Status	ASSINADO		

Outras informações

Categoria	Número da Contratação	Processo Administrativo
II - compra, inclusive por encomenda/Bens de consumo	97/2024	147.00018155/2024-03

Área Requisitante

Área	Responsável
Planejamento de Materiais	Ari Eduardo da Silva

QUANTITATIVO

Quantitativo x Valor Estimado para Contratação (baseado no valor pago na última contratação).

Item	Siafisico / CatMat	Descrição	Und.	Qtde. Projetada para 08 meses	Valor Unitário (Última Contratação)
1	3348130 454369	Filtro de purificação de dialisante membrana confeccionada em polisulfona, carcaça confeccionada em polipropileno, potting confeccionado em poliuretano, vedado em silicone, conecta em sistema HANSEN, área de 1,2 m² de superfície, compatível com maquina de hemodialise modelo dialog + marca B.BRAUN, estéril, material de uso único, embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica, a apresentação do produto devera obedecer a legislação vigente	UNIDADE	80	504,89

Total Geral (R\$): 40.391,20

Justificativa de Necessidade

Aquisição de FILTRO DIACAP ULTRA, insumo de reposição automática, por ser de consumo frequente e já padronizado pelo HSPE.

Aquisição de material destinado ao Serviço de Nefrologia.

Condições Gerais:
O material adquirido deverá ser compatível com as máquinas de hemodiálise Modelo Dialog - Marca B.Braun, de acordo com a relação de Máquinas/Número de patrimônio anexo ao Processo.

Justificativa Técnica:
O filtro Diacap é um filtro de purificação, que faz parte das máquinas de hemodiálise para pacientes crônicos, Dialog e é um componente exigido para o funcionamento da máquina sem o qual perdemos um sistema de segurança da qualidade de pureza da água.
Ele é utilizado durante 900 horas ou 150 terapias na qual a máquina produz o aviso para a necessidade de troca e sem a qual a terapia não será realizada.
Possuímos atualmente 26 máquinas.
E esta troca é realizada pelo grupo de manutenção da Engenharia Clínica.

DESCRIPTIVO

Descrito detalhado:

Item	Siafisico / CatMat	Descrição	Und.	Consumo Médio Mensal / Trimestral	Qtde. Projetada para 08 meses
1	3348130 454369	Filtro de purificação de dialisante membrana confeccionada em polisulfona, carcaça confeccionada em polipropileno, potting confeccionado em poliuretano, vedado em silicone, conecta em sistema HANSEN, área de 1,2 m² de superfície, compatível com maquina de hemodialise modelo dialog + marca B. BRAUN, estéril, material de uso único, embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica, a apresentação do produto devera obedecer a legislação vigente	UNIDADE	5	80

1. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

ARI EDUARDO DA SILVA

Assessor Técnico II



Assinou eletronicamente em 15/10/2024 às 10:17:37.