

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 91541/2025-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Marca-Passo Cardíaco Implantável

Descrição Detalhada: Marca-Passo Cardíaco Implantável Configuração Do Sistema: Bicameral Transvenoso Is-1, Material Carcaça: Liga Metálica, Sensor P/ Adaptação Frequência Cardíaca: Sensores Acelerômetro E Fisiológico, Automaticidade De Estimulação E Detecção: Autocaptura, Monitoramento Remoto Do Paciente: Telemedicina, Longevidade: Vida Útil Projetada Mínimo 5 Anos, Compatível: Condicionado Mri

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 120 **Quantidade Mínima Cotada:** 120

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (120)

2 - Marca-Passo Cardíaco Implantável

Descrição Detalhada: Marca-Passo Cardíaco Implantável Configuração Do Sistema: Unicameral Transvenoso Is-1, Material Carcaça: Liga Metálica, Sensor P/ Adaptação Frequência Cardíaca: Sensor Acelerômetro, Automaticidade De Estimulação E Detecção: Autocaptura, Monitoramento Remoto Do Paciente: Telemedicina, Longevidade: Vida Útil Projetada Mínimo 5 Anos, Compatível: Condicionado Mri

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 96 **Quantidade Mínima Cotada:** 96

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (96)

3 - Marca-Passo Cardíaco Implantável

Descrição Detalhada: Marca-Passo Cardíaco Implantável Configuração Do Sistema: Ressincronizador Transvenoso Is-1 Multissítio, Material Carcaça: Liga Metálica, Sensor P/ Adaptação Frequência Cardíaca: Sensores Acelerômetro E Fisiológico, Automaticidade De Estimulação E Detecção: Autocaptura, Monitoramento Remoto Do Paciente: Telemedicina, Longevidade: Vida Útil Projetada Mínimo 5 Anos, Compatível: Condicionado Mri

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24 **Quantidade Mínima Cotada:** 24

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (24)