

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 91669/2025-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Espiral aneurisma

Descrição Detalhada: Espiral Neurovascular Aplicação: Embolização Arterial, Material: Nitinol C/ Filamentos Poliéster, Diâmetro: Cerca De 10MM, Comprimento: 12CM, Voltas: Cerca De 4 Voltas, Sistema De Liberação: Sistema Rosca, Tipo Liberação: Liberação Controlada, Componente Ii: Marcadores Radiopacos, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 72 **Quantidade Mínima Cotada:** 72

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (72)

2 - Espiral neurovascular

Descrição Detalhada: Espiral Neurovascular Aplicação: Embolização Arterial, Material: Aço Inoxidável Recoberto C/ Cerdas Em Poliéster, Diâmetro: Cerca De 5MM, Comprimento: 6CM, Voltas: Cerca De 4 Voltas, Sistema De Liberação: Sistema Rosca, Tipo Liberação: Liberação Controlada, Componente Ii: Marcadores Radiopacos, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 72 **Quantidade Mínima Cotada:** 72

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (72)

3 - Espiral neurovascular

Descrição Detalhada: Espiral Neurovascular Aplicação: Embolização Arterial, Material: Aço Inoxidável Recoberto C/ Cerdas Em Poliéster, Diâmetro: Cerca De 5MM, Comprimento: 6CM, Voltas: Cerca De 4 Voltas, Sistema De Liberação: Sistema Rosca, Tipo Liberação: Liberação Controlada, Componente Ii: Marcadores Radiopacos, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 72 **Quantidade Mínima Cotada:** 72

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (72)

4 - Espiral aneurisma

Descrição Detalhada: Espiral Neurovascular Aplicação: Embolização Arterial, Material: Aço Inoxidável Recoberto C/ Cerdas Em Poliéster, Diâmetro: Cerca De 8MM, Comprimento: 5CM, Voltas: Cerca De 4 Voltas, Sistema De Liberação: Sistema Rosca, Tipo Liberação: Liberação Controlada, Componente Ii: Marcadores Radiopacos, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 72 **Quantidade Mínima Cotada:** 72

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (72)