

## RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90542/2026-000

## **1 - Itens da Licitação**

### 1 - Cântula Instrumental

**Descrição Detalhada:** Cânula Instrumental Aplicação: P/ Aspiração, Modelo: Dennis, Diâmetro: Cerca De 5,0MM, Haste: Curva, Comprimento Total: Cerca De 32CM, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

**Tratamento Diferenciado: Não**

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Unidade de Fornecimento: Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (1)

## 2 - Material P/ Vni - Cpap / Bipap

**Descrição Detalhada:** Material P/ Vni - Cpap / Bipap Tipo 1: Pronga Nasal, Material\*: Polímero, Característica Adicional: P/ Alto Fluxo, Tamanho\*: Adulto, Tipo Conector: Conector Padrão, Tipo Extensão: Traqueia, Tipo Fixação: Fixador Ajustável, Apresentação: Conjunto Completo

### Tratamento Diferenciado: Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (1)

## 3 - Cabo

**Descrição Detalhada:** Cabo Aplicação: Compatível Com Equipamento, Tipo: Oximetria

**Tratamento Diferenciado: Não**

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (3)

## 4 - Cabo

**Descrição Detalhada:** Cabo Formato: P/ Monitor De Nível De Consciência Em Anestesia. Compatibilidade 1: Compatível C/ Monitor

**Tratamento Diferenciado: Não**

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (1)

**5 - Eletrodo Uso Médico**

**Descrição Detalhada:** Eletrodo Uso Médico Aplicação 1: P/ Monitorização De Débito Cardíaco, Modelo: De Superfície, Tipo: Adesivo, Material Sensor: Prata/Prata Clorada, Adicional 1: C/ Gel Condutor, Dimensões: Cerca De 10 X 1,5CM, Acessório: C/ Cabo Compatível C/ Equipamento, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Apresentação: Conjunto Cerca De 4 Eletrodos Duplos

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (1)

**6 - Sensor Uso Médico**

**Descrição Detalhada:** Sensor Uso Médico Aplicação: P/ Monitorização De Bloqueio Neuromuscular, Material 1: Polímero C/ Gel, Modelo: De Mão, Método: Eletromiografia, Componentes: C/ 2 Eletrodos Estimulação, 1 Terra E 2 P/ Emg, Tamanho: Tamanho Adulto, Tipo De Fixação: Adesivo, Compatibilidade: C/ Compatibilidade Específica, Esterilidade: Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (3)

**7 - Cabo**

**Descrição Detalhada:** Cabo Aplicação: P/ Tens E Tens/Fes, Tipo Conexão: Conectores Din

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (3)

**8 - Cabo**

**Descrição Detalhada:** Cabo Material: Siliconizado, Aplicação: P/ Placa Neutra, Tipo Uso: Reusável, Comprimento: Comprimento Mínimo 3,0M, Compatibilidade 1: Compatível C/ Bisturi Elétrico

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (3)