

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90263/2024-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Balão dilatação			
Descrição Detalhada: Balão Dilatação Aplicação: Esôfágico, Material: Polímero, Dimensão Balão: 8 A 16 X 80MM, Diâmetro Do Cateter: Cerca De 2MM, Comprimento Do Cateter: Cerca De 200CM, Acessórios: Ponta Flexível Atraumática, Adicionais: P/ Canal Mínimo De 2,8 mm, Esterilidade: Estéril, Uso Único			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		5	Quantidade Mínima Cotada: 5
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:		Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 12,99			
Local de Entrega (Quantidade):		São Paulo/SP (5)	

2 - Balão dilatação			
Descrição Detalhada: Balão Dilatação Aplicação: Esôfago E Píloro, Material: Polímero, Dimensão Balão: 18; 19 E 20 X 55MM, Diâmetro Do Cateter: Cerca De 2,3MM, Comprimento Do Cateter: Cerca De 240CM, Acessórios: Duplo Lúmen, Adicionais: Dilatação Progressiva, Compatível: Compatível C/ Fio Guia 0,035", Esterilidade: Estéril, Uso Único			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		5	Quantidade Mínima Cotada: 5
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:		Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 12,00			
Local de Entrega (Quantidade):		São Paulo/SP (5)	

3 - Balão dilatação			
Descrição Detalhada: Balão Dilatação Aplicação: Endoscópico, Material: Polímero, Dimensão Balão: 20 X 60MM, Diâmetro Do Cateter: Cerca De 2,4 MM, Comprimento Do Cateter: 90 A 230CM, Acessórios: Conector Luer Lock, Adicionais: C/ 2 Marcas Radiopacas Em Platina, Esterilidade: Estéril, Uso Único			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		3	Quantidade Mínima Cotada: 3
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:		Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 15,04			
Local de Entrega (Quantidade):		São Paulo/SP (3)	

4 - Balão dilatação			
Descrição Detalhada: Balão Dilatação Aplicação: P/ Estenoses Do Esôfago, Píloro E Colón, Material: Polímero, Dimensão Balão: 6 X 55MM, Comprimento Do Cateter: Cerca De 240CM, Compatível: Compatível C/ Canal Endoscópico De 2,8mm, Esterilidade: Estéril, Uso Único			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		5	Quantidade Mínima Cotada: 5
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:		Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 15,73			
Local de Entrega (Quantidade):		São Paulo/SP (5)	