

1 - Itens da Licitação

Descrição Detalhada: Transdutor Uso Médico Compatível: P/ Monitor Multiparâmetro , Aplicação: De Pressão Arterial Invasiva , Componente 1: C/ Dispositivo De Fluxo 3 MI/H , Esterilidade: Estéril, Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 450

Quantidade Mínima Cotada: 450

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (450)