

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO**RUA MARECHAL CÂNDIDO RONDON, 3031.****CNPJ : 63.762.025/0001-42****Lista com a média dos valores cotados**Número da Cotação: **00164/26**Data: **09/02/2026**

Item	Código	Descrição	Qtd.	Valor Médio	Valor Total Médio
1	035.001.228	APARELHO ULTRASSOM APARELHO ULTRASSOM, especificação mínimas: Sistema digital de alta resolução superior a 2.000.000 de canais digitais de processamento, para exames abdominais, ginecológicos, obstétricos, mama, pequenas partes, musculoesquelético, vascular, transcraniano, transfontanela, cerebrovascular, intraoperatório, cardiologia (adulta, pediátrica e neonatal), transesofágico (adulto e pediátrico), com as seguintes características técnicas mínimas: Sistema transportável, montado sobre rodízios com sistema de freios; Monitor LCD colorido de ao menos 21 polegadas; tela sensível ao toque tipo touchscreen acoplada ao painel de pelo menos 12 polegadas; Painel de controle articulável, incluindo altura, giro e deslize; Faixa dinâmica acima de 220 dB; Frame Rate de pelo menos 1.500 quadros/segundo em 2D; HD ou SSD interno com capacidade de armazenamento de imagens de no mínimo 500 GB; Conexão em rede digital DICOM 3.0 com wireless integrado; Exportação de imagens em formato compatível PC; Conexão simultânea, universal e ativa para no mínimo quatro transdutores sem uso de adaptadores e sem considerar a conexão específica para Doppler cego. Color Power Angio; Harmônica Tecidual e de Pulso Invertido; Reconstrução 3D com recurso de visualização MPR; Modo-M, Modo M-Anatômico, Doppler Colorido, Doppler Pulsado (PW), High PRF PW, Doppler Contínuo (CW); Possibilidade de imagem 4D para transdutores convexo e endocavitário; Profundidade de pelo menos 35 cm; Possibilidade de inclusão futura de ferramenta qualitativa e quantitativa para avaliação da mobilidade e desempenho da dinâmica Ventricular. Método visual e dados como: velocidade, ventrículo, peak e times to peak, valores globais, por segmento e área localizada, Strain Rate pelo método bidimensional; Possibilidade Ferramentas de medições incluindo: distância, profundidade, área e circunferência; Doppler de tecido; Imagem Harmônica Tecidual (THI) com a tecnologia de inversão de pulso; imagem panorâmica de pelo menos 60cm com possibilidade de medidas; Otimização para ajustar o desempenho do fluxo de banda larga para se adaptar imediatamente a diferentes estados de fluxo; Software para otimização automática do Color Doppler e espectral com apenas um botão; Possibilidade de elastografia shearwave 2D e quantificação da gordura hepática por atenuação em tempo real; Modos B, BB, BM, M tela inteira, Doppler pulsado, contínuo e tecidual dirigível; Color M-mode; Possuir ferramenta que permita a criação de protocolos de exame personalizados e pré-definidos, que permita otimizar o tempo de exame e menor uso de teclas. Transdutores com possibilidade de variação de +/- 1 MHz: 01 Transdutor Convexo com faixa de frequência de 2 a 7 MHz; 01 Transdutor Linear com faixa de frequência de 3 a 12 MHz; 01 Transdutor Endocavitário com faixa de frequência de 4 a 10 MHz. Transdutor Linear com faixa de frequência de 3 a 12 MHz Transdutor Convexo com faixa de frequência de 2 a 6 MHz Transdutor Endocavitário com faixa de frequência de 4 a 9 Mhz Transdutor Setorial Adulto com faixa de frequência de 2 a 4 MHz. Transdutor Linear de alta frequência com faixa de frequência de 5 a 18 MHz 12 meses de garantia.	1	216.425,15	R\$216.425,15
TOTAL			1	216.425,147	216.425,15

Emitido por: Josiele Passos da Silva



Município de Alto Paraíso

63.762.025/0001-42
Rua Marechal Cândido Rondon
www.altoparaíso.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Lista	com Média de Valores	09/03/2026

ID:	576105	Processo	Documento
CRC:	644CDBF9		
Processo:	1-303/2026		
Usuário:	JOSIELE PASSOS DA SILVA		
Criação:	09/03/2026 08:41:45	Finalização:	09/03/2026 08:42:51

MD5:	61C19F24B5A8366C264302D48B5CC11A
SHA256:	962ACB96CA08909374B2D5EA2C2984A46478F329DB8BA940C200F014264CCE8C

Súmula/Objeto:

Lista com Média de Valores

INTERESSADOS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTO PARAISO	Alto Paraíso	RO	09/03/2026 08:41:45
--	--------------	----	---------------------

ASSUNTOS

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE	09/03/2026 08:41:45
-----------------------------------	---------------------

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

 SIMPLER ASSINATURA ELETRÔNICA	JOSIELE PASSOS DA SILVA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	09/03/2026 08:43:00
--	-------------------------	-------------------------	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 3.202/2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.altoparaíso.ro.gov.br informando o ID 576105 e o CRC 644CDBF9.