

Prefeitura do Município de Bertioga
Estado de São Paulo
Estância Balneária

Processo nº 267/2024

Pregão Eletrônico nº 28/2024

Trata-se de recurso administrativo interposto pela empresa **KLM EIRELI**, inscrita no CNPJ Nº 15.743.182/0001-68, irresignada, apresentou recurso quanto ao resultado do certame, item 33, tendo sido consagrado como vencedora a empresa **TCJM DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA**, CNPJ nº 19.639.940/0003-15, alegando em síntese que o Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório não foi respeitado no presente certame, afirmando ainda a quebra do Princípio da Igualdade.

1. DOS ARGUMENTOS DA RECORRENTE:

Sustenta que a empresa vencedora não atendeu ao item 9.1.1, alínea "a" do Edital, afirmando que o produto apresentado não atende as especificações técnicas exigidas, uma vez que, na página 5 do manual do produto o subtítulo "instalação elétrica", fica claro que o produto vem de fábrica apenas com uma tensão disponível, além de não possuir display LCD e sistema automatizado.

Ao final requer a desclassificação da empresa vencedora.

2. DOS ARGUMENTOS DA RECORRIDA:

Afirma a empresa vencedora que o equipamento ofertado atende às exigências do Edital, afirmando que há opção bivolt e que possui tela para a transmissão de informações, apresentando o manual do móvel, bem como imagens do aparelho.

3. DAS INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

Conforme análise técnica da Diretoria do Departamento de Atenção Básica, quanto ao item 1, foi reconhecido que o equipamento é bivolt, todavia, quanto ao



Prefeitura do Município de Bertioga

Estado de São Paulo

Estância Balneária

item 2, referente ao Display LCD apurou que o equipamento ofertado não possui display LCD, e contradiz o solicitado em Termo de Referência.

Diante do exposto, passamos a analisar e decidir:

Em que pesem os argumentos apresentados, conforme informação técnica, há o descumprimento das exigências editalícias, conforme apurado pela análise técnica no item 2. Logo, há que se reformar a decisão de classificação da empresa vencedora com escopo de manter o certame em harmonia com o Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório, assim, recebemos o presente recurso por tempestivo e no mérito damos provimento para desclassificar a empresa vencedora TCJM DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA.

CRISTINA RAFFA VOLPI

Diretoria do Departamento de Licitações e Contratos

ALEXANDRE GONÇALVES SILVA

Pregoeiro

ILMO SENHOR PREGOEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA/SP

PROCESSO No. 267/2024

PREGÃO ELETRÔNICO No 28/2024

A **TCJM DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA**, com sede na Rodovia BR 280, nº 5065, Colégio Agrícola, Araquari – SC, CEP 89245-000, inscrita no CNPJ sob o nº 19.639.940/0003-15, pessoa jurídica de direito privado, por seu representante legal **TIAGO CRISTIANO CZARNECKI**, inscrito no CPF sob o nº 873.080.889-87, vem perante V. Sa., com fundamento na cláusula 13.1.3 do Edital 05/2024, apresentar

CONTRARRAZÕES AO RECURSO ADMINISTRATIVO

Interposto pela empresa KLM EIRELI, o qual não merece prosperar, como será demonstrado.

I - DA COMPATIBILIDADE DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

A autoclave da marca Volaremed é um excelente equipamento e ao contrário das alegações da empresa requerente, atende a todas as especificações, como passaremos a demonstrar:

Extraindo as informações do catálogo técnico da fabricante podemos observar que a mesma possui a opção bivolt, vejamos:

AUTOCLAVE HORIZONTAL ÁGILE 21 LITROS PLUS



Não utilize conectores ou extensões tipo T (benjamin).
Verifique se existe na rede elétrica um disjuntor exclusivo para a autoclave, compatível com a sua potência, bem como o correto aterramento do equipamento.



NOTA: A instalação elétrica deve estar de acordo com as normas da ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas. Caso contrário, a Volare Med não se responsabiliza por quaisquer possíveis danos causados à autoclave, a terceiros e/ou ao próprio local de instalação.


ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Classificação ANVISA	CLASSE II
MODELO	AHVP 21
Capacidade	21 litros
Temperatura de Trabalho	121°C (+3) * sob encomenda configuração de 127°C a 134° C
Pressão Máxima	1,5 Kgf
Diâmetro da Câmara	268 mm
Profundidade da Câmara	410 mm
Altura externa	350 mm
Largura externa	392 mm
Tensão	127/220 Vca * bivolt sob encomenda
Potência	1.100 w
Corrente Nominal	127V - 8A / 220V - 5A
Frequência (Hz)	50 a 60 Hz
Peso	20 kg
Pintura	Eletrostática

Assim, verificamos que o recurso é totalmente protelatório, pois não há descumprimento do edital.

Também, por ser uma autoclave digital possui sua tela para transmissão de informações, como podemos demonstrar com uma imagem do equipamento extraída do próprio site da fabricante, vejamos:





A partir das imagens podemos verificar que os comandos são realizados através da tela digital, atendendo ao descritivo do instrumento convocatório.

Assim, novamente verifica-se a compatibilidade do descritivo técnico e o produto ofertado, comprovando que o recurso apresentado é apenas protelatório.

Ante o exposto, requer-se:

1. O recebimento das contrarrazões;
2. A manutenção da habilitação da empresa TCJM DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA, tendo em vista que demonstrou que seu produto atende a todos os requisitos técnicos;

Nesses Termos,
Pede deferimento.

Araquari, datado e assinado digitalmente



TCJM DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA

Representado por:

TIAGO CRISTIANO CZARNECK

PROPOSTA DE PREÇOS

DADOS DO FORNECEDOR

NOME/RAZÃO SOCIAL: TCJM DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA

CNPJ: 19.639.940/0003-15

RUA: Rodovia BR 280, nº 5065

COMPLEMENTO: Galpão 17, Sala 1G

BAIRRO: Colégio Agrícola

CEP 89245-600

CIDADE: Araquari

ESTADO: Santa Catarina

TELEFONE: (41) 9 8786-3533

E-MAIL: tcjm@tcjmimport.com

DADOS DO REPRESENTANTE

NOME: TIAGO CRISTIANO CZARNECKI

RG: 6.119.931-4 SSP/PR

CPF: 873.080.889-87

DOMICÍLIO BANCÁRIO

BANCO: BRADESCO

AGÊNCIA Nº 5755-0

CONTA-CORRENTE Nº 115900-3

A empresa **TCJM DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA**, CNPJ 19.639.940/0003-15, com endereço na Rodovia BR 280, nº 5065, Galpão 17, Sala 1G, Colégio Agrícola, Araquari-SC, CEP 89245-600, por seu representante legal, **TIAGO CRISTIANO CZARNECKI**, inscrito no CPF 873.080.889-87, portador do RG 6.119.931-4 SSP/PR, **DECLARA**, vem apresentar proposta de preços nos seguintes termos e condições aqui definidas:

TCJM IMPORT

LOTE	DESCRIPTIVO	MARCA	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3	Mesa ginecológica em fórmica; medidas: comp.1,80 x larg. X 0,56 larg. X altura 0,80m; 3 gavetas, 1 porta; suporte para lençol papel, regulagem do dorso; pode ser usado como divã clínico, espuma de densidade d45 (durável / resistente) suporte para instalação de colposcópio; dimensões: 1.80 comprimento (na posição divã) 1.30 comprimento (na posição mesa ginecológica)55cm largura, 80cm altura; acompanha porta coxa estofado da cor do courvin da mesa; courvin na cor azul; fórmica na cor cinza claro.	SALUTEM	50	R\$ 6.000,00	R\$
7	Maca simples : maca fixa para exames clínicos com regulagem de altura da cabeça, estofamento em curvim na cor preta. Estrutura em aço inox; suporte para papel lençol; cabeça regulável com trava atrás do manipulo; pés com ponteiros em pvc. Capacidade máxima: 150kg; dimensões úteis: 1,90x0,60x0,80.	SALUTEM	50	R\$ 6.000,00	R\$
9	Escadinha 2 de graus: ESCADA HOSPITALAR MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, NÃO PINTADO; CARACTERÍSTICAS: 02 (DOIS) DEGRAUS. PISO DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE; CINTA EM AÇO INOXIDÁVEL EM TORNO DOS DEGRAUS; PÉS DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE; CAPACIDADE: MÍNIMA DE 120KG; GARANTIA: MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES.	SALUTEM	50	R\$ 1.000,00	R\$
12	Mesa de mayo hospitalar em inox. Armação tubular em inox com rodízios de 2", altura regulável por roseta, acompanha bandeja em aço inox, altura mínima 0,77cm x altura máxima 1,25cm. Dimensões aproximadas da bandeja: 43cm de comp. X 33cm de larg. Garantia de 12 meses. Registro na anvisa, conforme rdc nº 40/15.	PORTAL	50	R\$ 1.000,00	R\$
23	DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO: CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS EM UM SÓ APARELHO: FORMA DE ONDA BIFÁSICA. SISTEMA AUTOMÁTICO DE AVALIAÇÃO DO ECG, IDENTIFICANDO A NECESSIDADE DO CHOQUE. ADAPTÁVEL A QUALQUER PACIENTE ADULTO OU CRIANÇA. ANÁLISE AUTOMÁTICA DA IMPEDÂNCIA TORÁCICA DO PACIENTE POSSUINDO ENERGIA CONFIGURÁVEL COM DOSE DE CHOQUE INICIAL DE 150 JOULES PARA ADULTO E PARA CRIANÇAS NO MÍNIMO 50 JOULES. DEVERÁ POSSUIR TEMPO DE CARGA PARA DISPARO MENOR QUE 10 SEGUNDOS PARA A ENERGIA MÁXIMA DO APARELHO E DESCARGA INTERNA DE SEGURANÇA NO CASO DA NÃO APLICAÇÃO DO CHOQUE APÓS 30 SEGUNDOS (OU MAIS) CARREGADO. POSSUI BOTÃO LIGA/DESLIGA, BOTÃO DE CHOQUE LUMINOSO, DISPLAY EM CRISTAL LÍQUIDO INCORPORADO NO PRÓPRIO GABINETE PARA EXIBIÇÃO DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS, TRAÇADO DE ECG, NÚMERO DE CHOQUE E TEMPO DE FUNCIONAMENTO. MENSAGEM E COMANDO POR TEXTO E VOZ EM	CMOSDRAKE	6	R\$ 20.000,00	R\$

TCJM DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA

CNPJ: 19.639.940/0003-15

E-mail: tcjm@tcjmimport.com

Contato: (41) 98786-3533

	<p>TEMPO REAL QUANDO A PROFUNDIDADE DAS COMPRESSÕES NA TELA DO DESFIBRILADOR. VERIFICAR PERIODICAMENTE A DISPONIBILIDADE ATRAVÉS DOS TESTES DA CARGA DA BATERIA, DOS CIRCUITOS INTERNOS, DO SOFTWARE E DA PRESENÇA DO ELETRODO. PERMITIR REGISTRO EM MEMÓRIA INTERNA OU CARTÃO DE DADOS DO ECG CONTÍNUO, FREQUÊNCIA E PROFUNDIDADE DAS COMPRESSÕES, SOM AMBIENTE, EVENTOS E PROCEDIMENTOS REALIZADOS. TRANSFERÊNCIA DOS DADOS PARA PC ATRAVÉS DE CABO USB OU CONEXA BLUETOOTH. BATERIA RECARREGÁVEL DE LONGA DURAÇÃO COM AUTONOMIA DE 03 ANOS NO MODO ESPERA, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 220 CHOQUES EM ENERGIA MÁXIMA SEM A NECESSIDADE DE TROCA. DEVE POSSUIR SENSIBILIDADE E ESPECIFICIDADE EM PACIENTES ADULTOS E PEDIÁTRICOS DO ALGORITMO DE DETECÇÃO DE RITMOS CHOCÁVEIS E NÃO CHOCÁVEIS QUE ATENDA AS RECOMENDAÇÕES DE DESEMPENHO DA A.H.A. DEVERÃO SER APRESENTADAS CERTIFICAÇÕES DE CONFORMIDADE DEFINITIVO COM LOGOMARCA INMETRO COM AS NORMAS: NBR IEC 60601-1 NBR60601-2-4 IP 55 PARA RESISTÊNCIA À ENTRADA D PARTÍCULAS E ÁGUA, E REGISTRO DEFINITIVO NA AGENCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA ACOMPANHA OS ACESSÓRIOS : 01 (UM) ELETRODO PRÉ-CONECTADO PARA PACIENTE ADULTO COM DESENHO DO CORRETO POSICIONAMENTO DO PACIENTE ; 01 (UM) SENSOR DE RCP ACOPLADO AO ELETRODO ADULTO, OU EM SEPARADO COM CABO DE INTERCONEXÃO AO EQUIPAMENTO; 01 (UM) ELETRODO PRÉ-CONECTADO PARA PACIENTE PEDIÁTRICO ABAIXO DE 8 ANOS, OU CHAVE PARA PACIENTES PEDIÁTRICOS ABAIXO DE 8 ANOS E ELETRODO ADICIONAL; 01 (UMA) BATERIA RECARREGÁVEL; 01 MANUAL DE INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO; CERTIFICADO DE GARANTIA DO EQUIPAMENTO; 01 BOLSA DE TRANSPORTE</p>				
33	<p>AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA MICROPROCESSADA, TOTALMENTE AUTOMÁTICA, CÂMARA DE INOX CONSTRUÍDA DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT; GABINETE MONTADO SOBRE ESTRUTURA EM AÇO A36, APOIADO SOBRE PÉS REGULÁVEIS EM BORRACHA, PORTA COM SISTEMA DE FECHAMENTO ATRAVÉS DE MANÍPULO DE DUPLO ESTÁGIO, TRANSDUTOR DE PRESSÃO, DISPLAY DE LCD QUE INDIQUE PRESSÃO, TEMPERATURA, CICLOS, ALARMES; CHAVE GERAL PARA LIGAR E DESLIGAR O EQUIPAMNTO EM CASO DE USO OU EMERGÊNCIA, TECLA SELEÇÃO DE CICLO DE ACORDO COM O MATERIAL A SER ESTERILIZADO, TECLA DE PARTIDA PARA INICIAR O CICLO PRE-PROGRAMADO, FILTROS EM BRONZE, ELEMENTO FILTRANTE EM AÇO INOXIDÁVEL, VOLTAGEM</p>	VOLARIMED	10	R\$ 10.000,00	R\$

AUTOMÁTICO. CAPACIDADE MÍNIMA APROXIMADA 21 LITROS. COR : BRANCA , MATERIAL EM PORTUGUÊS, GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS. OBRIGATÓRIO REGISTRO NA ANVISA				
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

a) Ao participarmos de qualquer processo licitatório por meio do pregão eletrônico, nossa área técnica avalia o termo de referência e elaboramos nossa proposta com o entendimento que possamos atender as necessidades dessa Administração de forma compatível ao Termo de Referência. É de extrema importância que o pregoeiro(a), sua comissão e área técnica façam suas análises de forma minuciosa através do catálogo que anexamos com a proposta. Desta forma, destacamos a necessidade de avaliarem o que está sendo OFERTADO através de nossa proposta que contém marca, modelo e catálogo a fim de evitar qualquer incompatibilidade com sua real necessidade, tendo total autonomia para ACEITAREM ou RECUSAREM motivadamente nossa proposta. Após a contratação nos comprometemos em entregar exatamente aquilo que foi ofertado e que consta em proposta e ATA, nos ISENTANDO totalmente de recusas posteriores no ato de entrega por incompatibilidade.

b) Declaramos que concordamos integralmente com as condições estipuladas na presente licitação e se vencedor deste certame, nos submeteremos ao cumprimento desses termos.

c) Declaramos ainda que nossa empresa não foi declarada inidônea nem encontra-sesuspensa ou impedida de licitar e contratar com a Administração Pública.

d) Prazo da proposta, conforme edital.

e) Prazo de entrega, conforme edital.

f) Prazo de garantia, conforme edital.

Araquari, 11 de julho de 2024.

TCJM DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA

Representado por:

TIAGO CRISTIANO CZARNECKI

TCJM DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA

CNPJ: 19.639.940/0003-15

E-mail: tcjm@tcjmimport.com

Contato: (41) 98786-3533



Prefeitura do Município de Bertioga

Estado de São Paulo

Estância Balneária

Secretaria de Saúde

BERTIOGA, 09 DE AGOSTO DE 2024

RESPOSTA DE RECURSO ADMINISTRATIVO

Processo nº267/2024

Pregão eletrônico nº 28/2024

Venho pelo presente informar que o Recurso apresentado pela empresa KLM Vendas e Serviços, deverá ser acatado em partes, conforme segue:

1-Referente à tensão elétrica:


R: A empresa informa que o equipamento bivolt é disponibilizado por encomenda, ou seja, atende ao solicitado, uma vez que trata-se de encomenda de equipamento Bivolt por parte da prefeitura.

2-Referente ao Display LCD:

R: O equipamento ofertado **NÃO** possui display de LCD, o que contradiz o solicitado em Termo de Referência.

Atenciosamente

Fabiana Bizon



Diretora do Departamento de Atenção Básica