

[SMARAm] Pregão Eletrônico 28/2024 - Esclarecimento

3 mensagens

licitacaoeletronica@bertioga.sp.gov.br <licitacaoeletronica@bertioga.sp.gov.br>
Para: licitacaoeletronica@bertioga.sp.gov.br, pregaoeletronico.dlc@gmail.com

5 de julho de 2024 às 15:11

Prezado Pregoeiro,

Foi registrado um esclarecimento enviado pelo solicitante JOSÉ ORDÁLIO FERNANDES SPÍNOLA.

Para visualização completa, favor acessar o referido pregão.

Atenciosamente,
Portal de Compras | SMARapd

pregaoeletronico Bertioga <pregaoeletronico.dlc@gmail.com>

5 de julho de 2024 às 16:14

Para: DIRETORIA URGÊNCIA/EMERGÊNCIA <diretoriaduebertioga@gmail.com>, Financeiro Saúde Bertioga <financeirossbertioga@gmail.com>, rosanameissner@hotmail.com

Boa tarde.

Segue anexo com Pedido de Esclarecimento referente ao Pregão Eletrônico 28/2024.

Aguardo resposta ao Fornecedor Solicitante.

Atenciosamente
Alexandre Gonçalves
[Citação ocultada]

 **Esclarecimento 01.pdf**
413K

Tatiana de Melo <tatimelo.enf@gmail.com>

10 de julho de 2024 às 14:46

Para: pregaoeletronico Bertioga <pregaoeletronico.dlc@gmail.com>

----- Forwarded message -----

De: **Tatiana de Melo** <tatimelo.enf@gmail.com>

Date: sex., 5 de jul. de 2024 às 16:42

Subject: Re: [SMARAm] Pregão Eletrônico 28/2024 - Esclarecimento

To: Rosana Meissner <rosanameissner@hotmail.com>

BERTIOGA, 05 DE JULHO DE 2024.**ESCLARECIMENTOS EMPRESA MULT MED****Processo nº267/2024****Pregão eletrônico nº 28/2024****Item 20 – Monitor Multiparâmetros**

O descritivo do item solicita o “Cabo de extensão para Oximetria; 01 Sensor reutilizável de Oximetria, tipo clipe de dedo para adulto.” Questionamos se há algum tamanho (comprimento) especificado para o sensor de Oximetria? Visto que no mercado existe uma variação entre o comprimento e a compatibilidade dos sensores com extensores?

Resposta: Não haverá exigência do comprimento do cabo.

Ainda, conforme descrito no edital, é solicitado "Capnografia com capacidade de trabalho com sensores de fluxo principal (Mainstream) de baixo fluxo de amostra". Entretanto, observamos que os termos "fluxo principal" e "baixo fluxo" referem-se a tecnologias distintas, sendo a primeira relacionada à tecnologia Mainstream (fluxo principal) e a segunda à tecnologia Sidestream (baixo fluxo). Dessa forma, questionamos se serão aceitos equipamentos com a tecnologia Mainstream?

Resposta: Sim, serão aceitos equipamentos com a tecnologia Mainstream.

Att

Tatiana de Melo

Diretora de Atenção Básica

Em sex., 5 de jul. de 2024 às 16:26, Rosana Meissner <rosanameissner@hotmail.com> escreveu:

De: pregaoeletronico Bertioiga <pregaoeletronico.dlc@gmail.com>

Enviado: sexta-feira, 5 de julho de 2024 16:14

Para: DIRETORIA URGÊNCIA /EMERGÊNCIA <diretoriaduebertioga@gmail.com>; Financeiro Saúde Bertioiga <financeirossbertioga@gmail.com>; rosanameissner@hotmail.com <rosanameissner@hotmail.com>

Assunto: Fwd: [SMARAm] Pregão Eletrônico 28/2024 - Esclarecimento

[Citação ocultada]